

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 吕 剑 敏	
	职称: 高级讲师	
	工作单位: 洛阳职业技术学院	
项目信息	项目名称: 超声仪探头	
	项目预算金额: 32万	
	供应商名称: 河南影迈电子科技有限公司	
专业人员论证意见	<p style="text-align: center;">中心医院现有的德力凯MYU-6300多功能白管超声仪属于大型超声影像设备。所用的14-5MHz线阵探头,和5-2MHz凸阵探头均为原装配件。</p> <p style="text-align: center;">为使与主机功能匹配,完全兼容,保证设备性能稳定,保证诊断效果,图像清晰,减少误诊。</p> <p style="text-align: center;">建议采购原生产厂家深圳德力凯医疗设备股份有限公司生产的同类探头,由河南影迈电子科技有限公司在河南的唯一经销商供货。</p>	
专业人员签字	吕 剑 敏	日期 2022年9月1日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李心亮
	职称: 主治医师
	工作单位: 河南科技大学附属医院
项目信息	项目名称: 多功能超声探头
	项目预算金额:
	供应商名称: 河南鼎达电子科技有限公司
专业人员论证意见	<p>本项目采购探头C5-2是多功能超声探头以上探头已研发,属于大型超声探头设备是神经功能检查中常用诊断具,该设备技术含量高,其它厂家探头无法兼容造影探头,为临床诊断提供准确图像质量,满足诊断定量,准确诊断,确保检查安全,建议单一来源采购深圳德力凯的探头有限公司生产的探头探头L-14-5B凸阵探头C5-2设备。</p>
专业人员签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;">李心亮</div> <div style="width: 35%;">日期 2022年9月1日</div> </div>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 刘劲宏	
	职称: 工程师	
	工作单位: 洛阳市妇幼保健院	
项目信息	项目名称: 线阵探头 凸阵探头	
	项目预算金额: 32万元	
	供应商名称: 河南景红电子科技有限公司	
专业人员论证意见	<p>本项目的两个探头是项目单位原有德力凯MVU-6300多功能血管超声仪的配套探头, 为了满足临床需求, 因彩超探头不具有通用性, 因此只能采购原厂配件, 方能满足设备的使用需求, 故建议单一来源采购原厂配件。</p>	
专业人员签字	刘劲宏	日期 2022 年 9 月 1 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。