

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	河南省荣军医院
拟采购产品名称	高清消化道内窥镜
拟采购产品金额	
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述：我院隶属于河南省民政厅，是一所集医疗、教学、科研、康复、疗养为一体的综合性优抚医院，由于高水平的设备不足，不能给实际操作带来更高层次的支持。本次采购设备的内容规划合理，适度超前，国内设备不能够达到发展需要，因此，申请购置进口产品设备。	
三、专家论证意见	
<p>国内产品技术方面受局限，如无特殊光成像功能，不能对早期癌变及早诊断。</p> <p style="text-align: right;">专家签字：李京志</p>	

国内有窥镜厂家在仿制进口产品，政府应予以限制并
下指令禁止仿制进口产品，并予以处罚。材料在
要求较严的情况下，政府应予以限制，并予以处罚。
政府应予以限制，并予以处罚。

专家签字: 李卫

国内同类产品精确度有局限,影响诊断准
确性(早期).

国内设备在成像清晰度、精度
成像跟原产品精度差不多,建议给
予进口设备。

专家签字: 李卫

专家签字: 李卫

国内产品精度有限,政府应予以限制,且不予
限制类和禁止类进口产品。

专家签字: 李卫

2017年11月13日