

# 河南推拿职业学院医疗设备购置

## 竞争性磋商文件

编号：豫财磋商采购-2018-98

 河南招标采购服务有限公司

HENAN TENDER-PURCHASE SERVICE CO., LTD.

## 目 录

第一部分 磋商邀请函 .....	3
第二部分 竞争性磋商须知 .....	6
第三部分 合同格式 .....	18
第四部分 合同条款资料表 .....	20
第五部分 磋商项目资料表 .....	21
第六部分 采购服务要求 .....	27
第七部分 磋商响应文件格式及内容 .....	39

## 第一部分 竞争性磋商公告

## 河南推拿职业学院医疗设备购置竞争性磋商公告

项目编号：豫财磋商采购-2018-98

河南招标采购服务有限公司受河南推拿职业学院的委托，就其医疗设备购置进行竞争性磋商，现邀请合格的供应商参加。

## 一、项目简要说明：

序号	产品名称	单位	数量
1	多功能渐进式上肢综合康复训练系统	台	1
2	生物反馈治疗仪	台	1
3	成人悬吊康复系统	套	1
4	高档台式彩色多普勒超声波诊断仪	台	1
5	踝关节训练器（儿童）	台	1
6	上肢关节训练器（肩肘两用）	台	1
7	下肢关节训练器（髌膝踝）	台	1
8	上肢推举训练器	台	1
9	三段位多体位按摩床	台	2
10	手平衡协调训练器	套	1
11	重锤式手指肌力训练桌	套	1
12	手功能组合训练箱	套	1
13	中药熏蒸床	台	1
14	儿童悬吊配件	套	1
15	远程康复运动系统	套	1

16	哑铃	组	1
17	沙袋	组	1
18	木插板	组	1
19	握力器	组	1
20	角度尺	组	1

注：预算金额为 110 万元人民币。供应商报价不得超过预算金额，否则将被视为无效响应。

## 二、竞争性磋商供应商资格要求：

符合《政府采购法》第二十二条规定，并同时具备下列条件：

1. 具有完善的售后服务体系，在法律和财务方面独立并与采购人无任何隶属关系的独立企业法人或其他经济组织；且具有《医疗器械经营许可证》；

2. 具有良好的银行资信、商业信誉和健全的财务会计制度，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结；

3. 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；

4. 提供财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

5. 具备合格供应商资格的公司不能将其资格授予下属公司使用参与投标，本次招标亦不接收联合体参与投标；

6. 提供政府采购反商业贿赂承诺书；

7. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，投标人提供在“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”(http://www.creditchina.gov.cn/)，以及在“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共3项的查询结果网页打印件；(如投标人为事业单位，信息未录入“信用中国网站”，则自行出具说明函原件加盖公章。)

8. 相关法律、法规规定的其他条件。

## 三、报名及购买竞争性磋商须知：

1. 凡有意参加本项目的竞争性磋商供应商，请于 2018 年 05 月 15 日至 2018 年 05 月 21 日登录“河南省公共资源交易中心(http://www.hnngzy.com)”；凭企业身份认证锁(CA 密钥)进行网上报名并下载竞争性磋商文件。

2. 竞争性磋商供应商应首先完成诚信库入库登记(具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心网站-办事指南-《河南省公共资源电子

交易平台诚信库入库登记指南（工程建设、政府采购》）；诚信库入库登记通过后，方可办理 CA 数字证书及电子签章（具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心网站-办事指南-《公共资源项目 CA 办理流程》）。

3. 竞争性磋商文件发售方式：凭 CA 密钥登陆会员专区并在规定时间内按网上提示下载竞争性磋商文件及资料。下载时需缴纳竞争性磋商文件费（网上缴费），谈判文件售价人民币 300 元整（售后不退）。

#### 四、竞争性磋商响应文件的递交：

1. 竞争性磋商供应商需要在竞争性磋商截止时间前同时递交电子版的竞争性磋商响应文件（.doc 格式）和纸质的竞争性磋商响应文件。

2. 竞争性磋商响应文件递交的截止时间为 2018 年 05 月 25 日 09 时 00 分（北京时间）。

3. 竞争性磋商响应文件递交的地点为河南省公共资源交易中心（郑州市经一路与农业路东交叉口投资大厦 A 座第 12 开标室）。

4. 电子版的竞争性磋商响应文件和纸质的竞争性磋商响应文件逾期送达的或者未送达指定地点的，招标代理机构将不予受理。

#### 五、发布公告的媒介：

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》上公开发布。

#### 六、本项目落实的政府采购政策：

中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

#### 七、本次竞争性磋商联系事项：

招 标 人：河南推拿职业学院

联 系 人：赵老师

联系电话：0379-65234373

地址：河南省洛阳市洛龙区学府街 10 号

招标代理机构：河南招标采购服务有限公司

联 系 人：张先生

联系电话：0371-65951806

地址：郑州市纬四路 13 号

## 特别提示

### 1、竞争性磋商供应商注册

竞争性磋商供应商应首先完成诚信库入库登记（具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心网站-办事指南-《河南省公共资源电子交易平台诚信库入库登记指南（工程建设、政府采购）》；诚信库入库登记通过后，方可办理 CA 数字证书及电子签章（具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心网站-办事指南-《公共资源项目 CA 办理流程》）。

### 2、竞争性磋商响应文件制作

2.1、竞争性磋商供应商凭 CA 密钥登陆会员专区并按“河南省公共资源交易中心（www.hnngzy.com）”网上提示自行下载所需项目包含的格式的竞争性磋商文件（.doc）。

2.2、竞争性磋商供应商须在竞争性磋商响应文件递交截止时间前提供（1）纸质版的竞争性磋商响应文件（A4 纸打印并胶装）（2）电子版的竞争性磋商响应文件（.doc）u 盘或光盘。

2.3、电子版的竞争性磋商响应文件须按竞争性磋商文件要求将盖章签字后的扫描图片替换到相应格式中；纸质版的竞争性磋商响应文件须按竞争性磋商文件格式要求加盖竞争性磋商供应商的公章并且经法定代表人或授权代表签字。

2.4、严格按照本项目竞争性磋商文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在竞争性磋商响应文件被拒绝的风险。

2.5、竞争性磋商文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在竞争性磋商响应文件内，竞争性磋商响应文件以外的任何资料采购人和代理机构将拒收。

### 3、澄清与变更

采购人、代理机构可对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容将作为竞争性磋商文件的组成部分。代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知竞争性磋商供应商，对于各项目中已经成功报名并下载竞争性磋商文件的项目竞争性磋商供应商，同时以短信推送的形式群发消息通知。各竞争性磋商供应商须重新下载最新的竞争性磋商文件及答疑文件，以此编制竞争性磋商响应文件。竞争性磋商供应商注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，责任自负。

4、因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，竞争性磋商供应商在竞争性磋商响应文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因竞争性磋商供应商未及时查看而造成的

后果自负。

\*5、本次采购项目竞争性磋商供应商不需要制作加密竞争性磋商响应文件 (\*.hntf 格式) 或非加密竞争性磋商响应文件 (\*.nhntf 格式) 上传至河南省公共资源交易中心系统。只需递交纸质版及电子版 (u 盘或光盘) 的竞争性磋商响应文件。

## 第二部分 竞争性磋商须知

### 一 总则

#### 1. 资金来源

1.1 采购人已筹集资金，用于支付“磋商项目资料表”中采购人采购服务的费用。

#### 2. 采购方式及磋商供应商要求

2.1 本次采购采取竞争性磋商的方式确定成交人。

2.2 磋商供应商要求：符合“磋商项目资料表”中要求的磋商供应商。

#### 3. 磋商费用

3.1 供应商必须自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 二 磋商文件和磋商响应文件

#### 4. 磋商文件构成

磋商邀请函

竞争性磋商须知

合同格式

合同条款资料表

磋商项目资料表

项目具体要求

磋商响应文件格式及内容

#### 5. 磋商响应文件构成

磋商复函

法定代表人授权书

竞争性磋商报价表

资格证书

资格申明

供应商承诺函

项目技术方案

反商业贿赂承诺书

经审计的最近一年的财务状况报告、供应商缴纳税收证明资料、企业员工社保缴纳证明资料

信用查询打印件

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明承诺书

供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的内容。如果磋商响应文件没有满足磋商文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

## 6. 磋商文件的澄清

6.1 供应商有权要求采购代理机构对磋商文件中的有关问题进行答疑、澄清。

6.2 供应商对磋商文件如有疑问，应在不晚于磋商开始日前 3 天按磋商文件中的联系方式，通知采购代理机构。

## 7. 磋商文件的修改

7.1 必要情况下，采购人可能对磋商文件进行修改。

7.2 采购人、代理机构可对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容将作为竞争性磋商文件的组成部分。招标代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知竞争性磋商供应商，对于各项目中已经成功报名并下载竞争性磋商文件的项目竞争性磋商供应商，同时以短信推送的形式群发消息通知。各竞争性磋商供应商须重新下载最新的竞争性磋商文件及答疑文件，以此编制竞争性磋商响应文件。竞争性磋商供应商注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，责任自负。

7.3 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组

可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少 5 日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足 5 日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

### 三 磋商响应文件的编制

#### 8. 磋商的语言及度量衡单位

8.1 供应商的磋商响应文件以及供应商与采购人就有关磋商问题的所有来往函电均须使用中文。

8.2 除技术要求中另有规定外，磋商响应文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

#### 9. 磋商响应文件的真实性与准确性

9.1 供应商必须对其磋商响应文件的真实性与准确性负责。一旦成交，其磋商响应文件将作为合同的重要组成部分。

9.2 供应商不得在未征得采购人许可的情况下，擅自对磋商文件的格式、条款和技术要求进行修改。否则，其磋商响应文件在磋商时有可能被认为是未对磋商文件做出实质性的响应而终止对其作进一步的评审。

#### 10. 磋商报价

10.1 磋商响应文件的报价表上应清楚地标明投标总价。但只允许有一个方案报价，多方案报价的磋商响应文件将不被接受。

10.2 磋商报价表上的价格为磋商时的参考价格，磋商小组以最后报价确定成交供应商的成交价格。

#### 11. 磋商货币

11.1 磋商须以人民币报价。

#### 12. 证明供应商合格的资格文件

12.1 供应商在其磋商响应文件中，应提供证明其有资格参加磋商和成交

后有能力履行合同的资质证明文件。

12.2 供应商必须具有履行合同所必需的服务和财务管理等方面的能力。

### 13. 证明投标产品的合格性和符合磋商文件规定的文件

13.1 供应商应按照磋商文件要求，提供文件证明其提供服务的合格性，且符合磋商文件的规定，并作为其磋商响应文件的一部分。

### 14. 磋商保证金

14.1 供应商磋商时，必须以人民币提交供应商须知前附表中规定数额的磋商保证金。

14.2 磋商保证金应当以转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。磋商截止时间前必须到达河南省公共资源交易中心指定账户。

14.3 对于未在磋商截止时提交磋商保证金的，采购人将视其为对磋商文件未做出实质性响应而予以拒绝。

14.4 未成交供应商的磋商保证金，将在发出磋商通知书后予以退还。

14.5 下列情况发生时，将不退还供应商磋商保证金：

- （一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- （二）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- （三）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- （四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （五）未按要求提交履约保证金的；
- （六）法律、行政法规规定的其他情形。

### 15. 磋商有效期

15.1 本次磋商的有效期为：见“磋商项目资料表”中的磋商有效期要求。供应商承诺的磋商有效期短于此规定时间的，将被视为非实质性响应而予以拒绝。

15.2 在特殊情况下，采购人可于原磋商有效期满之前，向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均采用书面形式如传真、信件或电报等。供应商可以拒绝采购人的这种要求而不失去其磋商保证金。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其磋商响应文件。“磋商项目资料表”中的有关磋商保证金的规定，在延长的磋商有效期内继续有效。

## 16. 磋商响应文件份数和签署

16.1 供应商应准备“磋商项目资料表”中要求的磋商响应文件份数。每份磋商响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。

16.2 磋商响应文件的正本和所有的副本均需由供应商的法定代表人或其授权代表签署。授权代表须将以书面形式出具的“法定代表人授权证书”附在磋商响应文件上。

16.3 磋商响应文件必须装订成册，不得散放、不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖章。

## 四 磋商供应商响应文件的递交

### 17. 磋商供应商响应文件的密封和标记

17.1 供应商应将磋商供应商响应文件正本和副本密封，标明采购编号、磋商项目名称及正本或副本，并盖有供应商公章或专用章和法人代表或法人代表授权委托人的印章或签名，封口处要有骑缝章。

17.2 每一密封信封上注明“于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日\_\_时\_\_分（指磋商邀请函中规定的截止日期及时间）不准启封”的字样。

17.3 磋商供应商响应文件须由专人送交，供应商应将磋商供应商响应文件按上述 17.1 和 17.2 中的规定进行密封和标记后，按磋商邀请书中注明的地址送至采购代理机构指定地点。

17.4 如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对磋商供应商响

应文件的误投或提前拆封不负责任。

## 18. 迟交的磋商供应商响应文件

18.1 采购人将拒绝接受磋商开始后递交的磋商供应商响应文件。

## 19. 磋商供应商响应文件的修改和撤回

19.1 供应商在递交磋商供应商响应文件后，可以在规定的磋商时间开始前修改或撤回其磋商供应商响应文件。但这种修改和撤回，必须以书面形式通知采购人。

19.2 供应商的修改书或撤回通知书，应由法定代表人或其授权代表签署，并按 17 中的规定进行密封、标记和发送。

## 五 磋商过程

### 20. 开始

20.1 采购人或采购代理机构将在供应商须知资料表中规定的日期、时间和地点组织磋商工作。所有供应商应派代表参加，参加磋商的供应商代表应在递交响应文件表上签名以证明其出席。

20.2 递交响应文件过程中，采购人、采购代理机构及监督部门将对响应文件递交的时间、密封及标示等进行审查。

### 21. 磋商小组和评审方法

21.1 磋商和评审由采购代理机构依法组建的磋商小组负责。

21.2 评审专家应从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

21.3 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

21.4 磋商小组将首先按照本须知第 20 条对响应文件进行初审。对

初审合格的响应文件将按照本须知第 21 条对应的磋商程序进行磋商和评审。

21.5 在磋商期间，磋商小组可要求供应商对其响应文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明。

21.6 采购人、采购代理机构不得向磋商小组中的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

## 22. 响应文件的初审

22.1 磋商小组在对响应文件的符合性进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

22.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

22.3 算术错误将按下列方法更正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；磋商总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以磋商总价为准，并修改分项报价。如果供应商不接受对其算术错误的更正，其响应文件可能被否决。

22.4 对于响应文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，磋商小组可以接受。

22.5 在详细评审之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上

响应了磋商文件的要求。实质上响应该是与磋商文件要求的关键条款、条件和规格相符，没有重大偏离。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于磋商保证金、适用法律、税务、加注星号（“\*”）的条款等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但响应文件有违反法律、政策规定和不真实不正确的内容时除外。

22.6 没有实质性响应磋商文件要求的响应文件将被否决。供应商不得通过修正、补充或撤销不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应的磋商文件。有下列情形之一者视为未实质性响应磋商文件，其响应文件将被否决：

- 1) 供应商与采购人有利害关系可能影响磋商公正性的；
- 2) 供应商参与项目前期咨询或磋商文件编制的；
- 3) 不同供应商负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
- 4) 响应文件未按磋商文件的要求签署的；
- 5) 供应商的磋商函、资格证明材料未提供，或不符合国家规定或者磋商文件要求的；
- 6) 同一供应商提交两个以上不同的方案或者磋商价格的，但磋商文件有要求的除外；
- 7) 供应商未按磋商文件要求提交磋商保证金或保证金金额不足、保函有效期不足、磋商保证金形式或出具磋商保函的银行不符合磋商文件要求的；
- 8) 磋商价格高于磋商文件设定的最高限价的；
- 9) 不接受磋商有效期要求的；
- 10) 供应商有串通磋商、弄虚作假、行贿等违法行为的；
- 11) 响应文件不满足磋商文件加注星号（“\*”）条款要求的。

## 23. 磋商

23.1 磋商小组将依次与通过响应文件初审的供应商代表进行磋商。磋商内容及要求详见本磋商文件，磋商小组与供应商代表仅能针对除磋商内容和要求中不得偏离部分以外的条款进行磋商。

23.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

23.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

23.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

23.5 磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。

23.6 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

23.7 磋商小组按照综合得分由高到低的顺序推荐 3 名成交供应商候选人。成交价格为最后报价。并编制完成评标报告。

## 六 授予合同

### 24. 合同的授予

24.1 磋商结束后 2 个工作日内，采购代理机构根据磋商小组的推荐意见，将磋商情况写出评标报告上报采购人。采购人应在收到评标报告后 5 个工作日内按照评标报告推荐排序确定成交供应商。采购代理机构

在成交供应商确定后 2 个工作日内，在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心》发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

## **25. 成交服务费**

25.1 成交供应商在领取成交通知书时，须向采购代理机构交纳“磋商项目资料表”中规定的成交服务费。

## **26. 签订合同**

26.1 成交供应商应按成交通知书指定的时间、地点与采购人签订合同。

26.2 如果成交供应商没有履行成交的各项承诺，采购人将取消该成交决定，该成交供应商不得要求采购人退还其磋商保证金。在此情况下，采购人可将合同授予第二成交供应商或重新磋商。

### 第三部分 合同条款及格式

(参考格式, 可经中标服务供应商与采购人商定后, 对合同条款进行补充和细化)

## 政府采购合同

甲方:

乙方:

一、本合同于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日由需方和供方按下述条款签署。

在需方为获得(货物和服务简介)货物和伴随服务, 邀请供方参加了该项目竞争性招标, 并接受了供方以总金额(币种, 用文字和数字表示的合同价)(以下简称“合同价”)的投标。双方以上述事实为基础, 签订本合同。

二、本合同在此声明如下:

1. 本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。
2. 下述文件作为合同签订的基础, 是构成本合同的主要组成部分, 并与本合同一起阅读和解释:
  - 1) 合同条款
  - 2) 合同条款资料表
  - 3) 合同条款附件

附件 1 供货范围及分项价格表

附件 2 技术规格

附件 3 交货计划

附件 4 履约保函或履约保证金

4) 中标通知书

3. 供方在此保证全部按照合同规定向需方提供货物和服务, 并负责可能的弥补缺陷。

4. 需方在此保证全部按照合同规定的时间和方式向供方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

三、双方约定合同份数:

本合同一式 份 (胶装), 甲乙双方各执 份,

四、其它约定事项:

本合同未尽事宜, 卖、买双方可签订补充协议, 与本合同具有同等法律效力。

甲方: (盖章)

乙方: (盖章)

法定代表人或授权代理人 (签字):

法定代表人或授权

代理人 (签字):

签署日期: 年 月 日

## 第四部分 合同条款资料表

序号	内 容
1	采购单位：河南推拿职业学院
2	履约保证金：合同总价的5%，所有设备质保期满后，无息退还。 交纳时间及要求：中标人应在签订合同前将履约保证金交纳至招标人指定账户。
3	应提供的服务：详见文件 <b>第六部分</b> 。
4	质量保证期：详见文件 <b>第六部分</b> 。
5	付款： 1、合同由中标人凭招标机构签发的《中标通知书》，按规定时间和地点与需方签订，合同一式六份，甲方四份、乙方二份。 2、验收：由河南推拿职业学院组织统一验收。 3、付款：供货验收合格后付100%。 4、付款条件：申请付款时必须提交以下文件和资料：（1）验收证明；（2）验收清单；（3）发票及发票复印件。

注：本表为样式表，使用时应重新打印，并可增加特殊的条款要求。

### 第五部分 磋商项目资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对磋商供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。本项目资料表中注“\*”为磋商供应商必须满足的条件，如不满足，将被视为无效响应。

条款号	内 容
	说 明
1	<p>采购人名称：河南推拿职业学院</p> <p>联系人：赵老师</p> <p>联系电话：0379-65234373</p>
2	<p>采购项目：河南推拿职业学院医疗设备购置</p> <p>最高限价：110 万元人民币，磋商报价超过最高限价的，均为无效响应，作无效磋商处理。</p>
3	<p>招标代理机构名称：河南招标采购服务有限公司</p> <p>联系人：张先生</p> <p>电话（传真）：0371-6595 1806</p>
4	<p>*磋商供应商资格要求：</p> <p>符合《政府采购法》第二十二条规定，并同时具备下列条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 具有完善的售后服务体系，在法律和财务方面独立并与采购人无任何隶属关系的独立企业法人或其他经济组织；且具有《医疗器械经营许可证》</li> <li>2. 具有良好的银行资信、商业信誉和健全的财务会计制度，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结；</li> <li>3. 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；</li> </ol>

	<p>4. 提供财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；</p> <p>5. 具备合格供应商资格的公司不能将其资格授予下属公司使用参与投标，本次招标亦不接收联合体参与投标；</p> <p>6. 提供政府采购反商业贿赂承诺书；</p> <p>7. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，投标人提供在“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”(http://www.creditchina.gov.cn/)，以及在“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共3项的查询结果网页打印件；(如投标人为事业单位，信息未录入“信用中国网站”，则自行出具说明函原件加盖公章。)</p> <p>8. 相关法律、法规规定的其他条件。</p>
5	语言：中文，磋商供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本
<b>投 标 报 价 和 货 币</b>	
6	<p>磋商报价为：总报价。包含投标人投入本项目的所有成本及相关费用。</p> <p>相关费用（由成交供应商承担的费用）：包括运营成本、伴随服务费和代理服务费。</p> <p>代理服务费：依据(国家计委计价格[2002]1980号文件)规定向成交人收取代理服务费。</p>
7	磋商货币：人民币。
<b>磋商响应文件的编制和递交</b>	
8	磋商供应商应提供保证本项目正常服务所需的人员、设备等。

9	<p>*磋商保证金金额：壹万元整</p> <p>（缴纳形式：银行电汇或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。投标保证金应于开标前提交至河南省公共资源交易中心指定账户。</p> <p>（电汇备注：豫财磋商采购-2018-98，投标保证金）</p> <p>收款单位（户名）：河南省公共资源交易中心</p> <p>开户银行：中国工商银行股份有限公司郑州投资大厦支行</p> <p>银行账号：1702229138001838357</p>
10	<p>*磋商响应文件有效期：从磋商之日起 60 天</p>
11	<p>磋商响应文件递交：正本份数一份，副本份数肆份，竞争性磋商响应文件完整的电子版一份（u 盘或光盘）；正、副本不一致时，以正本为准。</p>
12	<p>资格证明文件：</p> <p>*1、营业执照副本加盖公章；</p> <p>*2、法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证及授权代理人身份证）；</p> <p>*3、供应商提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；</p> <p>*4、供应商提供近一年财务状况报告；提供纳税证明材料及企业员工社会保障资金的缴纳证明资料；</p> <p>*5、反商业贿赂承诺书；</p> <p>*6、供应商提供在“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”（<a href="http://www.creditchina.gov.cn/">http://www.creditchina.gov.cn/</a>），以及在“中国政府采购网”网站（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）中查询“政府采购严重违法失信行为记</p>

	录名单”共3项的查询结果网页打印件； *7、医疗器械经营许可证 8、竞争性磋商文件要求的其它资格证明文件。
13	服务要求：详见磋商文件第六部分。
<b>评 审</b>	
14	评审方法：综合评分法 磋商小组按照综合得分由高到低的顺序推荐3名成交供应商候选人。成交价格为最后报价。
15	评分标准（详见后附表）
16	付款条件的偏离：不接受
17	资格后审条件及方式：不适用
<b>授 予 合 同</b>	
18	数量增减范围：≤10%

附表：评标办法

### 一、报价得分（30分）：

满足竞争性磋商要求且最后报价优惠率最高的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标单位的报价分统一按下列公式计算：

$$\text{报价得分} = (\text{基准价} / \text{投标报价} (\text{优惠率})) \times 30$$

（四舍五入后保留小数点后两位）。

### 二、商务部分（25分）

#### 1、企业信誉（4分）

具有企业信用等级 3A 证书的得 4 分，未提供的不得分，以投标人提供注册地省级以上信用建设部门认可的信用评级机构出具的《信用等级证书》和《企业信用报告》为准。

#### 2、企业业绩（6分）

投标人提供 2014 年 1 月 1 日以来投标产品业绩合同，合同金额不少于 100 万元人民币的同类项目业绩合同。每提供一份，得 2 分，最多得 6 分。原件评标时审验，复印件或扫描件应与原件一致方可得分。

#### 3、售后服务（15分）

在满足招标人的服务要求及标准的前提下，比较各投标人提交的维保服务方案，内容应包括：投标人详细说明售后服务的内容、形式、解决问题时间、维修单位名称、地点、人员和备品、备件等。

（1）质量保证期内（0-10分）：根据投标人的质量保证期内维保服务方案情况进行评分；

（2）质量保证期外（0-5分）：根据投标人的质量保证期外维保服务方案、服务或维修配件、收费标准情况进行评分。

### 三、技术部分(30分)

投标人所投设备技术参数及要求完全满足要求得满分 30 分。

招标文件技术参数详细技术要求带“\*”项为符合性技术指标，如

不满足按无效响应处理。

招标文件技术参数详细技术要求带“★”项为重要技术指标，每一项不满足扣3分，扣完为止。

没有标记的指标为非重要技术指标，每有一项不满足的扣1分，扣完为止。

#### 四、技术性能综合评价（15分）：

磋商评审小组根据技术性能先进性、临床实用性、技术参数符合性的原则对投标产品分级计分：一级得3-5分，二级得1-3分，三级得0.5-1分

磋商评审小组根据设备综合质量、设备检查准确度、经久耐用等分级计分：一级得3-5分，二级得1-3分，三级得0.5-1分

磋商评审小组根据投标人技术力量水平、投标文件的制作及响应水平等分级计分：一级得3-5分，二级得1-3分，三级得0.5-1分

## 第六部分 采购服务要求

## (一) 技术参数要求:

本次采购共分为一个包。

序号	产品名称	单位	数量
1	多功能渐进式上肢综合康复训练系统	台	1
2	生物反馈治疗仪	台	1
3	成人悬吊康复系统	套	1
4	高档台式彩色多普勒超声波诊断仪	台	1
5	踝关节训练器（儿童）	台	1
6	上肢关节训练器（肩肘两用）	台	1
7	下肢关节训练器（髌膝踝）	台	1
8	上肢推举训练器	台	1
9	三段位多体位按摩床	台	2
10	手平衡协调训练器	套	1
11	重锤式手指肌力训练桌	套	1
12	手功能组合训练箱	套	1
13	中药熏蒸床	台	1
14	儿童悬吊配件	套	1
15	远程康复运动系统	套	1
16	哑铃	组	1
17	沙袋	组	1
18	木插板	组	1
19	握力器	组	1
20	角度尺	组	1

序号	产品名称	技术参数	单位	数量
1	多功能渐进式上肢综合康复训练系统	1. ★允许四个患者同时进行训练 2. 快速、精准的阻力调节，适应不同程度患者使用 3. ★阻力调节范围：250g-2750g 4. ★手指屈伸训练：通过改变不同手指的牵引模式，逐渐递增阻力，进行渐进式训练，改善手指的关节活动度，增大肌力。 5. 手掌抓握能力：通过抓握不同的圆柱体，增强手部的抓握能力，同时逐渐递增阻力，训练患者的抓握能力各腕部的屈伸能力。 6. 手指对称位训练：通过对称位抓握（大拇指和四肢对称屈或伸），逐渐递增阻力，训练四肢的屈伸和肌力。	台	1

		<p>7. 手指捏力训练：通过逐渐递增阻力，训练患者拇指与四肢的捏力。</p> <p>8. 拇指力量训练：通过逐渐递增阻力，和对拇指的牵拉，训练拇指的力量和活动度。</p> <p>9. 手柄平拉训练：通过不同的手握装置，逐渐递增阻力，训练患者的手部水平拉力。</p> <p>10. 手柄提升训练：通过不同的手握装置，逐渐新增阻力，训练患者的手部垂直拉力(提力)。</p> <p>11. 腕关节背屈背伸训练：通过手部抓握和上肢固定、抓柄旋转、逐渐递增阻力，训练患者腕关节屈伸活动度。</p> <p>12. 前臂旋转训练：通过手部特殊控制器，逐渐递增阻力，训练患者的前臂旋转活动度。</p> <p>13. 手指伸展训练：通过特殊定制的手指用具（挂钩）和腕部辅助用具（腕垫）逐渐递增阻力，训练患者手指的伸展功能。</p> <p>14. 手指抓握训练：通过五指抓握特殊定制圆球，逐渐递增阻力，训练患者的握力和腕部旋转能力（平转）。</p> <p>15. 腕关节尺偏桡偏训练：通过特殊固定装置，逐渐递增阻力，训练患者的尺骨、桡骨法度以及腕部的上下翻训练。</p> <p>16. ★须出具制造商授权书原件、售后服务承诺函</p> <p>17. ★须出具制造商产品技术证明文件或产品宣传彩页（盖公章）</p>		
2	生物反馈治疗仪	<p>1. 技术参数</p> <p>1) ★具备多媒体肌电生物反馈训练，音乐反馈和动画反馈，支持 AVI、FLASH、MP3、WAV、WMA、MID 反馈。</p> <p>2) ★心理肌电反馈训练套件，采用心理学经典方案针对功能障碍患者出现的焦虑、抑郁等不良心理状况进行干预，促进患者的身心健康。</p> <p>3) ★具有肌电触发电刺激功能（EMG Trigger Stim）。</p> <p>4) ★内置≥58 种方案化的神经肌肉电刺激方案：按人体肌肉的类型不同分为六大部分上肢、头颈、腹部、背部、下肢、盆底，设定不同的参数，包括频率、波宽、电流通断比时间。</p> <p>5) ★内置≥38 种方案化的肌电触发电刺激方案：按人体肌肉的类型不同分为六大部分上肢、头颈、腹部、背部、下肢、盆底，设定不同的参数，包括频率、波宽、电流通断比时间。</p> <p>6) ★肌电触发电刺激的模式要求：（3 种模式）可进行阈值上刺激也可进行阈值下刺激的参数设置。</p> <p>A、手动模式：可自主设定阈值，可随时在治疗过程中进行阈值的调整。</p> <p>B、自动模式：阈值在机器检测到表面肌电信号后，自动调整阈值，以适应患者的训练要求。</p> <p>C、学习模式：主动表面肌电反馈训练结合电刺激，二者循环交替。</p> <p>7) 可选配盆底电极可进行盆底肌肉的神经肌肉电刺激和肌电触发电刺激</p>	台	1

- 8) ★多媒体生物反馈模式至少有 20 种以上的动画：可进行肌力放松、增强、耐力、平衡、精准训练
- 9) ★搭配相应的盆底电极进行盆底神经肌肉电刺激和肌电触发电刺激的治疗盆底神经肌肉功能障碍、尿失禁。
- 10) 具有动态存储功能，表面肌电采集及刺激器内置 CF 卡，支持数据的动态存储
- 11) ★刺激器内置嵌入式软件，采用触摸屏操作，方便快捷，不需 PC 机可直接在刺激器中编辑治疗方案
- 12) ★主机可离机独立工作，也可与工作站协同使用
- 13) 采样率：≥2048 Hz
- 14) 采样位数：≥14
- 15) RMS 平均数：20p/秒
- 16) 内置放大器带宽：20-500 Hz
- 17) 采集精准度：±0.3%
- 18) ★表面肌电灵敏度：≤0.1uV
- 19) 输出电流：0-100 mA
- 20) 刺激频率：2-100Hz
- 21) 刺激波宽：50-400μ s
- 22) 上升和下降时间：0—10S
- 23) ★刺激波形：双相平衡波
- 24) ★须出具制造商授权书原件、售后服务承诺函
- 25) ★须出具制造商产品技术证明文件或产品宣传彩页（盖公章）
- 26) ★提供制造商医疗器械生产许可证（提供证书复印件并加盖制造商公章）
2. 主机保护系统（OSS 系统）
- 1) \*支持对终端电脑和云终端操作系统（xp\win7\win8\win10\linux）的立即还原。
- 2) 支持服务器操作系统（windows\2003\2008\2013、redhat、ubuntu、CentOS、Fedara）的立即还原和快照瞬间（3 秒内）创建和恢复。
- 3) 能统计终端的使用率和闲置率，并且可统计当天开机次数。
- 4) \*支持本地终端个人桌面，个人通过管理员分配的帐号和密码进入自己的操作系统，跟其他人的系统和系统相隔离。（提供功能截图并加盖制造商公章）
- 5) 保证系统兼容性和稳定性，要求所有功能为同一品牌同一产品。
- 6) ★须出具制造商授权书原件、售后服务承诺函
- 7) ★须出具产品技术证明文件或产品宣传彩页（盖制造商公章）

		<p>8) ★制造厂商具备 ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系标准认证证书、职业健康安全管理体系认证证书 (OHSAS18001), 提供证书复印件并加盖制造商公章。</p> <p>9) ★制造厂商具有高新技术企业认证, 提供证书复印件并加盖制造商公章。</p> <p>10) ★制造厂商软件开发成熟度达到 CMMI3 级或以上级别, 提供证书复印件并加盖制造商公章。</p>																						
3	成人悬吊康复系统	<p>1、双滑移悬挂设备: 承重 200 公斤</p> <p>2、悬吊康复训练器: 承重 200 公斤</p> <p>3、★悬吊组合配件, 便于连接起身体不同部位, 设计不同动作模式。</p> <p>扣环窄悬带: 尺寸 1050×85×10mm、承重 180 公斤</p> <p>扣环宽悬带: 尺寸 900×245×10mm、承重 180 公斤</p> <p>头颈悬带: 尺寸 740×100×3mm、承重 180 公斤</p> <p>握带: 尺寸 320×220×3mm、承重 180 公斤</p> <p>握柄: 尺寸 250×140×40mm、承重 180 公斤</p> <p>4、弹性辅力挂绳 (黑-短): 长 30cm、承重 30 公斤</p> <table border="0"> <tr> <td>拉伸范围 (%)</td> <td>33</td> <td>50</td> <td>100</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>阻力 (公斤)</td> <td>4.0</td> <td>4.7</td> <td>6.7</td> <td>8.6</td> </tr> </table> <p>5、弹性辅力挂绳 (红-短): 长 30cm、承重 50 公斤</p> <table border="0"> <tr> <td>拉力范围 (%)</td> <td>33</td> <td>50</td> <td>100</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>阻力 (公斤)</td> <td>8.0</td> <td>9.2</td> <td>13.0</td> <td>18.0</td> </tr> </table> <p>6、★旋转训练装置: 承重 180 公斤</p> <p>平衡垫: 直径 330mm、高 600mm</p> <p>柱形垫: 直径 15cm、长 60cm</p>	拉伸范围 (%)	33	50	100	150	阻力 (公斤)	4.0	4.7	6.7	8.6	拉力范围 (%)	33	50	100	150	阻力 (公斤)	8.0	9.2	13.0	18.0	套	1
拉伸范围 (%)	33	50	100	150																				
阻力 (公斤)	4.0	4.7	6.7	8.6																				
拉力范围 (%)	33	50	100	150																				
阻力 (公斤)	8.0	9.2	13.0	18.0																				
4	高档台式彩色多普勒超声波诊断仪	<p>1. 用途说明:</p> <p>1.1 腹部、浅表及小器官、盆腔、心脏、腔内、外周血管等的超声检查</p> <p>1.2 全新超声平台: 全数字化处理通道≥60000, 帧频采集能力≥1750 帧/秒</p> <p>1.3 微细灰阶聚焦技术, 能实现精确的空间聚焦控制和先进的焦点复合</p> <p>1.4 融合信号处理技术, 能针对穿透力, 纹理和分辨率对图像进行优化</p> <p>1.5 斑点噪声去除技术, 实现自适应实时图像优化处理</p> <p>★1.6 空间复合成像技术, 可作用于凸阵、线阵、腔内探头、腹部容积≥5 线, (要求附曲别针图像证明)</p> <p>1.7 智能化聚焦技术, 可对感兴趣区域自动动态聚焦</p> <p>1.8 具备智能图像单键优化技术, 可根据不同的组织, 不同体型的病人, 不同状态的血流等单键控制仪器的调节来满足临床的需要</p> <p>2、主要技术规格及要求:</p> <p>2.1 系统通用功能:</p>	台	1																				

- 2.1.1 显示终端： $\geq 19$  吋高分辨率彩色显示终端，无闪烁，不间断逐行扫描，上下倾斜角度 $\geq 150$  度。
- 2.1.2 显示终端万向关节臂，可自动实现关节锁定
- 2.1.3 系统动态范围 $\geq 270$ DB
- ★2.1.4 可视最大动态范围 96dB, 步长 1 dB
- 2.1.5 可激活探头接口： $\geq 4$  个。
- 2.1.6 全数字化处理通道 $\geq 60000$
- 2.1.7 可配智能化 workflow 功能，可自由设置检查步骤，建立标准化检查流程
- 2.1.8 二维灰阶成像单元
- 2.1.9 彩色多普勒成像单元
- 2.1.10 彩色能量图单元
- 2.1.11 彩色方向性能量图单元
- 2.1.12 M 型模式
- 2.1.13 解剖 M 型功能
- 2.1.14 PW 功能
- 2.1.15 .CW 功能
- 2.1.16 .实时三同步功能
- ★2.1.17 .侧向增益补偿功能，LGC $\geq 2$  段（附图证明）
- 2.1.18. 具备频谱自动测量分析软件，用户可自由配置显示的参数，可选择单个或多个心动周期
- 2.1.19 .二维及彩色同步分屏对比显示功能
- 2.1.20. 双幅成像
- 2.1.21. 穿刺针引导功能，可显示穿刺针进针深度
- 2.1.22. 具备中文操作界面及中文输入功能
- 2.2 探头规格：
- 2.2.1. 频率：超宽频带探头频率范围 2.0 - 12.0MHZ
- 2.2.2. 类型：凸阵探头、线阵探头、相控阵探头
- 2.2.3. 腹部凸阵探头频率 2.0-5.0MHZ，基波 $\geq 5$  段变频，谐波 $\geq 3$  段变频，多普勒频率 $\geq 3$  段变频
- 2.2.4. 线阵探头频率 4.0-12.0MHZ，基波 $\geq 3$  段变频，具谐波功能，多普勒频率 $\geq 5$  段变频
- 2.2.5. 相控阵探头频率 1.0-4.0MHZ，基波 $\geq 3$  段变频，谐波 $\geq 3$  段变频
- 2.3. 显像参数：
- 2.3.1. 成像速度：相控阵探头，85° 角, 18CM 深度时, 二维帧速度 $\geq 50$  帧/秒
- 2.3.2 扫描线：每帧线密度 $\geq 230$  超声线
- ★2.3.3. 焦点数量： $\geq 8$  个（提供证明图片）
- 2.3.4. 回放重现：灰阶图像回放 $\geq 1100$  幅
- 2.3.5. 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件。
- 2.3.6. STC 分段调节 $\geq 8$  段

- 2.3.7. 最大成像深度 30CM
- ★2.3.8. 扇形扫描角度：10° - 180° 选择，可连续调节
- 2.3.9. 具中文输入功能及报告系统，可生成完整的图文报告。
- 2.3.10. 超声功率输出调节：B/M、CWD, PWD、彩色多普勒输出功率可调
- 2.3.11. 具有中/英文等多语言操作系统
- 2.4. 频谱多普勒：
  - 2.4.1. 方式：脉冲波多普勒 PWD，连续多普勒 CWD
  - 2.4.2. 最大测量速度：CWD：血流速度 46.9m/s
  - 2.4.3. 最低测量速度：≤0.7mm/s(非噪音信号)
  - 2.4.4. Doppler 及 M 型电影回放时可以测量和计算
  - ★2.4.5. 取样宽度及位置范围：宽度 0.08cm-2.55cm；
  - 2.4.6. 具备频谱自动测量分析软件，用户可自由配置显示的参数，可选择单个或多个心动周期
- 2.5. 彩色多普勒：
  - 2.5.1. 多声束彩色多普勒成像，具有彩色速度图，能量图，方向能量图
  - ★2.5.2. 彩色显示帧频：相控阵探头，满视野，18cm 深时，彩色显示帧频≥9 帧/秒；凸阵探头，满视野，18cm 深时，彩色显示帧频≥6 帧/秒（附图片证明）
  - 2.5.3. 显示位置调整：线阵扫描，感兴趣的显示范围：-20+20 可调
  - 2.5.4. 具备二维及彩色同步分屏对比显示功能
- 2.6. 测量/分析和报告
  - 2.6.1. 测量和分析：（B 型、M 型、频谱多普勒、彩色多普勒）
  - 2.6.2. 一般测量（距离、面积、周长、容积、角度、时间、斜率、心率、流速、压力、流速比等）
  - 2.6.3. 产科测量，具有产科应用软件（具有胎儿体重孕龄评估，生长曲线显示，胎儿超声心动图计测）
  - 2.6.4. 心血管系统测量与分析（具备多种测量公式及心功能分析方法等）
  - 2.6.5. 外周血管测量分析（具备各系统血管血流分析功能）
- 2.7. 存储、电影回放和原始数据处理
  - 2.7.1. 全数字化硬盘，硬盘容量为≥500GB
  - 2.7.2. CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW, USB 图像存储
  - 2.7.3. 电影回放重现单元≥1100 帧
- 2.8. 连通性要求
  - 2.8.1. 参考信号：心电、心电触发
  - 2.8.2. 输入/输出信号：
    - 2.8.3. 输入：VCR、外部视频、RGB 彩色视频，USB
    - 2.8.4. 输出：S-视频，USB，DVI-I，HDMI（非转接口输出）
    - 2.8.5. 图像管理与记录装置
    - 2.8.6. 超声图像存档与病案管理

- 2.8.7. 可选用 CD-R/RW/ DVD-R/DVD-RW 及 USB 输出数据
- 2.8.8. USB 接口支持打印和数据输出, 可输出 PDF 格式报告及图像数据
- 2.8.9. 主机可配 Dicom 联网功能
- 2.9. 主机保护系统 (OSS 系统)
- 2.9.1\*支持对终端电脑和云终端操作系统 (xp\win7\win8\win10\linux) 的立即还原。
- 2.9.2 支持操作系统(windows\2003\2008\2013、redhat、ubuntu、CentOS、Fedara) 的立即还原和快照瞬间 (3 秒内) 创建和恢复。
- 2.9.3 能统计终端的使用率和闲置率, 并且可统计当天开机次数。
- 2.9.4\*支持本地终端个人桌面, 个人通过管理员分配的帐号和密码进入自己的操作系统, 跟其他人的系统和系统相隔离。(提供功能截图并加盖制造商公章)
- 2.9.5 保证系统兼容性和稳定性, 要求所有功能为同一品牌。
- 2.9.6★主机保护系统 (OSS 系统) 须出具制造商授权书原件、售后服务承诺函
- 2.9.7★主机保护系统 (OSS 系统) 须出具产品技术证明文件或产品宣传彩页 (盖制造商公章)
- 2.9.8★制造厂商具备 ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系标准认证证书、职业健康安全管理体系认证证书 (OHSAS18001), 提供证书复印件并加盖制造商公章。
- 2.9.9★制造厂商具有高新技术企业认证, 提供证书复印件并加盖制造商公章。
- 2.9.10★制造厂商软件开发成熟度达到 CMMI3 级或以上级别, 提供证书复印件并加盖制造商公章。
3. 外设和附件
- 3.1. 支持数字黑白、模拟黑白、数字彩色、模拟彩色、文本及数字化 B/W 热敏打印机
- 3.2. LAN 连接器
- 3.3. 支持脚踏开关
- 3.4. 支持生理信号: ECG
- 3.5. 要求投标产品附带工作站.
4. 技术及维修服务, 培训要求及其它
- 4.1. 技术及维修服务
- 4.2. 卖方应配置多名工程技术人员, 提供开箱验货、安装、调试或维修等服务
- ★4.3. 技术培训要求: 卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训, 保证使用人员正常操作设备的各种功能; 除现场培训外, 厂方安排免费集中培训一次
- ★5. 产品具备国内医疗设备生产许可证以保证按照中国人群使用特点加以升级。(要求提供许可证证明并加盖制造商公章)
- ★6. 提供制造商医疗器械生产许可证 (盖制造商公章)

		<p>★7. 投标产品通过 CE（附证明资质盖制造商公章）</p> <p>★ 8. 投标产品通过 FDA 认证（附证明资质盖制造商公章）</p> <p>★9. 彩色多普勒超声波诊断仪须出具制造商授权书原件、售后服务承诺函</p> <p>★10. 彩色多普勒超声波诊断仪须出具产品技术证明文件或产品宣传彩页（盖制造商公章）</p>		
5	踝关节训练器（儿童）	<p>1、规格(cm)：90×54×75</p> <p>2、质量：25.0kg</p> <p>3、材质：凹凸革、静电喷塑支架、橡胶垫</p> <p>4、结构型式:脚踏板及绑带、座垫、手柄</p> <p>5、用途：踝关节屈伸功能障碍，可做主动和被动训练</p>	台	1
6	上肢关节训练器(肩肘两用)	<p>★1、关节角度活动范围：0°—125°；</p> <p>★2、关节角度变化速度范围：0.9°/s—3°/s；</p> <p>3、电源：220V，50Hz；</p> <p>4、功耗：≤45VA。</p> <p>5、运行总时间：0-240 min</p> <p>6、大容量 CPU 微电脑控制，大屏幕 LCD 液晶显示</p> <p>7、运行角度、速度和时间均可控制和显示</p> <p>8、通过简单的支架变换，可以对患者的肩、肘关节进行运动</p> <p>9、具有力矩保护功能，安全可靠</p>	台	1
7	下肢关节训练器(髌膝踝)	<p>★1、膝关节角度活动范围：0°—125°</p> <p>★2、髌关节角度活动范围：25°—100°</p> <p>3、踝关节角度活动范围：0°—40°</p> <p>4、关节角度变化速度范围：1.5°—3.6°/s</p> <p>5、脚托板左右移动角度变化范围：≥40°</p> <p>6、电源：AC220V，50Hz</p> <p>7、功耗：≤30VA。</p> <p>★8、运行总时间：0-240 min</p> <p>9、数码电路微电脑控制</p> <p>10、LCD 大屏幕液晶显示运动角度、速度、时间</p> <p>11、过载自动反转保护</p> <p>12、膝、踝、髌关节均可活动</p>	台	1
8	上肢推举训练器	<p>1、规格(cm)：45×42×67</p> <p>2、用途：上肢肌力增强训练</p>	台	1
9	三段位多体位按摩床	<p>1、电源：AC220V 50Hz DC24V。</p> <p>2、额定输入功率：190VA。</p> <p>3、最大起升重量：200kg。</p> <p>4、规格（mm）：1970×660×570~870mm。</p> <p>5、升降功能：治疗床的床面升降行程为0~300mm范围连续可调。</p> <p>★6、头部段面功能：相对水平面调节角度：-20°~+30°连续可调。</p>	台	2

		<p>★7、腰胸段面功能：相对水平面调节角度：0° ~+25° 连续可调。</p> <p>★8、下身段面功能：相对水平面调节角度：-25° ~+40° 连续可调。</p> <p>9、配备有电动脚踏开关进行电动升降，同时配备有手持点动开关，可进行点动升降治疗床面；可减轻按摩治疗师的劳动强度，呵护按摩师的脊柱健康。</p> <p>10、配备有床腿调节螺杆，无论任何地面，均可调平多体位治疗床面。</p> <p>11、配有患者呼吸孔及肩孔。</p>		
10	手平衡协调训练器	<p>结构型式：曲线滚道面板、调控旋钮、玻璃球出口</p> <p>材质：木制品</p> <p>规格(cm)：29×25×6.5</p> <p>玻璃球尺寸：1cm 数量：2件</p> <p>质量：0.9kg</p> <p>用途：手眼协调功能训练</p>	套	1
11	重锤式手指肌力训练桌	<p>规格(cm)：80×60×111</p> <p>质量：24.0kg</p> <p>结构型式：金属架、滑轮、指套、绳索、重锤、训练桌</p> <p>材质：松木板、不锈钢架、尼龙绳、静电喷塑架</p> <p>重锤质量：100g、200g、300g、500g（四组）</p> <p>用途：用于手指屈伸肌抗阻肌力训练及改善关节活动范围。</p>	套	1
12	手功能组合训练箱	<p>★结构型式：木插板、铁棍插板、上螺丝、上螺母、握力器、握力圈、墙壁开关与插座、抽屉锁、插肖、风勾、搭吊</p> <p>材质：木制品、不锈钢</p> <p>规格(cm)：55×40×14</p> <p>质量：9.0kg</p> <p>用途：组合训练患者眼一手协调功能，改善手指功能，提高手协调性、灵活性</p>	套	1
13	中药熏蒸床	<p>1、该设备为微电脑控制，自动恒温，</p> <p>2、能牵，颈椎，腰椎，及下股牵引</p> <p>3、熏颈，肩，腰，腿，自动恒温</p> <p>4、床体，长220cm，宽650cm，高650cm，电压，220V，功率，950W</p> <p>★5、牵引力，0—150Kg可自由设定，</p> <p>6、牵引时间，0—60分可设定</p> <p>7、牵引距离，0—250cm</p> <p>8、熏蒸温度，0—60度可设定</p> <p>9、熏蒸时间，0—60分可设定</p>	台	1
14	儿童悬吊训练系统	<p>★1、康复悬挂训练设备：承重200公斤</p> <p>2、早期刺激摆动装置：</p> <p>红绳：2根，尺寸1.5米，两边均为锁扣</p> <p>红带：1根，尺寸1.5米，起保护作用</p>	套	1

		绳夹：2个 ★3、支撑摆动装置： 红绳：2根，尺寸1.5米，两边均为锁扣 绳夹：2个 手扶装置：2个 4、悬挂辅助爬行装置：尺寸555×415×55，带辅助插板 5、吊袋：安全稳固结构设置 6、吊船：尺寸375×183×530，带底部螺丝调节 7、悬吊鞋：带套绳凹槽，尺寸80×640 8、平衡凳：尺寸200×130×32，带医用脚轮 9、木塔：配合平衡凳使用，整体尺寸1100×2500 小木棒：30×370                      大木棒：45×1100 10、绳梯：尺寸32×1700，带固定扣环；配两块坐板，尺寸375×300×45 11、悬吊棒：滑锁悬带2根，绳长75mm，全长1.1米 12、平衡棒：附防滑脚垫，尺寸175×95×25 13、多功能棒：悬吊滑绳控制装置，两绳端带扣环		
15	远程康复运动系统	1、应用范围：脑梗死、脑出血、颅脑损伤（脑挫裂伤、弥漫性轴索损伤、原发性脑干损伤、颅内血肿）以及其他中枢神经系统疾病引起肢体运动功能障碍和认知障碍；脊髓损伤、创伤后骨关节损伤、术后骨关节功能恢复。 2、≥10.1寸显示终端，分辨率≥1280×800。 ★3、具有无限通讯功能，包含2个高精度动作传感器，精确捕捉肢体变化。 ★4、动作传感器测量精度±5°，采样率≥16Hz。 5、可评定病情等级。 6、医生可制定运动治疗方案。 7、患者完成结果评分。 8、情景运动模拟场景。 ★9、具有≥40款符合现代康复医学理论，全新设计的虚拟情景训练程序。 ★10、具有≥220个运动方案可选。 ★11、具有≥145个综合评定动作。 ★12、须出具制造商授权书原件、售后服务承诺函 ★13、须出具产品技术证明文件或产品宣传彩页（盖公章）	套	1
16	哑铃	规格(cm)：57×50×110 质量：37.0kg 结构型式：哑铃、哑铃架 材质：静电喷塑架、钢 用途：进行肌力和医疗体操训练	组	1
17	沙袋	结构型式：沙袋、搁架、脚轮 沙袋规格质量kg：0.5kg，0.75kg，1.0kg，1.5kg，2kg，2.5kg 同规格沙袋件数：2	组	1

		规格(cm): 66×33×76 质量: 26.0kg 用途: 肌力训练、关节活动度训练、关节屈伸训练		
18	木插板	规格(cm): 35×28×10 22×17×9 17×14×8 插棒规格(cm): 2.5×10 1.8×9 1.3×8 三种规格可任选其一 数量: 各 20 支 质量: 3.3kg 用途: 作业治疗用具, 将木棒准确插到位, 训练患者眼一手协调功能	组	1
19	握力器	规格 cm): 14×10×14 材质: 工程塑料、钢铁 用途: 测试手指抓握力量	组	1
20	角度尺	结构型式: 脊椎角度尺、肢体角度尺(3秒)、手指角度尺 规格(cm): 35×17×5 质量: 1.0kg 用途: 测量肘、手指等关节活动范围及脊柱弯曲程度	组	1

## 二. 售后及技术服务基本要求

1. 磋商供应商的责任包括将其所销售的产品全权托管, 安装调试好, 并保证其正常运行。

2. 中标人在接到报障后须2小时内响应, 8小时解决故障(如果远程无法解决问题的情况下, 必须12小时内派遣技术人员上门解决)。

3. 中标人须按照合同规定的时间, 派遣技术人员上门提供现场的项目实施服务。

4. 对于包含软件的相关设备, 发现其软件自身功能问题及该软件的后续升级, 中标人须免费提供永久支持、及时给予圆满解决; 在远程维护无法解决问题的情况下, 要派遣技术人员上门解决。

5. 质保服务期限约定: 其中, 高档台式彩色多普勒超声诊断仪自验收合格正式使用后整机质保3年, 质保期过后售后开放, 无相关售后约束条款, 终身维修; 其余设备保修期自验收合格起至少两年, 终身维修。

6. 安排相关设备的免费培训计划, 达到操作人员可熟练掌握相关设备的使用流程, 独立处理各类设备使用中出现的操作问题。

7. 技术服务: 按磋商供应商所产品厂家的技术要求进行服务, 磋商供应商提出详细培训计划和安排, 所需费用包含在磋商总报价中, 并报出单项价格。

8. 与采购人现有业务系统对接: 磋商产品需与采购人单位的数据中心、统一认证

门户进行及其他关联业务系统进行对接，对接费用及软件部分定制、修改费用包含在磋商总报价中。

9. 需要建立工作站的设备，中标人应按相关设备工作站的配备要求建设，费用包含在磋商总报价中。

#### 四、伴随服务

1. 为采购人提供系统使用说明书一份。
2. 为采购人提供安装介质一套。
3. 提供系统安装的所有技术资料。
4. 有耗材消耗的产品须免费提供一定量的耗材，后期耗材按市场价优惠供应。

#### 五、交货地点

采购人指定地点。

#### 六、完工及交货期

合同生效后15天内交付验收。

#### 七、安装要求

1. 磋商供应商负责所有本次采购设备的安装、调试，保证无故障验收；

## 第七部分 磋商响应文件格式及内容

### 一 磋商复函格式

致：河南招标采购服务有限公司

1、根据贵单位\_\_\_\_\_号磋商邀请书的邀请，我们决定参加贵单位组织的\_\_\_\_\_项目的磋商采购。我方授权\_\_\_\_\_（姓名和职务）代表我方\_\_\_\_\_（供应商的名称）全权处理本项目磋商的有关事宜。

2、我方愿意按照磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需的服务，磋商报价为人民币（大写）\_\_\_\_\_。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证完成项目；按磋商文件的规定向贵单位支付成交服务费。

4、我方同意按照磋商文件的要求，向贵单位递交金额为\_\_\_\_\_人民币（大写）\_\_\_\_\_的磋商保证金。并且承诺：在磋商有效期内如果我方撤回竞争性磋商响应文件或成交后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵单位退还该磋商保证金的权力。

5、我方为本项目提交的竞争性磋商响应文件一式\_\_\_\_\_份，其中正本一份、副本\_\_\_\_\_份。

6、磋商有效期60天

7、我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

8、在质量、性能和服务不相等情况下，我方完全理解并认可贵单位不一定将合同授予最低报价的供应商。

供应商名称：（公章）

供应商授权代表姓名（签字）：

日期：

通讯地址:

邮政编码:

电话:

传真:

供应商开户行:

账号:

## 二 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（注册地址名称）的（磋商供应商全名）的在下面签字的\_\_\_\_\_（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的\_\_\_\_\_（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为\_\_\_\_\_号（项目名称）的磋商及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字：

见证人签字：

单位名称（公章）：

地址：

后附：法定代表人身份证复印件和被授权人身份证复印件。

## 三 竞争性磋商报价表

供应商：（此处填名称并盖章）

项目名称	
磋商总报价	人民币小写(元): 人民币大写(元):
磋商保证金数额	人民币小写(元): 人民币大写(元):
服务期限	
投标有效期	
其它承诺	

## 四 竞争性磋商报价明细表

投标人（此处填名称并盖章）

项目：（此处填包号）

单位：人民币元

序号	设备名称	品牌型号	单位	数量	单价	小计	运输及保险费	技术服务费	税费	合计	交货日期	交货地
	合计											

投标人授权代表签字：

说明：1、技术服务费是指安装、调试、运行等费用。

2、税费主要指非国产货物的关税及其他费用等。

## 主要设备（产品）规格一览表

投标人（此处填名称并盖章）

项目：（此处填包号）

序号	设备名称	品牌型号	规格及技术参数	制造商	原产地（国）
	...				

投标人授权代表签字：

- 说明：
- 1、设备序号应与技术规格表一致。
  - 2、设备规格参数如有详细描述可另作说明。
  - 3、投标人可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。

## 五 资格申明

- 1) 供应商名称（此处填名称并盖章）
- 2) 地址  
联系电话、传真
- 3) 成立或/注册日期（提供其营业执照副本复印件）
- 4) 法人代表
- 5) 竞争性磋商供应商代表
- 6) 投标联系人

### 财务状况：

- 1) 固定资产
- 2) 流动资产
- 3) 长期负债
- 4) 流动负债
- 5) 资产净值
- 6) 有关开户银行的名称、地址
- 7) 最近三年每年的与本项目类似营业总额

年份	业务总额	备注

兹证明以上陈述是真实的、准确的，所提供的资料和数据均已提供，我们同意按贵方要求出示有关证明文件。

日期\_\_\_\_\_

授权代表签字\_\_\_\_\_

授权代表职务\_\_\_\_\_

电话及传真号码\_\_\_\_\_

电子邮件\_\_\_\_\_

## 六 供应商承诺函

致：河南招标采购服务有限公司：

很荣幸能参与上述项目的磋商。

我代表 \_\_\_\_\_（供应商名称），在此作如下承诺：

- 1、完全理解和接受磋商文件的一切规定和要求。
- 2、若成交，我方将按照磋商文件和磋商响应文件的具体规定与采购人签订合同，并且严格履行合同义务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快处理。
- 3、在整个磋商过程中，我方若有违规行为，贵方可按磋商文件和政府采购有关的法律法规之规定给予处罚，我方完全接受。
- 4、若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商名称（公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人授权代表签字： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

## 七售后服务计划

投标人必须提供但不限于提供以下内容：

- 1、详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点。
- 2、技术培训、质量保证措施。
- 3、该项目所提供的其它免费物品或服务。

投标单位公章：  
日期：

投标人代表签字：  
职务：

## 八 反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

单位名称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

**\*注：各竞争性磋商供应商无此承诺书者，按无效投标处理。**

## 九 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明承诺书

为进一步规范政府采购行为，提供更加优质的服务，我公司郑重做出如下声明（包括但不限于以下）：  
参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录。

单位名称：（盖章）

授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

**\*注：各竞争性磋商供应商无此承诺书者，按无效投标处理。**

## 十 谈判保证金缴纳证明复印件

供应商必须提供本次采购项目的谈判保证金银行转账复印件。

## 十一 资质证明文件

- 1、营业执照副本加盖公章；
- 2、法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证及授权代理人身份证）；
- 3、供应商提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
- 4、供应商提供近一年财务状况报告；提供纳税证明材料及企业员工社会保障资金的缴纳证明资料；
- 5、反商业贿赂承诺书；
- 6、供应商提供经查询未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页查询记录；【查询渠道：“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）】；
- 7、医疗器械经营许可证
- 8、竞争性磋商文件要求的其它资格证明文件。

## 十二、 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

竞争性磋商供应商：

授权代理人：

日 期：

说明：

1、该声明函是针对小微型企业的，非小型、微型企业投标时不用提供该声明。

2、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给

予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、必须同时提供由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中  
小企业认定证书和中小企业声明函。

4、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、  
评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱  
企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

5、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受  
预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残  
疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾  
人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

### 十三、其他证明材料