

包 6-CD4 检测试剂 (BD 小流式)

CD4+T 淋巴细胞检测试剂 (BD FACSCount) 招标参数

流式细胞仪试剂及仪器校正试剂 (与 BD FACSCount 仪器匹配)

1) 技术要求

试剂盒组成: 预配双色试剂组合 CD4/CD3, CD8/CD3

免洗免溶血

检测线性范围: CD4: 1-2000 cell/ μ L

检测重复性: CV $\leq$ 8.0%, 具有完备的质控系统, 能提供校正试剂

2) 仪器校正试剂参数

与流式细胞仪系统质控软件匹配

自动进行零、低、中、高四点的线性质控和系统自检

按照每 800 人份检测试剂配备 1 套仪器校正试剂

3) 交货日期: 供货通知送达之日起 20 个工作日内到货

4) 质保期: 24 个月 (交货时, 实际使用效期 $\geq$ 18 个月)