

附件 2

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州大学
拟采购产品名称	制冰机（2 台）
拟采购产品金额	46,000 元/台
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1.中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2.无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3.其他。	
原因阐述： <p>1、本次采购的制冰机属于实验室最基本的专业设备，在科研工作中有广泛的应用，主要用于科研医疗领域，为科研领域某些特殊试验研究以及临床研究提供局部低温环境；既要求冰粒细碎，又要求冰粒保持一定硬度，在室温下不易融解，此类设备要求具有抑菌功能，保证产生冰块的洁净度。</p> <p>2、经过市场考察、调研后，该产品国内外都有生产。进口产品采用抗菌材质，生产的既清洁、冰块坚硬且颗粒度大小均一，颗粒大小可以根据实验要求制备；底座可根据水池高度调整，不易漏水，安全性能高，可以满足科研要求。</p> <p>3、国内虽有同类产品，但国产同类设备采用普通不锈钢材料，不具有抗菌功能，易污染；底座不能调节高度，接水时易漏水，安全性差，生产的冰块颗粒大小不一，提供的保温环境均一性差，不能满足科研实验要求。</p> <p>综上所述，因科研的需要，急需购置制冰机，而国内同类设备在防污染等方面无法满足我们的科研需要，因此申请购买该类进口设备。</p>	

三、专家论证意见

技术专家 1

论证意见：进口制冰机生产的冰为碎花状；而国产产品生产的冰块为块状或碎冰状，不易对样品保温，造成样品的生物活性降低甚至失火，无法满足科研工作需求，建议采购进口设备。

专家签字：王坤 年 月 日

技术专家 2

论证意见：进口制冰机采用了抗菌材料，而国产产品只是采用普通的不锈钢材料，易污染，无法满足科研工作需求，建议采购进口设备。

专家签字：熊浩 年 月 日

技术专家 3

论证意见：进口制冰机具有四个可调节底座范围：70~105mm，而国产产品底座不能调节高度，这样造成的后果就是容易漏水，安全性能差，建议采购进口设备。

专家签字：郝忠意 年 月 日

技术专家 4

论证意见：进口制冰机产生的碎冰保温效果好，采用抗菌材料，无污染，为满足科研工作需求，建议采购进口设备。

专家签字：郭红 年 月 日

法律专家：

论证意见：经过采购方提供的相关资料进行审查，采购该仪器符合我国相关法规政策规定，同意申请单位购置该进口设备。

专家签字：王磊 年 月 日

《制冰机》仪器设备论证专家名单

姓名	工作单位	技术职务	联系电话（手机）	备注
王伟	河南省生物技术开发中心	副研究员	150 3608 5651	技术专家 1
焦洁	河南省职业病防治研究院	副主任医师	137 8362 0891	技术专家 2
方忠意	河南省兽药饲料监察所	高级兽医师	135 2309 2086	技术专家 3
鄧玉宝	河南省农业科学院	研究员	135 2555 0666	技术专家 4
王磊	江苏天之权律师事务所郑州分所	律师	159 3622 0170	法律专家

