

(3)

表 3

政府采购进口产品专家评审意见

一、基本情况	
申 请 单 位	郑州市粮油质量监测中心（郑州市粮食科学研究所）
拟采购产品名称	水分磨
拟采购产品金额	2.5 万
采购项目所属项目名称	郑州市粮油质量监测中心 2018 年度粮食质检体系建设项目
采购项目所属项目金额	400 万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取	
<input type="checkbox"/> 3. 其他。	
<p>原因阐述：</p> <p>水分磨是国标方法要求检测谷物类样品中的水分高低所必需的研磨制粉类前处理仪器，仪器要求转速低，研磨样品连续工作时不发热，样品中自由态水分含量不变化，对结合态水分子无任何影响，我单位购置了多套国产的水分磨，在实际操作使用过程中，发现国产仪器工作时升温严重，对样品中的水分含量变化影响比较大，实验结果不准确，仪器不能连续工作，故需要采购进口水分磨以解决以上问题。</p>	
三、专家论证意见 1	
<p>进口水分磨采用了大面积铜质合金磨盘，仪器整体为 SUS304 材质，都具有非常好的散热性能，能最大程度的降低仪器升温对样品中水分丢失的情况，目前国产设备尚不能满足采购需求，同意采购进口品牌仪器。</p>	
专家签字：	职称：副教授 单位：河南农大
手机：	13607661378
2019 年 4 月 2 日	