

⑧

三、专家论证意见 2

进口气相色谱仪所有流量、压力均可以电子控制，压力控制精度可以做到 0.001psi，能够对压力进行最精密的控制，保证保留时间稳定性，确保分析数据准确性，国产仪器不能满足采购需求，同意采购进口设备。

专家签字: 吕立明 职称: 教授 单位: 郑州大学
手机: 13015521891

2019 年 4 月 2 日

三、专家论证意见 3

进口气相色谱仪柱箱最大升温速度可达 120℃/ min，而且程序升温多达 20/21 阶，满足不同样品分析所需的柱升温程序要求，国产设备尚不能满足采购需求，同意采购进口仪器。

专家签字: 赵永成 职称: 研究员 单位: 郑州产品质量监督检验所
手机: 1383718420

2019 年 4 月 2 日

三、专家论证意见 4

进口仪器厂商的售后服务体系完善，能够给予用户从前处理、仪器方法、数据处理等全面的售后支持，节省用户后期的摸索时间，提高工作效率，同意采购进口厂商的设备。

专家签字: 王雪芹 职称: 主任医师 单位: 河南省食品药品
手机: 13838266143 检验所

2019 年 4 月 2 日

三、专家论证意见 5

本次采购的仪器设备符合国家政策和法律规定，不属于限制性和禁止性设备，也不属于鼓励进口的设备，同意采购进口品牌仪器。

专家签字: 李卫 职称: 律师 单位: 河南亚太人
手机: 13007618201 律师事务所

2019 年 4 月 2 日