

单一来源采购专家论证意见表

时间：2019年12月06日

采购人	河南省荣军医院
项目名称	GE540型CT球管单一来源采购项目
项目金额	59.8万元
专家1论证意见	<p>原设备的主要配件球管必须与原设备配套使用，建议单一来源采购。</p> <p>专家姓名：陈永红 工作单位：河南省人民医院 职称：副主任医师</p>
专家2论证意见	<p>医疗设备特别是CT、MRI等大型医疗设备必须与原设备配套使用。</p> <p>建议单一来源采购原品牌球管。</p> <p>专家姓名：尹斌 工作单位：郑大二附院 职称：主任医师</p>
专家3论证意见	<p>根据国家医疗器械监督管理条例，学校必须由生产厂家维修，而球管的维修技术必须由生产厂家维修，故建议单一来源采购。</p> <p>专家姓名：王铁明 工作单位：河南省肿瘤医院 职称：主任</p>

政府采购单一来源论证专家签到表

项目名称：河南省荣军医院 GE540 型 CT 球管单一来源采购项目

姓名	工作单位	技术职称	联系电话
陶金松	河南省人民医院	高工	13838238595
郭恩武	郑大二附院	主任医师	13949005915
王世明	河南省肿瘤医院	主任医师	13213208656