


政府采购进口产品专家评审意见

一、基本情况	
申请单位	河南省荣军医院
拟采购产品名称	GE540 型 CT 球管
拟采购产品金额	59.8 万元人民币
采购项目所属项目名称	河南省荣军医院 GE540 型 CT 球管单一来源采购项目
采购项目所属项目金额	59.8 万元人民币
二、申请理由	
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取:	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取:	
<input type="checkbox"/> 3. 其他:	
<p>原因阐述:</p> <p>河南省荣军医院的 GE540 型 CT 使用已五年,球管达到使用寿命,需要更换球管。球管是 CT 核心部件,球管型号在 CT 整机注册证中有明确规定,为该型 CT 生产商 GE 公司独家所有,具有不可替代性。选择非 GE 原装进口球管的风险较大,为确保 CT 整机的安全性和稳定性,减少维修费用,使球管与整机的匹配,保证 CT 其他重要部件的寿命。所以采购唯一与 GE OPTIMA540 16 排 CT 整机完全匹配的原装进口 6.3MHU 球管。</p>	
三、专家论证意见 1	
<p>CT球管是机器的核心,该机器是GE公司生产的16排CT,而且热容量是比较大的,国内根本没有生产厂家,只能进口。同意CT管球进口。</p> <p style="text-align: right;">专家签字 </p> <p style="text-align: right;">2019 年 12 月 11 日</p>	

三、专家论证意见 2

原装GE设备的CT球管, 设备性能
稳定, 具有稳定性, 建议采购进口配件。

专家签字

2019年12月11日

三、专家论证意见 3

原装进口机器配套使用的CT球管, 为作证
稳定性, 更好用于临床, 建议采购进口配套产品。

专家签字

2019年12月11日

三、专家论证意见 4

GE OPTIMA 450 整机是进口, 配套球管为 63MHU, 因
内部元件已替代, 故建议采购进口球管, 由于球管已
用。

专家签字

2019年12月12日

三、专家论证意见 5

采购人采购进口产品符合法律和相关政策的规定,
且不属于国家限制类和禁止类进口产品的范
围。

专家签字

2019年12月11日

政府采购进口产品论证专家签到表

项目名称：河南省荣军医院 GE540 型 CT 球管单一来源采购项目

姓名	工作单位	技术职称	联系电话
傅山河	河南省肿瘤医院	高工	13937142197
陈金松	省人医	高工	13838238595
李卫丁	河南业为人医	工程师	13007618241
郭恩成	郑大一附院	主任医师	13748005915
李树林	河南省肿瘤医院	高工	13526501644