


进口产品论证专家签到表

项目名称		太康县疾病预防控制中心 PCR 实验室建设项目				
采购人	太康县疾病预防控制中心		代理机构	河南招标采购服务有限公司		
论证时间	2020 年 8 月 12 日 15 时 30 分		论证地点	河南招标采购服务有限公司会议室		
序号	专家姓名	工作单位	职称	联系电话	身份证号码	签到时间
1	李钊	河南郑州 绿都汇	律师	1300761 8241	51021219650702 163X	2020.8.12
2	郝萍	郑州大学 第二附属医院	主任医师	13523062 731	410105196211 021620	2020.8.12
3	许健	郑州市骨 科医院	主任	138383 45278	4101031961011 53232	2020.8.12
4	陈科	河南省 科学院	主任	1360769 2061	41010319531213 0319	2020.8.12
5	李东	河南中医 大学第一 附属医院	主任医师	1308360224	410105197004251030	2020.8.12

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	太康县疾病预防控制中心
拟采购产品名称	实时荧光定量 PCR 仪
拟采购产品金额	88.2 万
采购项目所属项目名称	太康县疾病预防控制中心 PCR 实验室建设项目
采购项目所属项目金额	314.865 万
二、申请理由	
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述： 所采购的产品，国内产品无法达到相关要求，且不属于国家规定的限制类和禁止类进口产品的范围。	
三、专家论证意见	
同意采购进口产品 专家签字：李建军 2020 年 8 月 12 日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	太康县疾病预防控制中心
拟采购产品名称	实时荧光定量 PCR 仪
拟采购产品金额	88.2 万
采购项目所属项目名称	太康县疾病预防控制中心 PCR 实验室建设项目
采购项目所属项目金额	314.865 万
二、申请理由	
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述： 进口产品检测速度快、检测灵敏度高、稳定性好。能提供全套技术解决方案，一次实验可以同时检测 21 色荧光。能更快更好地满足工作需要。	
三、专家论证意见	
同意采购进口产品 专家签字：  2020 年 8 月 12 日	


政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	太康县疾病预防控制中心
拟采购产品名称	实时荧光定量 PCR 仪
拟采购产品金额	88.2 万
采购项目所属项目名称	太康县疾病预防控制中心 PCR 实验室建设项目
采购项目所属项目金额	314.865 万
二、申请理由	
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input type="checkbox"/> 3. 其他。	
<p>原因阐述：国内产品无法达到相关技术要求，不能满足临床需要，进口设备检测灵敏度高，重复性好，能更好满足工作需要。</p>	
三、专家论证意见	
<p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">同意采购进口产品</p> <p>专家签字：许健</p> <p>2020年8月12日</p>	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	太康县疾病预防控制中心
拟采购产品名称	实时荧光定量 PCR 仪
拟采购产品金额	88.2 万
采购项目所属项目名称	太康县疾病预防控制中心 PCR 实验室建设项目
采购项目所属项目金额	314.865 万
二、申请理由	
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述： 国内同类产品不能完全满足临床检测的要求，且部分产品精度低。	
三、专家论证意见	
同意购进进口产品。	
专家签字：陈艳华	
2020 年 8 月 12 日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	太康县疾病预防控制中心
拟采购产品名称	实时荧光定量 PCR 仪
拟采购产品金额	88.2 万
采购项目所属项目名称	太康县疾病预防控制中心 PCR 实验室建设项目
采购项目所属项目金额	314.865 万
二、申请理由	
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述： 根据招标文件所述的条件要求，国内产品目前还不能提供完全满足。（无放心速度等，被角度上都不能达到要求。	
三、专家论证意见	
同意采购进口设备 专家签字：  2020 年 8 月 12 日	