

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 陶金柱	
	职称: 高工	
	工作单位: 河南南平医院	
项目信息	项目名称: 郑州大学第一附属医院内窥镜手术器械控制系统维保服务项目	
	供应商名称: 直观复星医疗器械技术(上海)有限公司	
专业人员论证意见	目前国内第三方公司不具备内窥镜手术器械控制系统维保能力。建议厂家或总代负责维保, 采用单一来源方式进行采购。	
专业人员签字	陶金柱	日期 2020年10月27日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李桂林	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 河南省肿瘤医院	
项目信息	项目名称: 郑州大学第一附属医院内窥镜手术器械控制系统维保服务项目	
	供应商名称: 直观复星医疗器械技术(上海)有限公司	
专业人员论证意见	因该项目专业性较强, 且技术复杂, 经论证, 建议采用单一来源方式采购。	
	李桂林	日期: 2020年10月27日
专业人员签字		

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 何杰
	职称: 高级工程师
	工作单位: 河南中医药大学
项目信息	项目名称: 郑州大学第一附属医院内窥镜手术器械控制系统维保服务项目
	供应商名称: 直观复星医疗器械技术(上海)有限公司
专业人员论证意见	由于内窥镜手术器械控制系统属于高精尖的医疗设备,其设计具有特殊性,市场上对其安全性要求极高,维保技术要求高。维保配件要求原厂生产可保证机器的使用安全,而该设备在国内唯一授权服务商为直观复星医疗器械技术(上海)有限公司,因此其维保服务也只能从这家公司购买,符合政府采购单一来源采购相关要求。建议采用单一来源采购。
专业人员签字	何杰 日期 2020年10月27日