



宜阳县第三人民医院医疗设备采购项目

招 标 文 件

招 标 编 号 ： 宜 阳 政 采 招 标 (2020)0329 号

采购人：宜阳县第三人民医院

采购代理机构：河南招标采购服务有限公司

二 0 二 0 年 十 二 月



目 录

目 录.....	2
第一章 宜阳县第三人民医院医疗设备采购项目.....	8
招标公告	8
一、项目基本情况	8
二、申请人的资格要求:	8
三、获取招标文件	9
四、投标截止时间及地点	10
五、开标时间及地点.....	11
六、发布公告的媒介及招标公告期限	11
七、其他补充事宜	11
政府采购政策: 支持中小微(监狱、残疾人福利性单位)企业、节能环保产品优先采购.....	11
八、凡对本次招标提出询问, 请按照以下方式联系。.....	11
第二章 投标人须知.....	13
1、总则	20
2、招标文件	24
3、投标文件.....	25
4、投标	27
5、开标	28
6、资格审查与评标.....	29
7、定标及合同授予.....	30
8、纪律和监督	31
9、样品	33

10、相同品牌产品投标的处理.....	33
11、需要补充的其他内容.....	34
附件：质疑函范本.....	35
第三章 采购需求.....	38
1.....	41
迎宾欢送.....	41
不同路线方向自动感应人体，并播报欢迎语、欢送语，支持自定义展示语音图片信息。.....	41
2.....	41
引导带领.....	41
客人语音交互后机器人带领客人到达指定点，带领完返回起始点（要定制）。.....	41
3.....	41
产品讲解.....	41
可播放音频讲解、图片、视频等形式的广告资讯，或相关宣传内容，全方位展示新产品特色和相 关服务内容。.....	41
4.....	41
业务咨询.....	41
自定义语音对话，支持搭建行业数据模型和海量知识库（要定制），向顾客解答各种业务咨询问 题，并能不断地智能学习优化。.....	41
5.....	41
语音搜索.....	41
可以语音搜索并且调出网上的图片、网页、天气等等。.....	41
6.....	41
语音调出图片和视频.....	41

可以语音控制打开自定义的图片、视频来预览。	41
7.....	42
桌面添加 APP 应用.....	42
可以添加已有的 APP、网站页面到机器人应用桌面，客人可以语音调出 APP，或者手动打开。 ..	42
8.....	42
语音打开软件.....	42
可以语音打开已经设置好的软件，并且运行软件。	42
9.....	42
主持客串	42
支持自定义台词，完成发布重要消息等压轴任务；能以对话、讲解、运动等形式客串各种互动演	
出。	42
10.....	42
呈送礼仪	42
能参加颁奖活动，完成呈送奖品礼仪工作。能完成各类宣传资料、精美礼品的派送工作。	42
11.....	42
表情互动	42
在切换模式，讲话等场景下，机器人分别用相应动态表情、反馈声音，实现和观众的良好互动。	
.....	42
12.....	42
趣味闲聊	42
通过和云端语音交互，可以实现趣味闲聊。	42
13.....	42

循环宣讲	42
在不间断的团体参观活动中,机器人可根据主办方自定义的工作方式和行走路线,自动循环运作,完成安全高效的宣讲接待工作。	42
14.....	42
任意控制	42
可以通过 APP、遥控器来超控实现各种操作、宣传和推广。	42
15.....	42
私人顾问	42
在私人拜访参观、领导视察活动中,机器人以私人顾问的工作方式,适应现场变化和提问要求,完成灵活有趣的解说接待工作。	42
16.....	42
多点讲解	42
多点导航,并且自定义多点讲解。	42
17.....	42
人脸识别	42
可以对客人或者贵宾人脸识别迎宾。	42
操作系统参数:	42
人形外表,壳体光泽度好,亲切大的面部表情	42
机器人无尖锐的金属部件裸露,机身外壳和可操作部分无锋利边角,关节牢固,外表紧密,不易顺坏。	42
高度在 155CM,体重 35KG。	42
可以设置虚拟路线,固定路线行走。	42

第四章 合同(样本)	50
第五章 资格审查与评审办法	59
1、评审方法	59
2、评审标准	59
3、评审程序	59
4、评分标准说明	60
第六章 资格审查与评审标准	62
第七章 投标文件格式	66
一、投标文件格式	69
一、封面.....	70
二、投标函	71
三、法定代表人授权书	73
四、法人被授权人身份证扫描件	74
五、资格证明材料	75
六、开标一览表.....	76
七、报价明细表.....	77
八、中小微企业声明函（投标人）	79
九、中小微企业声明函（制造商）	80
十、残疾人福利性单位声明函.....	81
十一、监狱企业证明文件	82
十二、技术要求响应与偏差表.....	83
十三、商务要求响应与偏差表.....	84
十四、节能产品、环境标志产品明细表	85
十五、实质性技术要求的支持资料	86
十六、制造商授权书（参考）	87
十七、项目实施方案	88

十八、售后服务计划	89
十九、其他需要提供的资料	90
二十、参与评审打分的证书（证件）一览表	91
二十一、参与评审打分的证书（证件）扫描件	92
二十二、参与评审打分的合同业绩一览表	93
二十三、参与评审打分的合同业绩扫描件	94

第一章 宜阳县第三人民医院医疗设备采购项目

招标公告

项目概况

宜阳县第三人民医院医疗设备采购项目 的潜在投标人应在洛阳市公共资源交易中心网站(www.lyggzyjy.cn)获取招标文件,并于 2021 年 1 月 7 日 9 点 30 分(北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号: 宜阳政采招标(2020)0329 号
- 2、项目名称: 宜阳县第三人民医院医疗设备采购项目
- 3、采购方式: 公开招标
- 4、预算金额: 5980000.00 元
最高限价(如有): 5980000.00 元
- 5、采购需求: 本项目主要建设内容为医用超声波仪器及设备、物理治疗、康复及体育治疗仪器设备、其他医疗设备、手术急救设备及器具、医用磁共振设备等(具体详见采购清单);
具体内容详见招标文件。
交货期: 合同签订之日起 60 天内安装调试完毕
质保期: 按国家标准
- 6、合同履行期限: 合同签订之日起 60 天内安装调试完毕
- 7、本项目(是/否)接受联合体投标: 否
- 8、是否接受进口产品: 否

二、申请人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3. 本项目的特定资格要求：

(1) 投标人是生产商的需具有医疗器械注册证及医疗器械生产许可证，投标人是经销商的需具有医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证（经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证中必须包含本项目的经营范围，非医疗设备可不提供）和加盖生产商公章的医疗器械生产许可证复印件。（投标文件内附所有证明资料原件的扫描件，否则其投标将不被接受）

(2) 供应商须提供经审计的2019年度财务报告或银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

(3) 供应商须提供2020年4月1日以来任意一个月份依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料扫描件。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；

(4) 依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号），供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，被“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单的将被拒绝参与本项目政府采购活动（供应商无需提供证明资料，投标截止后由采购人或代理机构进行现场查询）。

三、获取招标文件

1. 时间：2020年12月16日至2020年12月22日0:00至23:59（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）。

2. 地点：洛阳市公共资源交易中心网站（www.lyggzyjy.cn）

方式：1）本次招标（采购）文件在网上获取，请登录洛阳市公共资源交易中心网站（www.lyggzyjy.cn），点击“交易登录”进入“洛阳市电子招投标交易平台”进行用户注册，并办理CA数字证书。详见洛阳市公共资源交易中心网站—办事指南—

办事流程—主体注册CA办理。

2) 办理数字证书后, 请于2020年12月16日至2020年12月22日, 登录洛阳市公共资源交易网站, 点击“交易登录”, 选择“证书 Key”方式登录, 进入后选择“供应商登录”, 在“政府采购业务”内免费下载招标(采购)文件。如投多个标段(包), 则应就所投每个标段(包)分别下载获取。联合体投标的, 由联合体牵头人完成招标(采购)文件下载。

3. 3) 获取招标(采购)文件后, 请到洛阳市公共资源交易中心网站—办事指南—下载中心栏目下载并安装最新版本投标文件制作工具, 查看招标(采购)文件和制作电子投标(响应)文件。

4. 售价: 0元 (只可填数字)

四、投标截止时间及地点

1. 时间: 2021年1月7日9点30分 (北京时间)

2. 地点: 宜阳县公共资源交易中心开标二室。

3. 投标人应在投标截止时间前, 通过互联网使用CA数字证书登录洛阳市公共资源交易中心网站, 将加密的投标文件上传至“洛阳市电子招投标交易平台”指定位置, 上传成功后将得到上传成功的确认。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素, 未在投标截止时间前完成上传的, 视为逾期送达, 洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。

4. 除电子投标文件外, 投标时不再接受任何纸质文件、资料等。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件, 招标人不予受理。

五、开标时间及地点

1. 时间：2021年1月7日9点30分（北京时间）
2. 地点：宜阳县公共资源交易中心开标二室

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《洛阳市公共资源交易中心网》、《中国招标投标公共服务平台》上发布。招标公告期限为五个工作日。2020年12月16日至2020年12月22日。

七、其他补充事宜

政府采购政策：支持中小微（监狱、残疾人福利性单位）企业、节能环保产品优先采购

采购项目需要落实的政府采购政策：

1. 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；
2. 《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；
3. 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：宜阳县第三人民医院

地址：宜阳县城关镇文明路

联系人：王女士

联系方式：0379-60306308

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：河南招标采购服务有限公司

地址：洛阳市滨河南路与学子街交叉口天汇中心 1802 室

联系人：聂女士

联系方式：0379-62903131 15237910980

3. 项目联系方式

项目联系人：聂女士

联系人：15237910980

4. 监管部门、联系人和联系方式：

监管部门：宜阳县卫生健康委员会

监管部门联系人：宜阳县卫生健康委员会

监管部门联系方式：0379-68823837

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	名称	内容
1.1.2	采购人	名称：宜阳县第三人民医院 地址：宜阳县城关镇文明路 联系人：王女士 联系方式：0379-60306308
1.1.3	采购代理机构	名称：河南招标采购服务有限公司 地址：洛阳市洛龙区学子街滨河南路口天汇中心 1802 室 联系人：聂女士 电话：0379-62903131 15237910980 邮箱： hnzy0379@163.com
1.1.4	招标项目名称	宜阳县第三人民医院医疗设备采购项目
1.1.5	落实政府采购政策要求	<input checked="" type="checkbox"/> 节能环保产品优先采购。 <input checked="" type="checkbox"/> 支持中小微（监狱、残疾人福利性单位）企业。 <input type="checkbox"/> 面向中小微（监狱、残疾人福利性单位）企业。
1.1.6	强制采购节能产品	本次招标强制采购的节能产品：___/___
1.1.7	政府采购管理部门备案编号	2020-10-22 号
1.1.8	招标编号	宜阳政采招标(2020)0329 号
1.1.8	标段划分	本次招标共 <u>1</u> 标段。 投标人应就该项目进行完整投标，否则将不被接受。
1.2.1	资金来源	<u>政府债券资金</u>
1.2.2	付款方式	由采购人付款。项目建设完成经验收合格后按相关财务流程支付合同款项 90%，剩余 10%作为质保金，待质保期满后，按相关财务流程一次性支付。
1.3.1	交货期	合同签订之日起 60 天内安装调试完毕
1.3.2	交货地点	采购人指定地点
1.3.3	履约验收	采购人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件以

		及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术监督检验机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方承担。
1.3.4	质保期及售后服务	质保期：按国家标准。 对有瑕疵或不能修复的货物负责免费更换。
1.4.1	投标人资格要求	合格投标人除符合《政府采购法》第22条外，还必须符合下列条件： （1）投标人是生产商的需具有医疗器械注册证及医疗器械生产许可证，投标人是经销商的需具有医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证（经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证中必须包含本项目的经营范围，非医疗设备可不提供）和加盖生产商公章的医疗器械生产许可证复印件。（投标文件内附所有证明资料原件的扫描件，否则其投标将不被接受）； （2）供应商须提供经审计的2019年度财务报告或银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函； （3）供应商须提供2020年4月1日以来任意一个月份依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料扫描件。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金； （4）依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号），供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，被“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单的将被拒绝参与本项目政府采购活动（供应商无需提供证明资料，投标截止后由采购人或代理机构进行现场查询）。
1.4.2	是否接受联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受

1.4.3	投标人不得存在的其他情形	<p>(1) 与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性;</p> <p>(2) 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人;</p> <p>(3) 与本招标项目的其他投标人存在直接控股、管理关系;</p> <p>(4) 为本招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务;</p> <p>(5) 为本招标项目的招标代理机构或与招标代理机构同为一个法定代表人;</p> <p>(6) 被“中国政府采购”网站 (www.ccgp.gov.cn) 列入政府采购严重违法失信行为记录名单(以开标后进行资格审查时查询结果为准, 查询结果截图保存);</p> <p>(7) 因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚;</p> <p>(8) 进入清算程序, 或被宣告破产, 或其他丧失履约能力的情形;</p> <p>(9) 被“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(以开标后进行资格审查时查询结果为准, 查询结果截图保存);</p> <p>(10) 在近三年内投标人有行贿犯罪行为的;</p> <p>(11) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。</p>
1.9.1	投标预备会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开
1.9.2	投标人在投标预备会前提出问题	时间: / 形式: /
1.10.1	分包	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许
1.11.1	实质性要求和条件	交货期 交货地点 付款方式 质保期及售后服务; 其他: /
1.11.3	其他可以被接受的技术支持资料	/

1.11.4	偏差	<input type="checkbox"/> 不允许 <input checked="" type="checkbox"/> 允许
2.1	构成招标文件的其他资料	/
2.2.1	投标人提出问题或要求澄清招标文件的截止时间	<p>提交投标文件截止时间 10 日前，由投标人在洛阳市电子招投标交易平台上进行提问。</p> <p>在投标截止时间前 10 日内，采购人、采购代理机构不再受理投标人提出的问题。</p>
2.2.2	招标文件澄清、修改发出的形式	<p>招标文件的澄清、修改将在河南省政府采购网（www.hngp.gov.cn）和洛阳市公共资源交易中心网站（www.lyggzyjy.cn）上发布“变更公告”，如需修改招标文件，则同时在洛阳市电子招投标交易平台发布“答疑文件”（答疑文件指修改后最新的招标文件）。对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的投标人，将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的“答疑文件”，并以此编制投标文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制投标文件，造成投标无效的后果由投标人自己承担。</p>
3.1.1	构成投标文件的其他资料	/
3.2.4	预算控制金额	<p>预算控制金额 5980000.00 元。</p> <p>投标人投标报价超过本预算的，其投标将被否决。</p>
3.2.5	投标报价的其他要求	<p>投标报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。应包括本招标项目所包含的货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。</p> <p>如果本项目报经政府采购管理部门批准允许采购进口产品，除上述一切税金和费用外，投标报价还应包含国际运输、保险、进口产品报关清关、商检等一切税金和费用。</p> <p>其他: / _____</p>
3.3.1	投标有效期	提交投标文件截止时间后 60 天，有效期短于该期限的投标将被拒绝。

3.3.2	投标保证金	本项目不需要缴纳投标保证金, 供应商须提供采购代理服务 费承诺函。(采购代理服务费承诺函格式详见第二章附件)
3.5.3	资格审查资料的特殊要求	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有
3.6.1	是否允许提交备选投标方案	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许
4.2.1	投标截止时间	见第一章招标公告。
4.2.2	提交投标文件地点	见第一章招标公告。
4.2.3	投标文件份数及其他要求	本项目实行全流程电子化交易, 不接受纸质投标文件。电 子投标文件 1 份。在投标截止时间前通过洛阳市公共资源 交易中心 (http://www.lyggzyjy.cn) 在线完成上传。
4.2.5	投标文件上传问题联系方式	投标人因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子投 标文件时, 请在工作时间与交易中心联系。联系方式: 400-998-0000; 0379-69921055。
4.2.6	投标文件是否退还	不退还。
5.1	开标时间和地点	开标时间: 同投标截止时间 开标地点: 同提交投标文件地点
5.3	开标疑义	现场提出
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成: <u>5</u> 人 其中采购人代表 <u>1</u> 人, 专家 <u>4</u> 人。
6.3.2	评标委员会推荐中标候选人 的人数	<u>2</u> 名
7.1.1	是否授权评标委员会确定中 标人	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
7.1.2	定标原则	评标委员会根据评标排列顺序确定前两名为中标候选人, 并 确定第一名为中标人。
7.2	中标结果公布媒介及期限	公布媒介: 《河南省政府采购网》、《洛阳市公共资源交易 中心网》、《中国招标投标公共服务平台》上公布。 公告期限: 1 个工作日
7.4.1	履约保证金	<input checked="" type="checkbox"/> 履约保证金按中标金额的 5%收取, 中标人以转账或银行 保函的形式向采购人提交。

		<input type="checkbox"/> 免收履约保证金。
8.5.2	质疑函的递交方式	质疑函应当面递交；因情况特殊而邮寄的，交邮前应通知采购人、采购代理机构。接受质疑函的采购人、采购代理机构的联系部门、联系电话和通讯地址详见本项目招标公告和投标人须知前附表。
9	样品	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是。
10	本项目核心产品为	医用磁共振设备
11	相同品牌产品投标的处理	提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标段投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价最低的投标人获得中标人推荐资格，投标报价也相同的，由评标委员会投票决定。非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。
12	需要补充的其他内容	监督部门及电话：宜阳县卫生健康委员会 监督电话：0379-68823837
13	招标代理费	由中标人向代理机构缴纳。

附件:

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商:

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动!

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展,针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商,可持政府采购合同向金融机构申请贷款,无需抵押、担保,融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》(豫财购〔2017〕10号),按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构,可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

1、总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行招标。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 落实政府采购政策要求：见投标人须知前附表。

(1) 如果本项目报经政府采购管理部门批准允许采购进口产品，投标人可投进口产品，也可投国产产品。但进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。

(2) 根据财政部工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本项目对中小企业作为投标人所提供的小微企业生产的产品的价格给予6%-10%的扣除。

(3) 根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

(4) 根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

(5) 同一投标人（包括联合体），中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

(6) 根据财政部工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本项目专门面向中小企业或小微企业采购的，评审中价格将均不予扣除。

1.1.6 为落实政府采购政策，本次招标强制采购的节能产品：见投标人须知前附表。投标人所投强制节能产品应具有《中国节能产品认证证书》证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的），否则其投标将被否决。

1.1.7 政府采购管理部门备案编号：见投标人须知前附表。

1.1.8 招标编号：见投标人须知前附表。

1.1.9 标段划分：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源及付款方式

1.2.1 资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 付款方式：见投标人须知前附表，不接受该条件的投标将被否决。

1.3 交货期、交货地点、履约验收、质保期及售后服务

1.3.1 交货期：见投标人须知前附表，不接受该条件的投标将被否决。

1.3.2 交货地点：见投标人须知前附表，不接受该条件的投标将被否决。

1.3.3 履约验收：见投标人须知前附表。

1.3.4 质保期及售后服务：见投标人须知前附表，不接受该条件的投标将被否决。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资格要求：投标人应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，具体见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

(2) 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

(3) 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标公告规定的投标人资格条件。联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

(4) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；
- (2) 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
- (3) 与本招标项目的其他投标人存在直接控股、管理关系；
- (4) 为本招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
- (5) 为本招标项目的招标代理机构或与招标代理机构同为一个法定代表人；
- (6) 被“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（以开标后进行资格审查时查询结果为准，查询结果截图保存）；
- (7) 因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；
- (8) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- (9) 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（以开标后进行资格审查时查询结果为准，查询结果截图保存）；
- (10) 在近三年内投标人有行贿犯罪行为的；
- (11) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，采购人对投标人所提问题的澄清为招标文件的组成部分。

1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体货物进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体货物外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表、重要技术条款的客观证明材料、售后服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检验检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

1.11.6 如投标文件技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明的内容与投标文件的其他地方存在不一致，以技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明的内容为准。

2、招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 采购需求
- (4) 合同（样本）
- (5) 资格审查与评标办法；
- (6) 资格审查与评审标准；
- (7) 投标文件格式；
- (8) 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购代理机构，要求对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清、修改按投标人须知前附表规定的形式发出。澄清、修改发出的时间距投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

3、投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容（详见招标文件第七章“投标文件格式”）：

- (1) 投标函；
- (2) 法定代表人授权书；
- (3) 资格证明材料
- (4) 开标一览表；
- (5) 报价明细表；
- (6) 技术要求响应与偏差表；
- (7) 商务要求响应与偏差表；
- (8) 项目实施方案；
- (9) 售后服务计划；
- (10) 投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价涉及货币的应为人民币，包括国家规定的增值税税金。投标人应按第七章“投标文件格式”的要求进行报价并填写报价明细表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2.4 采购人设有预算控制金额的，投标人的投标报价不得超过预算控制金额，预算控制金额在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 60 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，但不得要求或被允许修改其投标文件。

3.4 资格审查资料

3.4.1 根据第六章内容提供证明材料。

3.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体各方均应提供资格审查资料。

3.4.3 资格审查资料的特殊要求见投标人须知前附表。

3.5 备选投标方案

3.5.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得提交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.5.2 允许投标人提交备选投标方案的，只有中标人所提交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.5.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.6 投标文件的制作

3.6.1 投标人登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点投标文件制作软件”。

3.6.2 投标人凭 CA 锁登录，并按网上提示自行下载招标文件。使用“新点投标文件制作软件”按要求制作电子投标文件。投标人在制作电子投标文件时，应按要求进行电子签章。投标人编辑电子投

标文件时，根据招标文件要求用法定代表人 CA 锁和企业 CA 锁进行签章制作；最后一步生成电子投标文件 (*.lytf 格式) 时，只能用本单位的企业 CA 锁。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。

3.6.3 加密的电子投标文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制作软件”制作生成的加密版投标文件。

3.6.4 招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被否决的风险。

3.6.5 投标文件所附证明材料均为原件的扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若投标人未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，评标委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关要求进行了响应，涉及资格审查或符合性审查的将不予通过。

4、投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的密封和标记的要求：见投标人须知前附表。

4.1.2 未按要求密封和标记的投标文件，采购人将予以拒收。

4.2 投标文件的提交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前提交投标文件。不接受邮寄、电报、电话、传真等方式投标。除电子投标文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

4.2.2 投标人提交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标文件份数及其他要求：见投标人须知前附表。

4.2.4 投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件 (*.lytf) 到洛阳市电子招投标交易平台指定位置。上传时投标人须使用制作该投标文件的同一 CA 锁进行上传操作。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。

4.2.5 投标人因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系方式见投标人须知前附表。

4.2.6 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在洛阳市电子招投标交易平台上进行撤回投标的操作。

4.3.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

5、开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。

5.2 开标规定

本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，供应商无需到开标现场参加开标会议，供应商应当在投标截止时间前，登录不见面开标大厅选择洛阳市公共资源电子招投标系统进行登录（网址为 <http://t.cn/A6huPROa>），在线准时参加开标活动并进行响应文件解密等。因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。请参照洛阳市公共资源交易中心首页—办事指南—下载中心—操作手册—《洛阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（供应商）》

5.3 开标疑义

投标人对开标有疑义的，应按投标人须知前附表规定的方式提出。

6、资格审查与评标

6.1 资格审查小组与评标委员会

6.1.1 采购人负责资格审查。采购人组建资格审查小组，可以由采购人代表以及评审专家或采购代理机构组成，在资格审查中为采购人提供支持和帮助。评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表以及评审专家组成。评标委员会成员人数以及评审专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 资格审查与评标原则

资格审查遵循公平、公正的原则，评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 资格审查与评标

6.3.1 资格审查小组

采购代理机构将根据招标内容和特点按规定组建资格审查小组，其成员由采购人代表和代理机构专职人员共3人（含）以上单数组成，资格审查小组负责对投标人资格进行审查。

6.3.2 资格审查小组与评标委员会按照第五章“资格审查与评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标人进行资格审查，并对投标文件进行评审。第五章“资格审查与评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为资格审查与评标依据。

6.3.3 通过资格审查的投标人的投标文件由评标委员会进行评审。评标完成后，评标委员会应当提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.3.4 本次招标采用电子化评标，如“洛阳市电子招投标交易平台”系统出现故障，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后组织评审。

7、定标及合同授予

7.1 定标

7.1.1 按照投标人须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.1.2 按投标人须知前附表的规定的定标原则确定中标人。

7.2 中标结果

自中标人确定之日起2个工作日内，在投标人须知前附表规定的媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告。

7.3 中标通知

《中标通知书》由采购代理机构通过洛阳市电子招投标交易平台向中标人发出，同时将中标结果通知未中标的投标人。《中标通知书》由中标人和采购人自行下载、打印，并对中标人和采购人均具有法律效力。

7.4 履约保证金

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和事先经过采购人书面认可的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。

7.4.2 中标人不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标资格，其给采购人造成的损失中标人应当予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起 20 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其中标资格；给采购人造成的损失中标人应当予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件；若采购人拒签合同给中标人造成损失的，应当赔偿损失。

8、纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

- 8.1.1 不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；
- 8.1.2 不得与投标人或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；
- 8.1.3 不得诱导、干预或影响评标委员会依法依规评标，不得诱导、干预或影响评标专家依法依规独立评标；
- 8.1.4 不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料；
- 8.1.5 不得接受投标人或采购代理机构的贿赂，或获取其他不正当利益；
- 8.1.6 不得无正当理由拒绝与中标人签订合同；
- 8.1.7 参与采购活动的相关人员与投标人有利害关系的应当回避；
- 8.1.8 采购过程中，不得有其他违法违规行为。

8.2 对投标人的纪律要求

- 8.2.1 不得以他人名义投标；
- 8.2.2 投标人不得相互串通投标，不得与采购人、与采购代理机构串通投标；

- 8.2.3 不得向采购人或者评标委员会成员行贿，或提供其他不正当利益谋取中标；
- 8.2.4 不得弄虚作假骗取中标，不得虚假应标，不得恶意低价抢标；
- 8.2.5 投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作；
- 8.2.6 不得无正当理由弃标或中标后拒绝与采购人签订合同；
- 8.2.7 不得恶意诋毁其他投标人、采购人或采购代理机构；
- 8.2.8 在参与政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

- 8.3.1 确定参与评标至评标结束前，不得私自接触投标人；
- 8.3.2 不得与投标人或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；
- 8.3.3 不得接受投标人主动提出的与投标文件不一致的澄清和说明；
- 8.3.4 不得征询采购人的倾向性意见；
- 8.3.5 不得对主观评审因素协商评分；
- 8.3.6 不得对客观评审因素评分不一致；
- 8.3.7 评标委员会成员不得接受投标人、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；
- 8.3.8 不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；
- 8.3.9 不得使用招标文件没有规定的评标方法和评标标准进行评标；
- 8.3.10 不得诱导、干预或影响其他评标专家依法依规独立评标；
- 8.3.11 在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标工作正常进行；
- 8.3.12 不得记录、复制或带走任何评标资料；
- 8.3.11 不得泄露评标过程中获悉的对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的应当保密的情况和资料；
- 8.3.13 评标委员会成员与投标人存在利害关系应当回避；
- 8.3.14 在参与政府采购评标活动中，不得有其他违法违规行为。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

- 8.4.1 不得接受投标人、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；

8.4.2 不得与投标人、采购代理机构或评标专家串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.4.3 不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；

8.4.4 不得诱导、干预或影响评标委员会及其成员依法依规独立评标；

8.4.5 不得擅离职守，影响评标工作正常进行；

8.4.6 不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料；

8.4.7 与投标人有利害关系的应当回避；

8.4.8 在参与或服务政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

8.5 质疑和投诉

8.5.1 投标人认为本次招标活动的招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内有权在法定质疑期内，按规定的程序针对同一采购程序环节一次性实名向采购人、采购代理机构提出书面质疑。质疑函应采用中华人民共和国财政部制定的范本（见附件：质疑函范本）。质疑函及授权委托书应按规定签字并加盖公章。

8.5.2 质疑函的递交方式：见投标人须知前附表。

8.5.3 对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，投标人可以在质疑答复期满后15个工作日内实名向（项目所属）同级政府采购监督管理部门投诉。

8.5.4 质疑和投诉应有具体的质疑（投诉）事项和必要的证明材料或事实根据，投标人对其质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。

9、样品

如本招标项目需要提供样品，样品的具体要求见投标人须知前附表。

10、相同品牌产品投标的处理

相同品牌产品投标的处理办法见投标人须知前附表。

11、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件：质疑函范本

质疑函

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：.....
地址：..... 邮编：.....
联系人：..... 联系电话：.....
授权代表：.....
联系电话：.....
地址：..... 邮编：.....

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：.....
质疑项目的编号：..... 包号：.....
采购人名称：.....
采购文件获取日期：.....

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：.....
事实依据：.....
.....
法律依据：.....
.....
质疑事项 2
.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：.....

签字(签章)：..... 公章：.....
日期：.....

质疑函制作说明：

1. 投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6. 质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

采购代理服务费用承诺函

致（采购代理机构）：

我们在贵公司组织的（项目名称： ， 采购代理编号： ）采购活动中若为成交供应商，我们保证在成交公告发布后5个工作日内，按招标文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向贵公司一次性支付采购代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

供应商名称：

（盖章）

法定代表人或授权代表：

（签字或盖章）

第三章 采购需求

一、项目概况

本次招标项目为宜阳县第三人民医院医疗设备采购项目，共1个标段。

二、招标货物清单及技术要求

序号	货物名称	技术规格及主要参数	数量	单位
医用超声波仪器及设备				
经颅多普勒技术参数			1	台
一、设备名称：双通四深度经颅多普勒血流分析系统 二、设备用途说明： 脑血管及外周血管疾病的诊断和监护 三、主要技术参数及要求： 1. 操作系统：WINDOWS 7 中英文版 2. 增益范围：0-40dB 3. 发射功率：10-700%可调 4. 采样容积：4-20mm 可调 △5. 频谱：128/256/512/1024 点FFT 6. 脉中多普勒（PW）测量深度：20mm-177mm △7. 最大测量速度：590 cm/s				

<p>8. 显示单位: CM/S、KHz 可选</p> <p>9. 频谱扫描速度: 2.2-13.6s 可调</p> <p>10. 频谱显示: 六种色阶编码可选</p> <p>11. 软件包:</p> <p>颅内血管检测软件</p> <p>颅外血管检测软件</p> <p>单探头同步单深度、四深度、八深度血管检测软件</p> <p>实进双通道同步双深度血管检测软件</p> <p>栓子检测软件</p> <p>监护软件</p> <p>△12. 测量参数: V_m , V_p, V_d ,TAV, PI, RI, HR, SBI, STI, HITS, T1、T2、α</p> <p>13. 专业的栓子检测技术, 动态连续监护系统, 血栓自动检测, 计数, 存储, 频谱速度分布图, 其他生理参数监测分析</p> <p>14. 自动颜色匹配功能: 在噪声抑制 DNR 增加时, 进行自动颜色匹配 (色阶自动调整), 从而保持了高 DNR 值时频谱颜色的丰富程度</p> <p>15. 长时间电影回放功能, 并能在回放时进行更改操作。</p> <p>16. 自动或手动存储检查结果, 并可存为 BMP 或 JPG 格式</p> <p>17. 具有直接在频谱图上或报告里进行标注的功能, 给临床医生提示异常</p> <p>18. 操作简单方便, 单一操作部件能完成常规血管检查的全部检查</p> <p>19. 配置标准医学参数的数据库, 并在界面上及报告中显示, 供医生参考、对比</p> <p>20. 多种报告格式可选, 并可用 Office Word 来编辑报告, 方便医生及时进行调整, 同时用户可以把报告存储为 Pdf 种文件格式, 方便浏览、查阅、交流</p> <p>21. 配有医生诊断术语模版系统, 可方便快捷的完成诊断。</p> <p>△22. 可选配 32 深 M 模</p> <p>四、设备及配件要求:</p> <p>1. 监视器: 高分辨率 19 寸 LED 显示器</p> <p>2. 主机: 4G 内存、500G 硬盘、CPU: 酷睿双核, 2.6GHz</p> <p>3. 品牌彩色喷墨打印机</p> <p>△4. 高灵敏 2MHz 2 个, 4MHz 1 个, 8MHz 1 个</p> <p>六、其它要求:</p>		
---	--	--

△制造厂商有经政府相关部门认证的超声换能器实验室		
物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		
乳腺治疗仪技术参数	1	台
<p>1. 工作条件:</p> <p>1.1 环境温度 5℃~40℃;</p> <p>1.2 相对湿度 ≤80%;</p> <p>1.3 大气压力 700hPa~1060hPa;</p> <p>1.4 使用电源: 单相交流 220V, 50Hz;</p> <p>2. 技术规格:</p> <p>2.1 光谱范围: 0.8 μm~2.5 μm</p> <p>△2.2 红外探头温度: a) 35℃~51℃; b) 1~16 分级调节, 步距为1; 温度分别对应为: 35℃、36℃、38℃~51℃, 每步距间隔1℃, 误差±1℃。</p> <p>2.3 可以调节红外输出强度</p> <p>2.4 部位: 乳房、腹部</p> <p>2.5 治疗时间: 多级可调节。</p> <p>2.6 整机功耗: 100VA</p> <p>2.7 连续工作时间: 不少于12 小时</p> <p>3. 基本配置:</p> <p>△3.1 微电脑模拟控制, 全方位对乳腺良性病进行治疗, 效果显著, 见效快。并被国家中医药管理局科技开发交流中心列为乳腺治疗重点推广项目。仪器与配套技术获得国家中医药管理局科技成果推广函</p> <p>3.2 主机、2 个移动红外探头、2 个固定贴身电极, 2 个手控盒, 患者可自助治疗, 减轻医生的工作负担, 提高效率。</p> <p>3.3 四路双通道独立输出, 可两个病人双侧乳房同时进行治疗</p> <p>△3.4 十种治疗方案, 处方一至处方十 (严格按照严格按照中医局三才疗法技术编程);</p> <p>3.5 仪器操作面采用薄膜键盘和超青液晶显示屏, 可显示时间、光强、波形、部位、穴位、中科包络波大小, 使操作更简单、直观。</p> <p>3.6 手持式微电脑遥控器: 专用集成电路, 可随时调节治疗输出参数, 进行音乐治疗编程。</p> <p>3.7 部位选择设置: 乳房、腹部。</p> <p>△4. 输出电压</p> <p>可以调节输出电压强度</p>		

<p>A 波: 探头电极: 0~20V 分级可调 (负载阻抗 500 时峰-峰值, 满幅误差±15%) 固定电极: 0~30V 分级可调 (负载阻抗 500 时峰-峰值, 满幅误差±15%) B 波: 探头电极: 0~35V 分级可调 (负载阻抗 500 时峰-峰值, 满幅误差±15%) 固定电极: 0~55V 分级可调 (负载阻抗 500 时峰-峰值, 满幅误差±15%) C 波: 探头电极: 0~25V 分级可调 (负载阻抗 500 时峰-峰值, 满幅误差±15%) 固定电极: 0~45V 分级可调 (负载阻抗 500 时峰-峰值, 满幅误差±15%) 输出参数随波形实时变化, 输出电压值与对应波形电压峰-峰值范围相同。</p> <p>5. 输出频率</p> <p>a) A 波 频率 110Hz, 误差±15%; 脉宽 320 μs, 误差±15%。</p> <p>b) B 波 频率 800Hz, 误差±15%; 脉宽 625 μs, 误差±10%; 调制波频率 50Hz~400Hz, 高低端点频率误差±18%; 调制波脉宽 1.25ms~10ms, 高低端点脉宽误差±18%。</p> <p>c) C 波 发出不等幅脉冲串, 脉冲频率 2.5kHz, 误差±15%; 串间隔 0.4s, 误差±15%; 其中短波串持续 0.1s, 误差±15%; 长波串持续 0.8s, 误差±15%。</p>				
其他医疗设备				
智能机器人参数			2	台
功能参数:				
1	迎宾欢送	不同路线方向自动感应人体, 并播报欢迎语、欢送语, 支持自定义展示语音图片信息。		
2	引导带领	客人语音交互后机器人带领客人到达指定点, 带领完返回起始点 (要定制)。		
3	产品讲解	可播放音频讲解、图片、视频等形式的广告资讯, 或相关宣传内容, 全方位展示新产品特色和相关内容。		
4	业务咨询	自定义语音对话, 支持搭建行业数据模型和海量知识库 (要定制), 向顾客解答各种业务咨询问题, 并能不断地智能学习优化。		
5	语音搜索	可以语音搜索并且调出网上的图片、网页、天气等等。		
6	语音调出	可以语音控制打开自定义的图片、视频来预览。		

	图片和视频			
7	桌面添加 APP 应用	可以添加已有的 APP、网站页面到机器人应用桌面，客人可以语音调出 APP，或者手动打开。		
8	语音打开软件	可以语音打开已经设置好的软件，并且运行软件。		
9	主持客串	支持自定义台词，完成发布重要消息等压轴任务；能以对话、讲解、运动等形式客串各种互动演出。		
10	呈送礼仪	能参加颁奖活动，完成呈送奖品礼仪工作。能完成各类宣传资料、精美礼品的派送工作。		
11	表情互动	在切换模式，讲话等场景下，机器人分别用相应动态表情、反馈声音，实现和观众的良好互动。		
12	趣味闲聊	通过和云端语音交互，可以实现趣味闲聊。		
13	循环宣讲	在不间断的团体参观活动中，机器人可根据主办方自定义的工作方式和行走路线，自动循环运作，完成安全高效的宣讲接待工作。		
14	任意控制	可以通过 APP、遥控器来超控实现各种操作、宣传和推广。		
15	私人顾问	在私人拜访参观、领导视察活动中，机器人以私人顾问的工作方式，适应现场变化和提问要求，完成灵活有趣的解说接待工作。		
16	多点讲解	多点导航，并且自定义多点讲解。		
17	人脸识别	可以对客人或者贵宾人脸识别迎宾。		
操作系统参数:				
操作系统	安卓 6.0 操作系统为开发平台			
外观设计	外观精美，线条流，做工精致，整体具有鲜明的科技感			
	人形外表，壳体光泽度好，亲切大的面部表情			
	机器人无尖锐的金属部件裸露，机身外壳和可操作部分无锋利边角，关节牢固，外表紧密，不易损坏。			
	高度在 155cm，体重 35kg。			
下身运动性能	可以行走，转圈，可以急停。			
	可以自动充电，也可以手动充电。			
	配套防滑橡胶轮，不打滑。			
	可以自主导航行走，自主规划路线，自动生成平面地图。			
	可以设置虚拟路线，固定路线行走。			

	激光雷达导航，激光探测距离 25m, 精度 2mm, 防阳光干扰，可以自主规划路线也可以建立虚拟路线，在避障前提下可以绕开障碍物。		
	运动速度在 0~3m/s 可以调节。		
避障	超声波避障，有 5~7 个超声波（看结构而定），超声波有效距离 1.5m.		
	激光避障，并且可以绕开障碍物，避障距离可以设置。		
	超声和激光完全融合一体，避障反应速度灵敏，可在 0.1S 有触发信号。		
语音对话	可以语音对话互动，业务咨询，业务讲解。		
	四麦阵列，语音唤醒，声源定位，识别距离 5 米，抗干扰性强，识别率 90%以上。		
	可以自定义对话，可以批量导入自定义内容。		
	有语意理解、语音分析，多轮对话功能。		
语音对话关联推广内容	可以自定义图片、视频内容与语音对话指令相关联，说出指令后即可在屏幕跳出需要推广的图片或者视频。		
	可以自定义网站页面与语音对话指令相关联，说出指令后即可在屏幕跳出需要推广的网站页面。		
	可以自定义 APP 与语音对话指令相关联，说出指令后即可在屏幕打开需要推广的 APP。		
添加 APP 功能	可以在机器人界面添加任意 APP，并且打开使用。		
人脸识别	具有活体检测功能，具有人脸识别功能。		
	摄像头像素 200 万		
	静态画面解析度不低于 1024x768，摄像头安装在胸前，约 45 度角度。		
显示器	22 寸十点触摸全角屏幕，亮度大于 250cd/m2, 屏幕比例 16:9, 分辨率 1920*1080 FULLHD。		
	显示尺寸：47.6x26.6 cm。		
电脑配置	2G 运行内存，8G 储存内存。		
	独立 USB 口，独立网口，独立音频口，独立麦克风口。		
	可以 wafi 上网，可以连 4G 卡，有蓝牙模块。		
续航能力	24V15AH 聚合物锂电池，可防水，充满可以用 9 小时。		
	带电量显示模块。		
	电量低时候可以自己回去充电。		
带领功能	可以在业务大厅带领客人到达业务办理目的地，并且自动返回出发点。		
软件功能	可以远程升级，图形化的用户使用界面。		

	可以语音对话模式打开业务查询平台。		
人体感应	感应到客人后可以做出特定提醒。		
材料	塑料+玻璃纤维+金属铁板。		
表面工艺	喷漆。		
手术急救设备及器具			
呼吸机技术参数		1	台
<p>1. 基本要求</p> <p>1.1. 适用于婴幼儿、儿童和成人的呼吸机，中文操作界面；</p> <p>1.2. 电动电控呼吸机；</p> <p>△1.3. 吸气阀、呼气阀均可拆卸并能高温消毒（134℃），以防止交叉感染；</p> <p>1.4. 视角可调的 12.1 英寸彩色触摸控制屏，分辨率≥1280*800；</p> <p>1.5. 可开机自检，进行系统顺应性补偿及泄露补偿；</p> <p>1.6. 可选病人类型及身高进行参数设置，并可一键选择成人/儿童；</p> <p>1.7. 参数设置时具有自动计算关联参数，以及超限参数红色提醒功能；</p> <p>△1.8. 压力上升时间和呼气触发灵敏度可调节，呼气灵敏度具有自动触发可供选择；</p> <p>△1.9. 同屏可显示 4 道波形，支持呼吸波形与呼吸环同屏显示，呼吸环可存储（不少于 4 个）、对比，可冻结及导出。</p> <p>2、呼吸模式及功能</p> <p>2.1、常规模式：容量控制通气下的辅助控制通气 A/C 和同步间歇指令通气 SIMV、压力控制通气下的 A/C 和 SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式（具有容量和压力两种方式）及 SIGH 模式；</p> <p>2.2、具备双相气道正压通气（如 BIPAP 或 Bi-vent），可选配自动适应性压力调整容量控制功能（如 AUTOFLOW 或者 PRVC 等）、压力释放通气 APRV；</p> <p>2.3、肺保护功能：可选配低流速 PV 工具环、ATRC（自动插管阻力补偿）、TV/IBW 等功能；</p> <p>2.4、氧疗功能：可同时调节吸氧流量及吸氧浓度；</p> <p>2.5、其他功能：具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、监测参数的 72 小时的趋势图、表分析，可选配无创通气、呼末 CO2 监测，智能吸痰程序，NIF、PEEPi 及 P0.1 测定。</p> <p>3、设置参数要求</p> <p>3.1、潮气量：20ml—2000ml</p> <p>3.2、呼吸频率：1-100 次/min</p>			

<p>3.3、压力支持：0—80cmH2O</p> <p>3.4、PEEP：0—45 cmH2O</p> <p>3.5、压力上升时间：0-2s</p> <p>3.6、呼气触发灵敏度：自动或 10%-80%</p> <p>4、监测参数要求</p> <p>4.1、监测参数不少于 20 个；</p> <p>4.2、波形：压力/时间、流速/时间、容量/时间监测；</p> <p>4.3、呼吸环：压力/容量、容量/流速、流速/压力环监测；</p> <p>4.4、肺力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼吸功、时间常数的监测；</p> <p>4.5、可选配旁流 CO2、主流 CO2 监测，同时监测气道死腔 V_{Daw} 和肺泡通气量 V_t 等参数</p> <p>5、其他功能要求</p> <p>5.1、便利的锁屏功能；</p> <p>5.2、气体检漏塞设计，便于自检及校准；</p> <p>5.3、氧电池更换无需拆机及专业工具；</p> <p>5.4、内置电池供电不少于 2 小时，支持直流电供电；</p> <p>5.5、呼吸机整机重量约小于 11 kg（不包括台车），方便手提及转运</p>			
医用磁共振设备			
医用磁共振设备技术参数		1	台
一	产品硬件要求		
△1	磁体（永磁、电磁）		
1.1	磁体类型：永磁后双柱开放型		
1.2	磁场强度：≥0.45T		
△1.3	磁体重量：≤14		
1.4	磁场方向：垂直方向		
1.5	磁场均匀度：17cm 直径球：0.8ppm		
1.6	磁体自动匀场技术：主动匀场技术		
1.7	磁体匀场类型：四阶十通道主动匀场		
1.8	照明系统：		
1.9	激光定位：		

1.10	病人空间垂直开放度: $\geq 40\text{cm}$		
1.11	运行功率: $\leq 25\text{KW}$		
1.12	检查床: 具备电动、手动、隔室控制		
1.12.1	电动检查床: 可前后左右四向移动		
1.12.2	电动检查床长度: $\geq 210\text{cm}$		
1.12.3	电动检查床宽度: $\geq 80\text{cm}$		
1.12.4	电动检查床横向移动: $\leq 28\text{cm}$		
1.13	病床高度: $\leq 62\text{cm}$		
1.14	检查床最大承重: $\geq 200\text{KG} \pm 1$		
1.15	双向通话系统		
2	射频系统及线圈		
2.1	射频功率: $\geq 6\text{KW}$		
2.2	数字化射频系统		
2.3	免调谐射频线圈		
2.4	四通道头线圈		
2.5	接收膝线圈		
2.6	接收颈线圈		
2.7	接收肩线圈		
2.8	四通道体线圈		
3	梯度系统		
3.1	单轴梯度场强: $\geq 25 \text{ mT/m}$		
3.2	单轴梯度切换率: $\geq 60\text{mT/m/ms}$		
3.3	梯度线圈类型: 三维自屏蔽梯度线圈		
3.4	最小层厚: 2D 层厚: $\leq 0.5\text{mm}$		
3.5	最小层厚: 3D 层厚: $\leq 0.1\text{mm}$		
3.6	梯度系统冷却方式: 水冷系统		
4	计算机系统		
4.1	操作系统: Windows 操作系统		

4.2	计算机主频: $\geq 2.8\text{GHz}$		
4.3	内存: $\geq 4\text{G}$		
4.4	最大存储图像: ≥ 900000 幅		
4.5	硬盘容量 $\geq 320\text{GB}$		
4.6	具备 SIU		
4.7	刻录方式: CD/DVD 刻录		
4.8	显示器: 液晶显示器 ≥ 21 寸		
4.9	网络和激光相机接口: 支持 DICOM3.0 标准接口		
二	产品软件要求		
1	多层面积连续成像技术		
2	双斜位成像技术		
3	反转恢复序列 (IR)		
4	连续和非连续采集		
5	自旋回波序列 (SE)		
6	对称回波序列和非对称回波序列		
7	梯度回波 (GRE)		
8	扰相梯度回波 (SPGR)		
9	快速自旋回波 (FSE)		
10	流体抑制反转恢复快速自旋回波 (FLAIR)		
11	单次激发快速自旋回波序列 (SSFSE)		
12	快速自旋回波反转恢复序列 (IRFSE)		
13	倾斜采集		
14	二维/三维的时间飞跃法的血管造影 (2D/3D TOF MRA)		
15	三维自由运动稳态成像 (SSFP)		
16	流动补偿技术		
17	呼吸门控技术		
18	磁化转移自旋回波 (MT-SE)		
19	伪影消除技术		

20	去相位包裹技术		
21	高级数字图像滤波器		
22	多平面重建技术 (MPR)		
23	最大密度投影技术 (MIP)		
24	非对称 FOV 技术		
25	交互式扫描平面控制技术		
△26	自动匀场技术		
27	脂肪抑制技术		
28	空间预饱和技术		
29	扩展动态范围技术		
30	可变带宽技术		
31	交互式血管成像处理 MRA 技术		
32	相位/频率偏移技术		
33	线扫描散成像技术最大 b 值: 800 s/mm ²		
34	平面回波弥散技术		
△35	水脂分离技术		
36	多分格打印功能		
37	图像缩放/平移/旋转		
38	自动窗宽窗位		
39	多图像显示		
40	序列相减功能		
41	最新软件版本、具备连续软件升级功能		
42	脊髓造影		
△43	胰胆管水成像		
44	泌尿系统水成像		
三	采集速度要求:		
1	2D 自旋回波: 256x256 矩阵 TR 最短≤8.1ms		
2	2D 自旋回波: 256x256 矩阵 TE 最短≤5.3ms		

3	2D 梯度回波: 256x256 矩阵 TR 最短≤4.0ms		
4	2D 梯度回波: 256x256 矩阵 TE 最短≤1.6ms		
5	3D 梯度回波: 256x256 矩阵 TR 最短≤3.4ms		
6	3D 梯度回波: 256x256 矩阵 TE 最短≤1.2ms		
四	其它要求		
1	设备免费安装调试		
2	向医院提供机房要求和设计图纸		
3	保修时间: 验收合格后 1 年		
4	提供 400 免费维修热线电话(注明号码)		
5	随机标准软件在设备使用寿命内免费升级		
△6	ETL 认证 (提供证书)		
7	FDA 认证 (提供证书)		
△8	CE 认证 (提供证书)		

三、供货要求:

- 1、投标人在满足技术要求和性能的前提下可投同档次或优于上述参数、性能和质量的货物。
- 2、本项目中所投产品涉及网络通讯产品的，接口应符合国家或行业主管部门的标准。
- 3、采购人使用中标人中标的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时，享有无偿使用权。免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
- 4、对于招标文件中的实质性技术条款（加*的技术条款），投标人须在投标文件中提供其投标产品满足招标文件实质性技术条款要求的制造商的客观证据材料作为投标文件的一部分，以证明投标人真实并实质性响应招标文件的重要技术条款。
- 5、采购人使用中标人中标的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时，享有无偿使用权。免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

第四章 合同(样本)

双方应根据招标文件、中标通知书、中标人的投标文件（包括澄清说明），以及与本项目招标相关的资料、图纸签订采购合同。所签订的合同不得背离招标文件的实质性内容要求和投标文件的承诺。使用或参考《洛阳市市级政府货物类采购合同范本》签订合同。

《洛阳市市级政府货物类采购合同范本》下载地址：

洛阳市政府采购网（<http://luoyang.hngp.gov.cn/>）首页“文件下载”栏。

《洛阳市市级政府采购支持中小微企业信用融资信用担保合作金融机构名单》下载地址：

洛阳市政府采购网（<http://luoyang.hngp.gov.cn/>）首页“文件下载”栏。

政府采购合同

项目名称：_____

政府采购管理部门备案编号：_____

招标采购文件编号：_____

甲方合同编号： _____

甲方： _____

乙方： _____

甲方合同法律审核部门： _____

签订时间： 年 月 日

宜阳县第三人民医院医疗设备采购项目委托河南招标采购服务有限公司进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1. 招标采购文件
2. 投标文件
3. 乙方在投标时的书面承诺
4. (××号) 中标通知书
5. 合同补充条款或说明
6. 保密协议或条款
7. 相关附件、图纸

第二条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量，备件、易损件和专用工具等（详见《供

货一览表》)。

第三条 合同总金额

大写：_____元。

本合同项下货物总金额：¥_____元。

分项价款在《供货一览表》中有明确规定。

本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第四条 权利和质量保证

1. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

2. 乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期_____年，保修期_____年。

3. 乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4. 乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；经政府采购管理部门批准采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

5. 乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。

6. 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第五条 付款方式

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

- (1) 经甲方确认的发票；
- (2) 经甲乙双方确认签署的《验收报告》(或按项目进度阶段性《验收报告》)；
- (3) 其他材料。

3. 款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。如招标采购文件未作特别规定，则付款进度

应符合如下约定:

由采购人付款。项目建设完成经验收合格后按相关财务流程支付合同款项90%，剩余10%作为质保金，待质保期满后，按相关财务流程一次性支付。

第六条 履约保证金

1. 乙方在签订本合同之日，向甲方提交合同履约保证金_____元

(履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%)。

2. 履约保证金有效期为甲乙双方最终验收后1个月内。到期后，甲方向乙方无息退还。

3. 如乙方未能履行、或未能完全履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在合同期满后____天内无息退还乙方。

第七条 交货和验收

1. 交货时间: _____。

交货地点: _____。

安装调试时间: _____。

2. 乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3. 乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

4. 甲方应当在到货后的____个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的产地、生产厂家名称、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

5. 需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a. 重新调试直至合格为止；

b. 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6. 验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

7. 甲方可以视项目规模或复杂情况聘请本项目所涉及产品的售后服务机构参与验收, 聘请专业人员参与验收, 大型或复杂项目, 以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收, 也可以视项目情况邀请参加本项目投标的落标人参与验收。

8. 货物验收包括: 货物包装是否完好, 产地、生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量, 以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方; 乙方不能完整交付货物、附(辅)件和资料的, 视为未按合同约定交货, 乙方负责补齐, 因此导致逾期交付的, 由乙方承担相关的违约责任。

9. 货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果, 甲方有权拒收, 并可以解除合同; 由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

10. 如果合同双方对《验收报告》有分歧, 双方须于出现分歧后____天内给对方书面声明, 以陈述己方的理由及要求, 并附有关证据。分歧应通过协商解决。

第八条 项目管理服务

乙方应组建技术熟练、称职的团队全面履行合同, 并指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务, 以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名: _____; 联系电话: _____。

第九条 售后服务

1. 质量保证期为自货物通过最终验收之日起____个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的, 执行国家规定。

2. 在货物质保期内, 乙方应对由于设计、工艺、质量(含环保节能要求)、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责, 并解决存在的问题。

3. 对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换, 调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4. 货物安装调试完成后, 乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作, 并提供全天候的热线技术支持服务, 应当对甲方所反映的任何问题在____日(小时)之内做出及时响应, 在____日(小时)之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修____工作日(小时)后仍无法解决, 乙方应在____日(小时)内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用, 直至故障货物修复。

5. 乙方应当建立健全售后服务体系, 确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的, 由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

6. 乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内, 乙方对货物(人为故意损坏除外)提

供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

第十条 分包

除招标采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包其应履行的合同义务。

第十一条 合同的生效

1. 本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。

2. 生效后，除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十二条 违约责任

1. 乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起____个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价____%的违约金。

2. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款____%的违约金。

3. 乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的____%的违约金。如乙方逾期交货达____天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的____%违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的____%。

5. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第1款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6. 其它未尽事宜，以《合同法》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在____个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

第十四条 争议的解决方式

1. 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物

符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3. 经协商不能解决的争议，双方可选择以下第___种方式解决：

①向洛阳市有管辖权的法院提起诉讼；

②向洛阳仲裁委员会提出仲裁。

4. 在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十五条 其他

符合《政府采购法》第 49 条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式___份，甲、乙双方各执___份。

甲 方：

乙 方：

名称：（盖章）

名称：（盖章）

地址：

地址：

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

授权代表（签字）：

开户银行：

开户银行（基本账户）：

银行帐号：

银行帐号（基本账户）：

合同法律审核（盖章）：

时 间： 年 月 日

特别说明：

1. 本范本根据《政府采购法》、《合同法》等法律法规制定。具体项目的采购合同条款，在本范本框架内由甲乙双方协商一致签订。空格处划横线。

2. 收款单位名称应与本合同乙方单位名称、项目中标单位名称、开具发票单位名称相一致。

3. 甲方（采购单位）应盖本单位公章（不允许盖内设科室章），乙方应盖单位公章或合同专用章，合同双方应盖骑缝章。

4. 除涉密项目外，根据《政府采购法实施条例》第 50 条规定：采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。

第五章 资格审查与评审办法

1、评审方法

本次资格审查和符合性审查采用合格制，评审方法采用综合评分法。评标委员会对满足磋商文件实质性要求的投标文件，按照本章 2.2 款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商，但最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的除外。供应商得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的并列。

2、评审标准

2.1 资格性审查与符合性审查标准

2.1.1 资格性审查标准：见第六章。

2.1.2 符合性审查标准：见第六章。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成见评分标准。

2.2.2 评分标准：具体评分标准见第六章。

3、评审程序

3.1 资格性审查与符合性审查

3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1.1 款和第 2.1.2 款规定的标准对投标文件进行审查。有一项不符合审查标准的，应当否决其投标文件。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标文件：

(1) 投标文件没有对磋商文件的实质性要求和条件作出响应，或者对磋商文件的偏差超出磋商文件规定的偏差范围或最高项数；

(2) 有串通、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 有下列情形之一的，视为供应商串通，其投标文件无效：

(1) 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

(3) 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同供应商的投标文件异常一致或者报价呈规律性差异；

3.1.4 投标文件报价出现前后不一致的，评标委员会按以下原则要求供应商对报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标文件：

(1) 投标文件中报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，取所有评委打分分数的算术平均值作为该供应商的各项得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会汇总供应商的各项得分，相加后为供应商最终得分。

3.2.4 若评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标文件处理。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评审结果

3.4.1 评标委员会严格按照磋商文件的要求和条件进行评审和打分，评审结果按评审后得分由高到低的顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的并列。

3.4.2 评标委员会完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。

4、评分标准说明

4.1 关于价格扣除和评审报价的说明

4.1.1 价格扣除

供应商为中小企业的，对所报的小型 and 微型企业产品的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加采购活动的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号）。供应商为大型企业的，不适用本款规定。供应商为联合体的，联合体各

方均应为中小企业，否则不适用本款规定。

第六章 资格审查与评审标准

初步条款	评分点名称	评审标准
符合性评审	投标文件签字盖章	符合招标文件要求
	投标报价	只能有一个有效报价，且未超过招标预算控制价，并按规定填报开标一览表、报价明细表
	投标有效期	符合投标人须知前附表的规定
	分包	符合投标人须知前附表的规定
	备选投标方案	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案
	质保期	符合投标人须知前附表的规定
资格评审	资格条件	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	医疗器械注册证及医疗器械生产许可证；医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证	符合投标人须知前附表 1.4.1 条规定
	财务状况报告或资信证明或投标保证金	符合投标人须知前附表 1.4.1 条规定
	纳税证明、社会保险证明	符合投标人须知前附表 1.4.1 条规定

	信用记录		符合投标人须知前附表 1.4.1 条规定	
	不存在禁止投标的情形		不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形	
详细条款	最低分	最高分	评分点名称	评审标准
经济标评分参数		30.00	投标报价	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{投标报价权重}$
技术标评分参数	0.00	40.00	技术参数	投标人所投货物及产品的规格、技术参数等内容与招标文件第三章“招标货物清单及技术要求”中货物的规格、详细技术参数及要求进行对比：基本分数为 30 分，技术指标中标注△每有一项不满足在基本分 30 的基础上扣 1 分，其他指标每有 1 项不满足在基本分 30 的基础上的扣 0.5 分，扣完为止。不加△参数每有一项优于的加 1 分，最多加 4 分（须提供证明文件）；加“△”的参数每有一项优于的加 3 分，最多加 6 分（须提供证明文件）。注：a. 供应商应在投标文件中对其投标产品满足招标文件加△的技术条款）及标注正偏离的条款，要求制造商提供的客观证据材料（技术支持材料）作为投标文件的一部分，以证明供应商真实并实质性响应

				招标文件的重要技术条款。未按要求提供的，评标委员会将认定不满足该项要求。 b. 相关证明文件为：注册检验报告或技术白皮书或产品彩页。当详细技术参数及要求响应情况得分等于 0 分时，视为技术要求不满足，其投标无效。
综合标评分 参数	0.00	2.00	业绩	投标供应商提供 2017 年 1 月 1 日以来类似项目业绩合同的，每有一项得 1 分，最多得 2 分。（投标文件中须附中公示网页截图、中标通知书、合同扫描件，否则不得分）。
	0.00	6.00	售后服务实力	投标人售后服务计划与措施方案，评委会根据投标人文件中售后服务承诺情况进行打分：内容科学、合理、有针对性，完善程度非常全面准确的，得 6 分；内容科学、合理、有针对性、完善程度比较全面的，得 4 分；内容科学、合理、完善程度上存在欠缺的，得 2 分。投标人没有提供上述内容，或提供的不完整的，得 0 分。
	0.00	6.00	质保期内、外服务承诺	质量保证期内、外服务内容、标准及承诺：内容科学、合理、有针对性，完善程度非常全面准确的，得 6 分；内容科学、合理、有针对性、完善程度比较全面的，得 4 分；内容科学、合理、完善程度上存在欠缺的，得 2 分。投标人没有提供上述内容，或提供的不完整的，得 0 分。

	0.00	5.00	培训方案	提供详细的培训方案，评委会根据培训方案详细、科学、完善的情况进行打分：内容科学、合理、有针对性，完善程度非常全面准确的，得 5 分；内容科学、合理、有针对性、完善程度比较全面的，得 3 分；内容科学、合理、完善程度上存在欠缺的，得 1 分。投标人没有提供上述内容，或提供的不完整的，得 0 分。
	0.00	5.00	项目实施方案	投标人具有详细完整的项目实施方案和计划：内容科学、合理、有针对性，完善程度非常全面准确的，得 5 分；内容科学、合理、有针对性、完善程度比较全面的，得 3 分；内容科学、合理、完善程度上存在欠缺的，得 1 分。投标人没有提供上述内容，或提供的不完整的，得 0 分。
	0.00	6.00	其他实质性优惠条件	其他实质性优惠条件，根据投标人承诺的内容：内容科学、合理、有针对性，完善程度非常全面准确的，得 6 分；内容科学、合理、有针对性、完善程度比较全面的，得 4 分；内容科学、合理、完善程度上存在欠缺的，得 2 分。投标人没有提供上述内容，或提供的不完整的，得 0 分。

第七章 投标文件格式

目录

一、封面

二、投标函

三、法定代表人授权书

四、法人被授权人身份证扫描件

五、资格证明材料

六、开标一览表

七、报价明细表

八、中小企业声明函（投标人）

九、中小企业声明函（制造商）

十、残疾人福利性单位声明函

十一、监狱企业证明文件

十二、技术要求响应与偏差表

十三、商务要求响应与偏差表

十四、节能产品、环境标志产品明细表

十五、实质性技术要求的支持资料

十六、制造商授权书（参考）

十七、项目实施方案

十八、售后服务计划

十九、其他需要提供的资料

二十、参与评审打分的证书（证件）一览表

二十一、参与评审打分的证书（证件）扫描件

二十二、参与评审打分的合同业绩一览表

二十三、参与评审打分的合同业绩扫描件

二十四、其他材料

一、投标文件格式

一、封面

投标文件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日期：

二、投标函

投标函

致：_____

根据贵方招标编号为_____的招标公告，我方签字代表经正式授权并代表投标人提交投标文件及相关资料，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、依法依规、诚实守信、公平竞争参加本次招标活动。
- 2、我方保证投标文件中的所有资料均为真实、准确、完整、有效的，且不具有任何误导性，否则，我方承诺投标文件无效并自愿承担一切法律责任。
- 3、我方的投标报价详见开标一览表。
- 4、我方承诺除技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。
- 5、我方愿遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关的政府采购法律法规，按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。
- 6、我方已认真仔细研究招标文件全部内容，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- 7、我方承诺投标有效期为提交投标文件截止时间后90天，并在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
- 8、如果我方的行为符合本招标文件规定的投标保证金不予退还情形的，我方同意不退还我方提交的投标保证金。
- 9、我方同意按照贵方的要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标。
- 10、我方在此声明，所提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
- 11、如果我方被确定为中标人，我方愿意按招标文件的规定交纳履约保证金。我方如无不可抗力，放弃中标，或者未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按相关法律法规和招标文件的相关要求对我方进行的处罚。
- 12、采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关伴随服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，我方将按相同或更优惠的折扣率保证供货。

三、法定代表人授权书

法定代表人授权书

本人_____（姓名）系_____（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职员工_____（姓名，职务）（身份证号码：_____、手机号码：_____）作为投标人代表以我方的名义参加贵单位组织的_____项目（招标编号：_____）的投标活动，并代表我方全权处理一切与之有关的具体事务和签署相关文件，我均予以承认。

代理人无权转让委托权。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

特此声明。

投标人（企业电子章）：

法定代表人（个人电子章）：

日期：

四、法人被授权人身份证扫描件

1、法定代表人身份证正面和反面扫描件

2、投标人代表（被授权人）身份证正面和反面扫描件

五、资格证明材料

资格证明材料

包括但不限于营业执照(或事业单位登记证书等投标人身份证明材料)、资质证书、财务状况报告、纳税证明、社会保险证明。

注：在投标文件中附扫描件

六、开标一览表

开标一览表

投标人总报价（小写）	元
交货期	

小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品说明

1、投标人须在投标文件中提供投标人自己的《中小微企业声明函》，以及“制造商类型”为小型、微型企业制造商出具的《中小微企业声明函》扫描件；如未按要求提供上述证明或相关内容表述不清的或内容不全的，将整体不予价格扣除。

2、根据财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目招标在评审中对监狱企业产品的价格给予6%的扣除。监狱企业作为投标人须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的扫描件，否则不予认定。

3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目在评审中对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）的价格给予6%的扣除。残疾人福利性单位作为投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予认定。

4、投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

5、相关证明资料附后。

八、中小微企业声明函（投标人）

中小微企业声明函（投标人）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司属于第四条第_____项_____行业，为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，或者提供（制造商名称）制造的货物，该制造商属于_____（请填写：中型、小型、微型）企业（见该制造商出具的《中小微企业声明函》）。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将承担相应的法律责任。

投标人（企业电子章）：

财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库〔2011〕181号）第二条规定：中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（见工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号））；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

九、中小微企业声明函（制造商）

中小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司属于第四条第_____项_____行业，为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司参加（采购项目名称）采购活动或者授权由（代理商名称）提供本企业制造的（货物名称品牌型号），本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将承担相应的法律责任。

制造商（公章）：

财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库〔2011〕181号）第二条规定：中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划型标准（见工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号））；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本办法所称中小企业划型标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

注：在投标文件中附扫描件

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子章）：

十一、监狱企业证明文件

监狱企业证明文件

（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注：在投标文件中附扫描件

十二、技术要求响应与偏差表

技术要求响应与偏差表

序号	货物名称	招标文件 技术要求 技术参数	投标产品			偏差描述	结论
			制造商 名称	品牌规 格型号	产品实际技术参数		

投标人（企业电子章）：

注：

- 1、投标人应根据招标要求逐条逐项表述说明投标响应情况。
- 2、投标人提交的投标文件中的技术参数与招标文件的技术要求、技术参数不同时，应逐条逐项如实填列在偏离表中。投标人不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。
- 3、投标人应结合所投产品说明或描述其实际技术参数和性能。如果完全复制粘贴本招标文件《招标货物清单及技术要求》之技术参数和性能描述，或者只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，因此而产生的不利于投标人的评审风险由投标人自行承担。
- 4、投标人可根据需要自行增减表格行数。

十三、商务要求响应与偏差表

商务要求响应与偏差表

序号	招标文件商务要求	投标人响应具体内容	偏差说明

投标人保证：除本表列出的商务偏差外，投标人响应招标文件的全部商务要求。

投标人（企业电子章）：

注：投标人可根据需要自行增减表格行数。

十四、节能产品、环境标志产品明细表

节能产品、环境标志产品明细表

序号	货物名称	品牌及制造商	规格型号	中国节能产品认证证书编号	中国节能产品认证证书有效截止日期

序号	货物名称	品牌及制造商	规格型号	中国环境标志认证证书编号	中国环境标志认证证书有效截止日期

投标人（企业电子章）：

注：

- 1、投标人提供的产品属于节能产品、环境标志产品的，应提供相关证明资料(上述节能产品、环境标志产品认证证书复印件)，并如实填写本表，未按此要求提供证明资料或填写本表的，评审时不予认可、不予加分。
- 2、证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的。
- 3、投标人可根据需要自行增减表格行数。
- 4、相关证明资料附后。

附：

- 1、投标产品的《中国节能产品认证证书》（应明显标画出对应的产品型号）
- 2、投标产品的《中国环境标志产品认证证书》（应明显标画出对应的产品型号）

十五、实质性技术要求的支持资料

实质性技术要求：特指技术要求中加“★”条款。

技术支持资料：以制造商公开发布的印刷资料，或检验检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

注：在投标文件中附扫描件

十六、制造商授权书（参考）

制造商授权书（参考）

致：洛阳市政府采购中心

我们（制造商名称）是按中国法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。我方在此证明：

按中国法律正式成立的，主要营业地点设在（代理商地址）的（代理商名称）就_____项目（招标编号：_____）所包含的（货物名称品牌型号及原装零配件），系由我方制造。在可预见的本项目招标文件规定的投标有效期内，没有更新或淘汰产品的计划。

我方对我方制造提供的上述货物承担合同规定的全部质量保证责任。

制造商名称（公章）：

签字人部门和职务：

签字人签名：

注：

1. 制造商应明确授权产品的品牌规格型号，否则采购人不予接受。
2. 投标人可参考此授权书格式，如用其它格式，须明确此授权书中的相关内容。

注：在投标文件中附扫描件

十七、项目实施方案

项目实施方案

投标人根据招标项目要求及自身情况自行填报。

投标人（企业电子章）：

十八、售后服务计划

售后服务计划

- 1、详细说明售后服务的内容、形式、质保期，解决质量或操作问题的响应时间、应急问题解决时间等。
- 2、售后维修单位名称、地点、联系方式。
- 3、售后维修技术设备和人员等情况。
- 4、技术培训、质量保证措施。
- 5、为本次招标项目所提供的其他相关免费物品或服务。
- 6、提供原厂标准的易损件、消耗材料价格清单及折扣率，保修期届满后维修的价格清单及折扣率。
- 7、投标人认为需要说明的其他服务承诺。

投标人（企业电子章）：

十九、其他需要提供的资料

其他需要提供的资料

投标人根据招标项目要求及自身情况自行填报。

二十、参与评审打分的证书（证件）一览表

参与评审打分的证书（证件）一览表

序号	证书（证件）名称	持证单位（人）	发证机构	发证日期

投标人（企业电子章）：

注：1. 投标人可根据需要自行增减表格行数。

2. 投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

二十一、参与评审打分的证书（证件）扫描件

二十二、参与评审打分的合同业绩一览表

参与评审打分的合同业绩一览表

序号	项目名称	采购单位（甲方）名称	合同金额（元）	签订时间

投标人（企业电子章）：

注：1. 投标人可根据需要自行增减表格行数。

2. 投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

二十三、参与评审打分的合同业绩扫描件