

进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	郑州市妇幼保健院
拟采购产品名称	呼吸机
拟采购产品金额	99 万元(2 台)
采购产品所属项目名称	郑州市妇幼保健院第五批医疗设备采购项目
采购产品所属项目金额	366 万元

二、申请理由

☐ 1. 中国境内无法获取

☐ 2. 无法以合理的商业条件获取

☐ 3. 其他

原因阐述：我院宜居健康城院区病理科急需采购一批设备，此呼吸机应用于超低出生体重儿，低出生体重儿的救治。选择原装进口理由：因有创呼吸机要求条件高，进口品牌性能稳定，功能齐全，返修率低，国产的达不到超低体重儿的救治参数，需选择进口设备，为临床诊疗工作的顺利开展提供保证，特申请采购进口产品。

三、专家论证意见

专家 1

因我院病理科急需采购一批设备，此呼吸机应用于超低出生体重儿，低出生体重儿的救治。选择原装进口理由：因有创呼吸机要求条件高，进口品牌性能稳定，功能齐全，返修率低，国产的达不到超低体重儿的救治参数，需选择进口设备，为临床诊疗工作的顺利开展提供保证，特申请采购进口产品。

专家签字：

技术职称：

2021年 7 月 2 日

专家2

进口设备稳定性好,功能齐全,故障率低,能够应用于超低出生体重儿,低出生体重儿的救治。为临床诊疗工作提供保证,而国产设备尚不能满足临床需要,故同意采购进口设备。

专家签字:

杨静

技术职称:

主任医师

2021年7月23日

专家3

目前因为呼吸机无法满足超低体重儿的救治需要,而且价格不便宜,功能不齐,同意采购进口产品。

专家签字:

陈会

技术职称:

高工

2021年7月23日

专家4

国产产品在性能稳定性,安全性,控制精度使用等方面,故障发生率,耐用性等方面,均较进口产品差,同意采购进口产品。

专家签字:

陈会

技术职称:

主任医师

2021年7月23日

专家5

所采购进口产品,不属于国家有关部门规定的限制类和禁止类进口产品的范围,同意采购进口产品。

专家签字:

李电

技术职称:

医师

2021年7月23日

进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	郑州市妇幼保健院
拟采购产品名称	颅脑降温治疗仪
拟采购产品金额	35 万元
采购产品所属项目名称	郑州市妇幼保健院第五批医疗设备采购项目
采购产品所属项目金额	366 万元

二、申请理由

☐ 1. 中国境内无法获取

☐ 2. 无法以合理的商业条件获取

☐ 3. 其他

原因阐述：我院宜居健康城院区病理科急需采购一批设备，颅脑降温治疗仪应用于重度窒息及脑损伤患儿脑保护治疗。选择原装进口理由：因国产性能不稳定，故障率高，进口设备性能稳定，不容易故障，不易损坏，需选择进口设备，为临床诊疗工作的顺利开展提供保证，特申请采购进口产品。

三、专家论证意见

专家 1

进口产品采购数量较少，无类似设备，在进口及
降温速度控制方面具有优势。且进口产品价格
及售后服务均优于国产产品，同意采购进口产品。

专家签字

技术职称：

2022年 7 月 27 日

专家2

进口腹腔镜降温治疗仪性能稳定, 精度高, 设备故障率低, 能够为临床治疗提供保证, 而国产设备尚不能满足临床治疗需求, 同意采购进口设备。

专家签字:

杨萍

技术职称:

主任医师

2021年7月23日

专家3

目前国产同类产品温度控制精度差。无法达到项目要求的。升温速率 $\geq 3^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 降温速率 $\geq 5^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 。同意采购进口设备。

专家签字:

张金柱

技术职称:

高工

2021年7月23日

专家4

进口产品在降温效率, 性能稳定性, 使用寿命, 故障率等方面均较(国)产品优秀。同意采购进口产品。

专家签字:

张金柱

技术职称:

副主任医师

2021年7月23日

专家5

所采购产品不属于国家有关部门规定的限制类和禁止类进口产品的范围, 同意采购进口产品。

专家签字:

李卫

技术职称:

医师

2021年7月23日

进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	郑州市妇幼保健院
拟采购产品名称	脑功能监护仪
拟采购产品金额	37 万元
采购产品所属项目名称	郑州市妇幼保健院第五批医疗设备采购项目
采购产品所属项目金额	366 万元

二、申请理由

☐ 1. 中国境内无法获取

☐ 2. 无法以合理的商业条件获取

☐ 3. 其他


原因阐述：我院宜居健康城院区病理科急需采购一批设备，脑功能监护仪应用于床旁监测重度窒息、脑损伤及早产儿脑功能状态。选择原装进口理由：因进口设备监测效果好，性能稳定，故障率低，特申请采购进口产品。

三、专家论证意见

专家 1

进口产品论证数量较少，技术指标及支持控制比较，
少，数据量较大，干扰，老件不致，影响设备性能。
无法满足临床需求，同意采购进口设备。

专家签字：



技术职称：

主任医师

2021年 7 月 23 日

专家2

进口脑功能监护仪性能稳定,故障率低,监测效果好.可采集心电、肌电、眼动等电信号,能够满足临床诊断需求,而国产设备尚有一定的差距,同意采购进口设备。

专家签字:

杨萍

技术职称:

主任医师

2021年 7月23日

专家3

国产设备对于信号输入阻抗较低,容易产生干扰信号,影响诊断,且采样频率在临床应用中不能满足临床诊断需求。同意购买进口设备。

专家签字:

陶金柱

技术职称:

高级工程师

2021年 7月23日

专家4

国产设备抗干扰能力较弱,稳定性及故障率与进口产品存在较大差距,同意采购进口产品。

专家签字:

刘永红

技术职称:

主任医师

2021年 7月23日

专家5

所采购产品不属于国家有关部门规定的限制类和禁止类进口产品的范围,同意采购进口产品。

专家签字:

李野

技术职称:

医师

2021年 7月23日

进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	郑州市妇幼保健院
拟采购产品名称	二合一多功能婴儿培养箱
拟采购产品金额	70 万元（2 台）
采购产品所属项目名称	郑州市妇幼保健院第五批医疗设备采购项目
采购产品所属项目金额	366 万元

二、申请理由

☐ 1. 中国境内无法获取

☐ 2. 无法以合理的商业条件获取

☐ 3. 其他


原因阐述：我院宜居健康城院区病理科急需采购一批设备，二合一多功能婴儿培养箱应用于 1000g 以下早产儿培养及方便呼吸机治疗。选择原装进口理由：性能稳定，保暖保湿效果好，操作方便，且进口设备故障率及返修率低，为临床诊疗工作的顺利开展提供保证，特申请采购进口产品。

三、专家论证意见

专家 1

进口设备控制更精准对于新生儿护理环境要求高，设备安全，操作方便，易于观察新生儿不同情况，有利于低体重早产儿的护理，国产设备可与之水平，用之新购设备。

专家签字：



技术职称：

主任医师

2021 年 7 月 23 日

专家2

进口二合一多功能婴儿培养箱性能稳定,操作简便,故障率低,保暖保湿效果好,能保护用于低体重儿及早产儿培养及方便呼吸机治疗,而国产设备尚有一定的差距,故同意并购进进口设备。

专家签字:

杨萍

技术职称:

主任医师

2021年7月23日

专家3

国内同类设备由于箱门开启噪音大,温度控制精度较差,暖箱与呼吸机连接处密封不严导致漏气较多,故无法满足临床要求。进口设备如该设备

专家签字:

陈卓敏

技术职称:

副主任医师

2021年7月23日

专家4

国产设备较进口产品存在较大差距,其性能稳定性、保暖效果及耐用性较进口产品差,且故障率较高,同意购进进口产品。

专家签字:

陈卓敏

技术职称:

主任医师

2021年7月23日

专家5

所采购产品不属于国家有关部门规定的限制类、禁止类进口产品的范围,同意采购进口产品。

专家签字:

李新

技术职称:

医师

2021年7月23日

专家论证签到表

项目名称：郑州市妇幼保健院第五批医疗设备采购项目

序号	姓名	单位	职称/专业	类别	联系方式
1	陈海龙	省一医院	工	设备	13838238595
2	杨燕	郑州大学第二附属医院	主任医师	设备	13523062731
3	李卫华	河南省妇幼保健院	主任医师	设备	13528501664
4	李卫华	河南省妇幼保健院	设备	设备	130-76182001
5	李卫华	河南省妇幼保健院	设备	设备	13838238595

时间：2021.07.23