

单一来源采购专家论证意见表

时间：2022年2月10日

采购单位	河南大学淮河医院
项目名称	河南大学淮河医院电子胃镜采购项目
项目金额	210万元
专家论证意见	<p>电子内窥镜需要镜体与成像系统主机配套使用，不同品牌兼容性无法实现。采购PENTAX品牌电子镜才能与原主机系统相配套，拟节约成本，而厂家的代理商是唯一的，同意单一来源采购项目。</p> <p>专家签名：<u>唐浩昌</u> 联系方式：<u>13903860706</u>          职务（职称）：<u>主任技师</u> 工作单位：<u>河南省肿瘤医院</u></p>

单一来源采购专家论证意见表

时间：2022年2月10日

采购单位	河南大学淮河医院
项目名称	河南大学淮河医院电子胃镜采购项目
项目金额	210万元
专家论证意见	<p>纤维镜中光学部分由各厂家定制，而光学系统（摄像头）设计结构不同，镜头类型不同而可通用。该院纤维镜已购买PANTAX套为同一品牌纤维镜实际汇集。为技术尽通用造用品同品牌内选则为节约资源与成本优化配置。而同一品牌纤维镜同一品牌无存在各品牌间相互通用。无论国产进口。同一品牌在相似。同时同一品牌项目可相配套设备。为符合国家标准一事原则可行。无违反国家单一来源采购原则。</p> <p>专家签名：<u>李树华</u> 联系方式：<u>1352401644</u></p> <p>职务（职称）：<u>副主任医师</u> 工作单位：<u>河南省肿瘤医院</u></p>

单一来源采购专家论证意见表

时间：2022年2月10日

采购单位	河南大学淮河医院
项目名称	河南大学淮河医院电子胃镜采购项目
项目金额	210万元
专家论证意见	<p>电子胃镜需要镜体与电子成像系统主体配套使用，由于多数厂家使用本企业标准生产，不同品牌设备之兼容性及其套此难以实现。拟采购方现已有PENTAK品牌主机，为更好地发挥现有设备之功能，节约采购成本，建议采购同一品牌之电子胃镜与之配套使用。河南椰宁商贸有限公司为该品牌河南唯一总代理，同意从该公司处单一来源方式采购电子胃镜产品。</p> <p>专家签名： <u>陈伟</u> 联系方式： <u>13623860330</u>          职务（职称）： <u>商工</u> 工作单位： <u>河南椰宁商贸有限公司</u></p>