

郑州大学第一附属医院
斑马鱼行为分析系统等设备采购项目

竞争性磋商文件

招标编号：HNZB[2021]N1372 号

采 购 人：郑州大学第一附属医院

采购代理机构：河南招标采购服务有限公司

2022 年 3 月

目 录

竞争性磋商公告	-1-
第一章 供应商须知及前附表	-4-
第二章 合同主要条款	-15-
第三章 响应文件格式	-25-
第四章 评审办法	-51-
第五章 项目需求及技术规格	-56-

郑州大学第一附属医院斑马鱼行为分析系统等设备采购项目

竞争性磋商公告

(招标编号：HNZB[2021]N1372 号)

一、项目基本情况

本次郑州大学第一附属医院斑马鱼行为分析系统等设备采购项目资金为财政资金，采购人为郑州大学第一附属医院。本项目已具备采购条件，现进行竞争性磋商采购。

二、采购需求

2.1 采购范围：斑马鱼行为分析系统等设备的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等；

2.2 本项目预算：79.6 万元

2.2 标段划分：本招标项目共 3 个标段，采购设备详见下表：

包号	采购内容	数量	最高限价（万元）
1	斑马鱼行为分析系统	1 台	42
2	微量进样器和眼内操作专用工具包	1 台	1.6
3	动脉硬化检测装置	1 台	36

2.3 采购内容：包 1：斑马鱼行为分析系统，1 台，接受进口产品；包 2：微量进样器和眼内操作专用工具包，1 台，接受进口产品；包 3：动脉硬化检测装置，1 台，接受进口产品。

2.4 交货期：合同签订后 90 日历天内交货；

交货地点：招标人指定地点。

三、供应商资格要求

3.1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.2. 落实政府采购政策满足的资格要求：无

3.3. 本项目的特定资格要求：无

3.4. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）的规定，招标代理机构将通过“信用中国”网站及其跳转网站、“中国政

府采购网”查询相关主体信用记录。查询内容为在“信用中国”网站及其跳转网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，在“中国政府采购网”查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”，无以上记录的供应商为合格供应商。本项目信用记录截止时间为投标截止时间。

四、竞争性磋商文件的获取

凡有意参加投标者，请于2022年03月08日至2022年03月14日(法定公休日、法定节假日除外)，每日上午8时00分至12时00分，下午14时30分至17时30分进行报名。

报名地点：河南招标采购服务有限公司（郑州市纬四路13号）509房间现场获取。

请供应商带好报名所需资料（加盖供应商单位公章）：

4.1 有效的营业执照副本；

4.2 法定代表人授权委托书及法定代表人身份证明、被授权人的身份证明；

竞争性磋商文件售价：500元人民币/份，售后不退。

五、响应文件的递交

递交截止时间：2022年03月18日09点30分（北京时间）

递交地点：响应文件递交至河南招标采购服务有限公司四楼开标大厅，纸质文件递交。

六、响应文件提交截止时间及地点

时间：同响应文件递交截止时间

地点：同响应文件递交地点。

七、发布公告媒体

本次竞争性磋商公告同时在《河南省政府采购网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《郑州大学第一附属医院官网》上发布。

八、联系方式

采购人：郑州大学第一附属医院

联系人：李女士、王女士

电 话：0371-66278839

地 址：郑州市金水区龙湖中环路1号

采购代理机构：河南招标采购服务有限公司

地 址：郑州市纬四路13号（花园路与纬四路交叉口东50米路北）

联系人：梁先生

电话：0371-65993320

电子邮件：765782415@qq.com

2022年03月07日

第一章 供应商须知及前附表

本表关于要采购的货物的具体资料是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

条款号	内 容																
说 明																	
1	招标人名称：郑州大学第一附属医院																
2	项目名称：郑州大学第一附属医院斑马鱼行为分析系统等设备采购项目																
3	招标编号：HNZB[2021]N1372 号																
4	<p>项目概况：本招标项目共 3 个标段，采购设备详见下表：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">包号</th> <th style="text-align: center;">采购内容</th> <th style="text-align: center;">数量</th> <th style="text-align: center;">最高限价（万元）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">斑马鱼行为分析系统</td> <td style="text-align: center;">1 台</td> <td style="text-align: center;">42</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">微量进样器和眼内操作专用工具包</td> <td style="text-align: center;">1 台</td> <td style="text-align: center;">1.6</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">动脉硬化检测装置</td> <td style="text-align: center;">1 台</td> <td style="text-align: center;">36</td> </tr> </tbody> </table> <p>项目预算：79.6 万元</p>	包号	采购内容	数量	最高限价（万元）	1	斑马鱼行为分析系统	1 台	42	2	微量进样器和眼内操作专用工具包	1 台	1.6	3	动脉硬化检测装置	1 台	36
包号	采购内容	数量	最高限价（万元）														
1	斑马鱼行为分析系统	1 台	42														
2	微量进样器和眼内操作专用工具包	1 台	1.6														
3	动脉硬化检测装置	1 台	36														
5	<p>代理机构：河南招标采购服务有限公司</p> <p>地 址：郑州市纬四路 13 号（花园路与纬四路交叉口东 50 米路北）</p> <p>联系人：梁先生</p> <p>电话：0371-65993320</p> <p>电子邮件：765782415@qq.com</p>																
6	合格供应商：符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规和竞争性磋商采购文件要求的合格供应商。																
7	竞争性磋商响应文件语言：中文，供应商提供的外文资料应附有相应中文译本。																

竞争性磋商响应报价	
8	<p>(1) 竞争性磋商响应报价：目的地交货价。</p> <p>(2) 相关费用：竞争性磋商响应总报价应是招标人指定地点交货的包括交货前发生的各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费总报价。总报价分解为货物和附属装置、保险、备品备件和专用工具、卖方技术服务（安装、调试、运行）报价、招标人派员参加技术联络和工厂监造、检验、技术培训费用、运保费、各类税费及验收检测费、包装、加工及加工损耗、安装及安装损耗、调试、检测验收和支付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用，各项报价应准确填入报价表相应栏内。</p>
竞争性磋商响应文件的编制和递交	
9	<p>1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的条件并提供以下资料：</p> <p>（1）在中华人民共和国境内具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的法人或者其他组织或自然人，提供有效的营业执照或相关的证明文件。</p> <p>（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度，具备会计师事务所出具的 2020 年度的财务报告或银行开具的资信证明；</p> <p>（3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，提供 2021 年 1 月 1 日以来至少三个月的纳税证明和社保缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳）。</p> <p>（4）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法、违纪行为。</p> <p>（5）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）的规定，招标代理机构将通过“信用中国”网站及其跳转网站、“中国政府采购网”查询相关主体信用记录。查询内容为在“信用中国”网站及其跳转网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，在“中国政府采购网”查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”，无以上记录的供应商为合格供应商。本项目信用记录截止时间为投标截止时间。</p> <p>2. 本次招标不接受联合体投标。</p>
10	<p>1. 所投货物均应提供配置明细表并且配置明细表中的所有配件必须是唯一的，不得有选择性配置，所提供配件必须是正规厂家生产的原装正品。如果对投标</p>

	<p>货物的标准配置或配件有更换或调整的，必须提供原生产家的变更和调整确认材料，提供的设备配件应单独列出其技术性能、标准、产地、生产厂家及享受何种保修服务。</p> <p>2. 供应商必须提供所投标货物的标准配置清单及详细技术规格、参数（按竞争性磋商采购文件格式要求如实填写技术规格、参数）。</p> <p>3. 投标产品须取得医疗器械注册证或登记表（非医疗器械可不提供；根据《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）之规定，按执行日期之后发证的可不提供登记表）；</p> <p>4. 国内产品的生产企业须具有医疗器械生产企业许可证；代理商（经销商）须具有医疗器械经营企业许可证或医疗器械经营备案凭证（非医疗器械可不提供）；</p> <p>5. 从中华人民共和国境外取得的货物，除招标文件另有规定外，必须有货物制造商或其总代出具响应本次招标的投标货物的正式授权书。</p>
11	质保期：项目验收合格后原厂整机保修5年。
12	保证金金额：本项目不收取磋商保证金。
14	投标有效期：自竞争性磋商之日起60天
15	供应商必须在竞争性磋商响应文件递交截止时间前提供：（1）电子竞争性磋商响应文件U盘一份；（2）纸质竞争性磋商响应文件正本一份、副本二份，纸质竞争性磋商响应文件需A4纸打印、胶装并密封。
16	竞争性磋商响应文件递交截止时间：2022年03月18日09时30分(北京时间)。
17	竞争性磋商响应文件递交地点：投标文件递交至河南招标采购服务有限公司四楼开标大厅
评 标	
18	<p>评审原则：</p> <p>1、按照“公正、公平”的原则对待所有供应商。</p> <p>2、坚持竞争性磋商采购文件的所有相关规定，公平评审。</p>
19	<p>评审方法：</p> <p>在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需</p>

	<p>求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由法定代表人或其授权代表签署，并在规定的时间内递交给竞争性磋商小组。</p> <p>磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。</p> <p>已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。招标人、招标代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。</p> <p>经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。</p> <p>综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。</p> <p>磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名成交候选供应商，并编写评审报告。</p> <p>具体见评审方法及标准。</p>
*20	交货期：合同签订后 90 日历天内交货
*21	付款条件的偏离：不接受
22	备选方案：不适用
其 他	
23	<p>中标服务费： 包 1：8000 元；包 2：不收费；包 3：7000 元。</p>
<p>*本项目设招标控制价，超出该招标控制价的投标将被拒绝。招标控制价为：79.6 万元，其中包 1 招标控制价为 42 万元；包 2 招标控制价为 1.6 万元；包 3 招标控制价为 36 万元。</p>	

供应商须知

目 录

- 一、总则
 1. 资金来源
 2. 采购单位
 3. 合格供应商的资格要求
 4. 竞争性磋商费用
- 二、竞争性磋商文件
 5. 竞争性磋商文件
- 三、响应文件的编制
 6. 响应文件的构成
 7. 报价
 8. 报价一览表及附表
 9. 证明货物的合格性和符合竞争性磋商文件规定的文件
 10. 竞争性磋商保证金
 11. 竞争性磋商有效期
 12. 响应文件的式样和签署
- 四、响应文件的递交
 13. 响应文件的密封和标记
 14. 接收响应文件的截止日期
 15. 迟交的响应文件
 16. 响应文件的修改和撤回
 17. 无效报价
- 五、竞争性磋商与评审
 18. 竞争性磋商小组的组成
 19. 竞争性磋商
 20. 响应文件的实质性响应审查
 21. 竞争性磋商过程的保密性
 22. 评审办法及评审标准
 23. 成交供应商的确定
- 六、授予合同
 24. 合同授予标准
 25. 供货采购程序
 26. 成交通知书
 27. 签订合同
 28. 法律责任

一、总 则

1. 资金来源：财政资金

2. 采购单位：郑州大学第一附属医院

3. 合格供应商的资格要求

3.1 供应商参加招标采购活动应当具备下列条件：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的条件并提供以下资料：

(1) 在中华人民共和国境内具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的法人或者其他组织或自然人，提供有效的营业执照或相关的证明文件。

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度，具备会计师事务所出具的 2020 年度的财务报告或银行开具的资信证明；

(3) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，提供 2021 年 1 月 1 日以来至少三个月的纳税证明和社保缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳）。

(4) 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法、违纪行为。

(5) 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号)的规定，招标代理机构将通过“信用中国”网站及其跳转网站、“中国政府采购网”查询相关主体信用记录。查询内容为在“信用中国”网站及其跳转网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，在“中国政府采购网”查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”，无以上记录的供应商为合格供应商。本项目信用记录截止时间为投标截止时间。

2. 本次招标不接受联合体投标。

4. 竞争性磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与编写、提交响应文件有关费用，无论参加竞争性磋商的结果如何，竞争性磋商代理机构和采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 成交供应商应按规定缴纳代理服务费。

二、竞争性磋商文件

5. 竞争性磋商文件

5.1 竞争性磋商文件的构成：

5.1.1 竞争性磋商公告

5.1.2 供应商须知及前附表

5.1.3 合同条款及前附表

5.1.4 合同格式

5.1.5 响应文件格式

5.1.6 采购需求

5.1.7 评审办法

5.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有事项、格式、条款等要求。未按要求提交全部资料或对竞争性磋商文件未在各方面都做出实质性响应的，其响应文件将作为无效文件处理。

三、响应文件的编制

6. 响应文件的构成

与竞争性磋商有关的所有来往函件文件等均应使用中文。除竞争性磋商文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

供应商编写的响应文件应包括下列部分：

- (1) 按要求填写的报价一览表及附表；
- (2) 按要求出具的证明文件，证明供应商提供的货物及伴随服务是合格的货物和服务且符合竞争性磋商文件规定；
- (3) 按要求提交的竞争性磋商保证金。

7. 报价

供应商所报价格应为货物、服务等全部价格。

8. 报价一览表及附表

8.1 供应商应完整地填写竞争性磋商文件中报价一览表及附表，说明所提供的货物和来源、规格和价格。

8.2 供应商应完整地填写竞争性磋商文件中的货物技术规格响应表。

9. 证明货物的合格性和符合竞争性磋商文件规定的文件

9.1 按照规定，供应商应提交根据合同要求提供的所有货物及其服务的合格性以及符合竞争性磋商文件规定的证明文件，并作为其响应文件的一部分。

9.2 对货物和服务来源地说明。

9.3 货物主要技术指标和性能的详细说明。

9.4 每个供应商对每种货物只允许提供一个方案，该方案只允许有一个报价。任何有选择的方案或报价将不将接受，其响应文件将作为无效文件处理。

10. 竞争性磋商保证金

10.1 供应商应提交一笔不少于“供应商须知前附表”规定的竞争性磋商保证金，并作为其参加竞争性磋商响应文件的一部分。竞争性磋商保证金是为了保护采购单位和竞争性磋商代理机构免遭因供应商的违规行为而蒙受的损失而制定的保障措施。

10.2 至接收响应文件截止时间，凡没有随附竞争性磋商保证金的响应文件，被作

为无效文件处理。

10.3 成交供应商的竞争性磋商保证金，在成交供应商按规定收到签发出交通知书时自动转为竞争性磋商服务费（由竞争性磋商代理机构出具相应金额的发票），其报价应包含此费用；未成交供应商的竞争性磋商保证金在评审结束后5个工作日内无息退还。

10.4 下列任何情况发生时，竞争性磋商保证金将被没收：

10.4.1 供应商在供应商须知前附表有效期内撤回其响应文件；

10.4.2 成交供应商在规定期限内未能按规定签订合同。

11. 竞争性磋商有效期

响应文件有效期为自竞争性磋商之日起六十（60）天，响应文件有效期短于这个规定期限的，将作为无效文件处理。成交的供应商的响应文件有效期与合同履行期相同。

12. 响应文件的式样和签署

12.1 响应文件需打印或用不褪色墨水书写，由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人授权书”。

响应文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由供应商的法定代表人或其授权代理人手书签字或盖供应商公章。竞争性磋商响应文件副本可为正本完整的复印件。

12.2 最后一轮竞争性磋商结束后，参加竞争性磋商的供应商应当对竞争性磋商的承诺和最后报价以书面形式确认，并由法定代表人或其授权人签署。

四、响应文件的递交

13. 响应文件的密封和标记

13.1 供应商应将响应文件装订成册、密封，并在外包装上标明竞争性磋商项目名称、招标编号、供应商名称、地址、联系方式和邮编，在竞争性磋商公告规定的参加竞争性磋商地点和接收响应文件截止时间前递交给竞争性磋商代理机构。如果供应商没有按照要求密封、标记，竞争性磋商代理机构对于供应商的误投、错投以及提前拆封概不负责。

13.2 供应商按“供在商须知前附表”规定的响应文件的正、副本数量进行提交，并在包封上标明“正本”、“副本”字样，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

14. 接收响应文件的截止时间

14.1 竞争性磋商代理机构收到响应文件的时间不得迟于“供应商须知前附表”规定的截止时间。

14.2 竞争性磋商代理机构可以推延竞争性磋商时间的截止期，竞争性磋商代理机构和供应商接收竞争性磋商截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

15. 迟交的响应文件

按照规定，竞争性磋商代理机构将拒绝并原封退回在规定的参加竞争性磋商截止期后收到的任何响应文件。

16. 响应文件的修改和撤回

16.1 供应商在规定的截止时间前,可以对递交的响应文件进行补充、修改或撤回,并以书面形式密封递交竞争性磋商代理机构,补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

16.2 与其他供应商恶意串通而撤回响应文件的,除没收其竞争性磋商保证金外,还将按照招标采购法律法规的有关规定处理。

17. 无效报价

有下列情形之一的为无效报价:

17.1 响应文件逾期送达的;

17.2 未按规定密封及标记的;

17.3 响应文件未加盖单位和法定代表人或授权代表人印鉴的;

17.4 未按规定交付竞争性磋商保证金的;

17.5 提供虚假报价资料的。

五、竞争性磋商与评审

18. 竞争性磋商小组的组成

18.1 竞争性磋商小组由采购单位代表及有关专家共三人以上的单数组成,其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。

18.2 与供应商有利害关系的人不得进入竞争性磋商小组。

19. 竞争性磋商

19.1 竞争性磋商代理机构将在竞争性磋商公告规定的时间和地点进行竞争性磋商,供应商法定代表人或其授权代表须参加并签名报到以证明其出席。

19.2 竞争性磋商小组按递交文件的顺序确定参加竞争性磋商供应商的竞争性磋商顺序。

19.3 竞争性磋商小组的所有成员与单一供应商按照顺序分别进行不超过二轮竞争性磋商。

20 响应文件的实质性响应审查

竞争性磋商小组依据竞争性磋商文件的规定,对供应商递交的响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查,以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求做出响应。未对竞争性磋商文件做实质性响应的供应商的响应文件,不得进入具体竞争性磋商程序。

21. 竞争性磋商过程的保密性

21.1 竞争性磋商的任何一方在未征得另一方同意的情况下,不得向第三方透露与竞争性磋商有关的一切技术资料、价格和其他信息。

21.2 凡与审查、澄清、评价和比较响应文件有关的资料以及评审意见等,竞争性磋商小组成员和工作人员均不得向供应商及与评审无关的其他人透露。

21.3 参加竞争性磋商的供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购单位或者其他供应商的合法权益。不得向采购单位、招标代理机构行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

22. 评审办法及评审标准

22.1 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由法定代表人或其授权代表签署，并在规定的时间内递交给竞争性磋商小组。

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。招标人、招标代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

23. 成交供应商的确定

竞争性磋商小组将按照评审结果向采购单位推荐成交候选供应商，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。

六、授予合同

24. 合同授予标准

采购单位将合同授予被确定为实质上响应竞争性磋商文件的要求并有履行合同能力的定点供应商。

25. 供货采购程序

25.1 供货成交价格：供应商的竞争性磋商最终报价为成交价格。在定点供货期间内，如遇价格在全国同行业调整时，成交供应商必须与采购单位双方研究决定价格调整的幅度，否则成交供应商自行价格上调或拒绝按原价格供货，按违约行为处理。

25.2 采购单位与成交供应商，根据竞争性磋商文件及竞争性磋商响应文件，签订招标采购协议供货合同。

26. 成交通知书

26.1 在参加竞争性磋商有效期期满之前，招标代理机构将在“河南省电子招标投标公共服务平台”发布成交结果公告，同时发出成交通知书。成交通知书对采购单位和

定点供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购单位改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

27. 签订合同

成交供应商按照成交通知书的规定与采购单位签订合同。

28. 法律责任

按照相关法律法规的有关规定执行。

第二章 合同主要条款

合同条款前附表

本表关于竞争性磋商货物及服务的具体要求是对合同通用条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本条款为准：

序号	内 容
1	项目名称：郑州大学第一附属医院斑马鱼行为分析系统等设备采购项目
2	合同需方：郑州大学第一附属医院 合同供方：
3	服务要求： 交货期：合同签订后 90 个日历天内交付验收使用 交货地点：招标人指定地点
4	付款方式：1、本合同签订后，乙方向甲方缴纳合同总价款的 10% 为履约保证金，货到医院经验收合格并正常使用一年后甲方无息退还给乙方；2、本合同签订后，甲方向乙方支付合同总价款的 30% 为预付款，货到医院经验收合格并正常使用后，乙方开具设备全额发票，甲方支付余款。
5	履约保证金： (1) 缴纳金额：中标价的 10% (2) 缴纳方式：按甲方要求支付

合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商（中标人）签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商（中标人）在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商（中标人）的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商（中标人）根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商（中标人）签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商（中标人）；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商（投标人）的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果招标文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈

和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当

的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背招标文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的 10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的_____发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于___个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 招标文件要求乙方递交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，递交不超过合同价 10%的履约保证金；

2.21.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起___个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

四、技术服务：设备安装完毕后，乙方对甲方使用人员进行现场培训，并向甲方提供培训记录，设备随机使用卡片及安装合格证书。

五、售后服务：设备保修五年（含零配件），终身维护，保修时间按甲方验收合格之日起计算，由厂家承诺承担保修义务，保修内容详见附件 2。设备保修期内，设备维修占用日期每增加一天按保修时间往后顺延七天。

六、付款方式：1、本合同签订后，乙方向甲方缴纳合同总价款的 10%为履约保证金，货到医院经验收合格并正常使用一年后甲方无息退还给乙方；2、货到医院经验收合格并正常使用后，乙方开具设备全额发票，甲方支付 100%货款。

七、本合同适用于中华人民共和国法律法规，因履行合同而发生的争议，由双方直接协商解决，如协商不成，可向甲方所在地人民法院诉讼。

八、本合同一式伍份，甲方肆份，乙方壹份，双方代表签字、加盖公章或合同章后生效。

九、合同未尽事宜，双方可签订补充协议。合同附件、招标文件、投标文件、补充协议和备忘录等均为合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

1. 进口产品：交货时必须提供报关单及商检证明。

2. 计量产品：交货时必须提供计量检验合格报告。

3. 合同签订地：郑州市二七区大学路 43 号。

甲方（盖章）：郑州大学第一附属医院 乙方（盖章）：

法人或法人授权代表签字：

法人或法人授权代表签字：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

第三章 响应文件格式

郑州大学第一附属医院

《郑州大学第一附属医院_____项目》 竞争性磋商响应文件

供应商：×××××（盖单位公章）

法定代表人（或授权委托人）：（签字或盖章）

供应商地址：

联系人：

联系电话：

响应文件背脊格式

(注此处写供应商名称)

包号及包号名称

X年X月X日

目 录

1. 法定代表人身份证明、法定代表人授权书
2. 竞争性磋商函
3. 资格证明文件
4. 投标报价表格
5. 技术参数规格及商务偏差表
6. 投标货物详细描述及技术支持文件
7. 质保承诺及售后服务
8. 中小微企业声明
9. 残疾人企业声明函
- 10 产品适用于政府采购政策情况表
11. 其他资料
12. 价格承诺函

1-1 法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年 _____月 _____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：

系_____（供应商名称）的法定代表人。

附：法定代表人身份证复印件 特此证明。

法定代表人身份证复印件

供应商名称：_____（盖单位公章）

日期：_____年____月____日

1-2 法定代表人(授权书/证明书)

本授权书声明：注册于_____（注册地址名称）的_____（供应商全名）的在下面签字的_____（法定代表人姓名、身份证、职务）为公司的法定代表人，（代表本公司授权下面签字的_____（被授权人的姓名、身份证、职务），）就招标编号为：_____（招标编号和项目名称）的投标及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本（授权书/证明书）于_____年__月__日签字后生效，特此声明。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

（正反面）

法定代表人身份证	法定代表人身份证
被授权人身份证	被授权人身份证

2. 竞争性磋商函格式

招标人：

招标代理机构：

根据你单位_____项目（招标编号：_____）的竞争性磋商文件，本单位正式授权的下述签字人_____（姓名和职务）代表（供应商的名称），提交下述响应文件正本 1 份，副本__份。

- (1) 报价一览表及附表；
- (2) 售后服务承诺书；
- (3) 竞争性磋商文件第一章“供应商须知及前附表”要求的资格、资信证明文件；
- (4) 竞争性磋商文件第一章“供应商须知及前附表”要求提交的其他文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

(1) 按竞争性磋商文件规定提供货物及服务的总报价为（大写）_____元人民币。

(2) 我们保证按照竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务。

(3) 我们已详细审核了竞争性磋商文件的全部内容，包括竞争性磋商文件的修改、补充文件、参考资料及有关的附件。

(4) 我们同意在竞争性磋商邀请规定的提交响应文件截止时间起遵循本竞争性磋商文件，并在“供应商须知”规定的竞争性磋商有效期满之前均具有约束力，并有可能被确定为成交供应商。

(5) 我们如果在规定的竞争性磋商有效期内撤回响应文件，则我们的竞争性磋商保证金可以被贵方没收。

(6) 我们同意向你单位提供你们可能要求的与本报价有关的任何证据或资料。

(7) 本响应文件自提交响应文件截止时间起 60 天内有效。

与本响应文件有关的联系方式为：

供应商全称：

通信地址：

电话、传真：

供应商法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

公章：

日期：_____年____月____日

3. 资格证明文件

填写须知

- 1) 供应商应填写和提交下述规定表格以及其他有关资料。
- 2) 本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。
- 3) 评标将根据供应商提交的资料判断其履行合同的合格性及能力。
- 4) 全部文件应按“投标资料表”规定的语言提交。

3.1 供应商资格申明

致：河南招标采购服务有限公司（或采购人）

我方自愿参与（项目名称：_____ 招标编号：_____）项目的投标，提供的投标文件资料均保证来源渠道合法、材料真实，若提供的材料有虚假内容，我方愿意承担一切与之项目有关的责任。

3.2 营业执照或相关证明文件

3.3 反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府招标代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商名称：_____（盖单位公章）

日期：_____年____月____日

3.5 纳税凭证及社保证明

【附：税款所属期 2021 年 1 月 1 日以来任意 3 个月的纳税证明及缴纳的社保证明】

注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。供应商成立不满 3 个月的，则提供自成立日以来的纳税和社保证明资料。

3.6 财务状况报告或银行开具的资信证明

注：

参考《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》（财会【2001】1035 号）规定，审计报告应当由两名具备相关业务资格的注册会计师签名盖章并经会计师事务所盖章方为有效；

3.7 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明文件 (格式自拟)

3.8 信用查询结果

致：郑州大学第一附属医院

根据本项目_____（项目名称及招标编号）招标文件的要求，从发布公告之日至投标截止时间内，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，我公司未被列入“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，通过“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询，我公司未列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

特此告知。

我公司声明以上内容属实，如若不实则承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

供应商名称：_____（盖单位公章）

日期：_____年____月____日

3.9 其他证明文件

4. 投标报价表格

4.1 投标报价一览表

单位：人民币元

项目包号	1. 投标产品名称	2. 品牌	3. 规格型号	4. 数量	5. 单位	6. 产地	7. 交货期及交货地点	8. 质保期	9. 投标有效期	10. 投标设备单价	11. 设备总价 (11=4*10)	其他声明
投标总报价		金额小写										
		金额大写										

备注：所投产品若有注册证，投标开标一览表中规格或型号、产地等信息若与注册证不一致，视为无效标。

供应商名称：_____（盖单位公章）

日期：_____年____月____日

4.2 投标产品配置清单报价一览表

单位：人民币元

序号	货物名称	品牌	产地	型号规格	数量、单位	投标报价

备注：1、若投标产品配置清单中含第三方产品，请填写第三方品牌、型号、产地；

2、所投产品若有注册证，投标产品配置清单报价一览表中规格或型号、产地等信息若与注册证不一致，视为无效标。

供应商名称：_____（盖单位公章）

日期：_____年____月____日

4.3 质保期满后易损件、配件一览表

设备名称：

单位：人民币元

序号	配件名称	规格型号	单位	单价（元）	产地	生产企业

供应商名称：_____（盖单位公章）

日期：_____年____月____日

5. 技术规格及商务偏差表

5.1 技术规格偏差表

供应商名称：

招标编号：

序号	设备名称及条款号	招标文件要求	投标文件响应内容	对招标文件偏差	描述	备注
1	货物或配置名称 1					
	参数名称 1					
					
2	货物或配置名称 2					
	参数名称 2					
					
					
					

供应商名称：_____（盖单位公章）

日期：_____年___月___日

说明：

- 1、上述此表中的“招标文件”或“投标文件”内容不得空缺，否则视为未如实、完整填写本表，对其投标按拒绝处理；
- 2、本表货物序号须与招标文件“货物需求表”对应；

5.2 商务条款偏差一览表

供应商名称：

招标编号：

序号	项目	招标文件要求	投标文件响应内容	对招标文件偏差	备注
1	交货期（供货期）				
2	付款方式				
3	质保期限				
4	投标有效期				
5	其它				
...				

供应商名称：_____（盖单位公章）

日期：_____年____月____日

说明：

1、上述此表中的“招标文件”或“投标文件”内容不得空缺，否则视为未如实、完整填写本表，对其投标按拒绝处理；

7. 质保承诺及售后服务（参考格式）

致：

我单位就招标编号_____售后服务及质量保证承诺如下：

1、我公司郑重承诺本次投标活动中，所有投标国产设备质保期限均为验收合格后_____年（填写具体数据）。

2、所投货物非人为损坏出现问题，我单位在接到正式通知后___小时（填写具体数字，以下类同）内响应，___小时内到达现场进行检修，解决问题时间不超过___小时。

3、售后服务

3.1 维修单位名称：

3.2 售后服务地点：_____ 联系人：

3.3 联系电话：_____ 从事___方面技术服务___年以上，职称：

4、我公司技术人员对所售仪器定期巡防，免费进行系统的维护、保养及升级服务，使仪器使用率大道最大化，每年内不少于_____次上门保养服务，包括寒暑假。

5、安装及培训：

5.1 我公司提供的安装配送方案：_____；

5.2 我公司将组织由仪器设备厂家认证的工程师___人，负责对所售仪器的安装、调试；为减少用户的操作错误概率，为用户培训至少___人的熟练工作人员，所有费用均包含在本次投标总报价中。

5.3 人员培训计划：_____；

6、项目所提供的其它免费物品或服务 _____；

7、技术人员情况：_____；

8、在完成安装、调试、检测后，须向用户提供检测报告、技术手册，提供中文版的技术资料（包括操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、安装手册、产品合格证等）。验收的技术标准达到制造(生产)厂商标明的技术指标，个别不能测试的指标另作详细的文字说明。检测的标准依据国家有关规定执行。

9、我单位保证本次所投设备均是全新合格设备。

10、保期过后的售后服务计划及收费明细：_____；

11、响应本次采购项目均为交钥匙项目，所需的一切设备、材料、费用等，全部包含在投标报价之中，采购人无须再追加任何费用。

12、我单位对上述内容的真实性承担相应法律责任。

8. 中小企业声明函（货物）

（属于相关行业中小企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：_____（盖单位公章）

日期：_____年____月____日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

9. 残疾人福利企业声明函

（属于的填写，不属于的无需填写此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合该文件之规定条件的残疾人福利性单位，参加本次政府采购活动提供本单位制造的货物，或者提供（其他残疾人福利性单位名称）制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。货物的名称品牌型号是_____。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将承担相应的法律责任。

注：根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定予以6%的价格扣除。

10. 产品适用政府采购政策情况表

中小企业扶持政策	如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容：			
	产品名称（品牌、型号）	制造商	制造商企业类型	金额
	小型、微型企业产品金额合计			
节能产品	产品名称（品牌、型号）	制造商	认证证书编号	金额
环境标志产品	产品名称（品牌、型号）	制造商	认证证书编号	金额

1. 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额应与《报价明细表》一致。
2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。
3. 节能环保产品需根据财库〔2019〕9号文“财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知”提供相关证明材料。
①所投产品属于《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）目录清单范围内产品的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不得分。

②所投货物有属于《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）目录清单范围内产品的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不得分。政府强制采购产品（★号项）必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则其投标不予接受。

1. 请供应商正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。
2. 没有相关产品可不填此表。
3. 如投标人所投产品属强制节能产品，而投标人未附证明材料的，其投标文件做无效标处理。

11. 其他资料

12. 价格承诺函

郑州大学第一附属医院：

我公司郑重承诺：本项目（招标编号:xxxxxxx 产品名称:xxxxxxx）采购成交价在给贵院供货期间保证为全国市场最低价格，随市场降价及时调价，如发现有低于贵院供货价成交的，我公司愿退还差价并双倍赔偿，贵院有权终止我公司供货资格。

供应商名称：_____（盖单位公章）

日期：_____年____月____日

第四章 评审办法

竞争性磋商小组将依据《中华人民共和国政府采购法》及竞争性磋商文件的规定进行评审。

一、评审要求

- 1、保证评审的公平、公正，维护采购单位、供应商的合法权益。
- 2、评审活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。
- 3、评审依法进行，任何单位和个人不得非法干预或者影响评审过程和结果。
- 4、竞争性磋商代理机构应当采取必要措施，保证评审活动在严格保密的情况下进行。
- 5、竞争性磋商小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。
- 6、竞争性磋商小组应当按照竞争性磋商文件的规定对供应商递交的所有文件评审、排序。
- 7、竞争性磋商小组成员应遵守评审纪律，不许在评审过程中擅离职守，影响评审工作正常进行。
- 8、竞争性磋商小组成员或者与评审活动有关的工作人员不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。

二、响应文件初审

初审因素包括：

- 1、供应商的资格要求（详见供应商须知及前附表-合格供应商资格）；
- 2、投标报价不超过预算价；
- 3、交货期、质保期是否满足招标文件要求；
- 4、付款方式是否满足招标文件要求；
- 5、是否递交竞争性磋商保证金；
- 6、违背竞争性磋商文件规定的其它实质性内容。

以上为通过初步评审的必须条件，有一条不符合要求，响应文件即没有实质性响应竞争性磋商文件的要求，不能进入下一阶段评审。

三、响应文件的澄清、评价、比较和确定推荐成交供应商

1、竞争性磋商小组可以书面方式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正，澄清、说明或者补正应以书面方式进行，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

2、在评审过程中，竞争性磋商小组发现供应商以他人名义参加竞争性磋商活动、串通参加竞争性磋商活动、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式参加竞争性磋商活动的，该供应商的响应文件按作废处理。

3、竞争性磋商小组将对初审合格的供应商进行复审，竞争性磋商小组对各竞争性磋商

供应商竞争性磋商响应文件进行评审，并分别与各合格竞争性磋商供应商进行竞争性磋商。在竞争性磋商中，竞争性磋商双方就可以竞争性磋商项目所涉产品价格及售后服务等进行实质性竞争性磋商，但竞争性磋商的任何一方不得透露与竞争性磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

竞争性磋商小组要求各合格竞争性磋商供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价即最终报价；竞争性磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

4、本项目的竞争性磋商小组，应当根据符合采购需求中的技术、服务要求，并进行最后报价，且综合评分由高到低的顺序，推荐 3 名成交候选供应商，并编写评审报告。

四、说明

1、竞争性磋商小组确定综合评分最高的供应商为候选成交供应商，同时提交评审报告，由竞争性磋商小组成员集体签名。竞争性磋商小组成员拒绝在评审报告上签字且不以书面方式阐述不同意见和理由的，应视为同意评审结论，竞争性磋商小组应当对此作出书面说明并记录在案。

2、低于成本的报价，其响应文件将无效。

3、竞争性磋商中如遇未考虑到的问题，由竞争性磋商小组成员集中研究处理。

附：

综合评分法评审标准

具体评分标准如下：

条款号	条款内容	编列内容				
2.2.1	分值构成总分 100分	投标报价：30分 商务部分：20分 技术部分：50分				
2.2.4 (1)	投标报价 30分	<p>评标基准价=有效供应商最终报价的最低报价，投标报价得分=(评标基准价 / 投标最终报价) × 30 × 100%</p> <p>有效投标人是指实质上响应磋商文件要求并通过实质性审核未被废标的所有供应商。</p> <p>注：1. 对于小型和微型企业产品、采用节能产品以扣除优惠比率后的报价参与价格打分，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。</p> <p>2. 中型和小型企业产品价格给予扣除标准： 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予单价6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。对于中型企业产品的价格不予扣除。</p> <p>3. 根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。</p> <p>同一投标人，小型和微型企业产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。</p>				
2.2.4 (2)	商务部分 20分	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 20%;">企业业绩 3分</td> <td> 供应商提供自2019年以来（以合同签订时间为准）有过类似设备供应经验的（合同甲方须为货物使用单位），每提供1个合同得1分，最多得3分。未提供者不得分。 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">服务承诺 10分</td> <td> 磋商小组根据各响应文件中质保期内、质保期满后的售后服务措施、建立的服务制度、故障响应时间、应急维修措施预案、培训方案等进行打分： 服务承诺符合本项目特点，物有所值且价值最高，有详尽的质保期内、质保期满后的售后服务措施，建立健全的服务制度，故障响应时间极快、应急维修措施预案合 </td> </tr> </table>	企业业绩 3分	供应商提供自2019年以来（以合同签订时间为准）有过类似设备供应经验的（合同甲方须为货物使用单位），每提供1个合同得1分，最多得3分。未提供者不得分。	服务承诺 10分	磋商小组根据各响应文件中质保期内、质保期满后的售后服务措施、建立的服务制度、故障响应时间、应急维修措施预案、培训方案等进行打分： 服务承诺符合本项目特点，物有所值且价值最高，有详尽的质保期内、质保期满后的售后服务措施，建立健全的服务制度，故障响应时间极快、应急维修措施预案合
企业业绩 3分	供应商提供自2019年以来（以合同签订时间为准）有过类似设备供应经验的（合同甲方须为货物使用单位），每提供1个合同得1分，最多得3分。未提供者不得分。					
服务承诺 10分	磋商小组根据各响应文件中质保期内、质保期满后的售后服务措施、建立的服务制度、故障响应时间、应急维修措施预案、培训方案等进行打分： 服务承诺符合本项目特点，物有所值且价值最高，有详尽的质保期内、质保期满后的售后服务措施，建立健全的服务制度，故障响应时间极快、应急维修措施预案合					

			<p>理且可行，有具体的培训方案的得 10 分；</p> <p>服务承诺符合本项目特点，具有一定价值，有较详细的质保期内、质保期满后的售后服务措施，较健全的服务制度，故障响应时间快、应急维修措施预案较合理，有较具体的培训方案的得 7 分；</p> <p>服务承诺符合本项目特点，实用性一般，质保期内、质保期满后的售后服务措施不完备，服务制度不完备，故障响应时间较长、应急维修措施预案不完备，培训方案不完备的得 4 分；</p> <p>未提供者不得分。</p>
		企业认证 3 分	<p>分别通过 ISO9001 国际质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康体系认证并在有效期内通过年检的各得 1 分，最多 3 分。</p>
		交货期 2 分	<p>优于磋商文件要求的按照响应情况每提前 30 天加 1 分，最多加 2 分。注：提前时间不足 30 天的，不加分。</p>
		质保期 2 分	<p>每延长 1 年加 1 分，本项最多得 2 分。注：延长不足 12 个月者，不加分。</p>
2.2.4 (3)	技术部分 50 分	技术参数 40 分	<p>根据供应商所投产品的配置与招标要求的响应情况确定得分：</p> <p>供应商完全符合磋商文件配置要求得 40 分；</p> <p>投标技术参数负偏离在 40 分的基础上每项扣 2 分，扣完为止。</p>
		设备综合 评议 10 分	<p>由磋商小组根据项目特性结合各投标设备制造工艺、稳定性等进行打分：</p> <p>投标产品制造工艺、稳定性好，安全性（操作维修安全等）高的得 5 分；</p> <p>投标产品制造工艺、稳定性较好，安全性（操作维修安全等）较高的得 3 分</p> <p>投标产品制造工艺、稳定性、安全性（操作维修安全等）一般的得 1 分</p>
			<p>由磋商小组根据项目特性结合各投标设备操控性、性能及技术先进性等进行打分：</p> <p>所投产品优秀，操控性强、性能好、技术先进的得 5 分；</p>

			所投产品较好，操控性较强、性能较好、技术较先进的得 3 分； 所投产品一般，操控性一般、性能一般、技术保守的得 1 分。
--	--	--	---

分值计算方法说明：

评标委员会按照评分标准和评分办法对所有投标文件进行集中审核分别打分后，评分分值按以下方法计算：

评委评分的算术平均值（保留小数点后两位）作为供应商的最终得分。

第五章 项目需求及技术规格

包 1:

设备名称	斑马鱼行为分析系统	数量	1 套
设备用途	通过使用该系统, 您可以进行多种研究, 如小型或大型水族馆研究、T 迷宫测试、活动测量和学习任务研究等。在斑马鱼行为研究中, 该系统可对斑马鱼活动、运动及行为进行高级视频跟踪与分析, 是斑马鱼行为研究的理想工具。		
技术 参 数	序号	技术参数	
	1	软件支持多语言操作界面, 包含中文, 英文。	
	2	系统通过视频跟踪技术实现动物行为轨迹跟踪, 除斑马鱼外, 可以跟踪大鼠、小鼠、果蝇等模式动物。	
	3	软件不绑定在固定的电脑上, 用户在使用时可以把软件安装在任意符合工作站最低配置的计算机上使用。	
	4	系统可以同时观察不少于 100 个区域。可以同时同时对多个观察区设定进行旋转、调整比例大小等。	
	5	针对不同模式动物和实验条件 (如 96 孔方孔孔板), 系统具有预设的实验模板可以直接调用, 预置有水迷宫实验模版、旷场实验模版节省实验设置时间。	
	6	系统具有自动实验控制功能, 可以设置起始和结束时间, 或者以实验参数作为实验开始或结束的判断条件, 实验期间不需要人为操作。	
	7	系统能够生成动物运动轨迹的热区示意图 Heatmap, 并且可对热区图进行编辑以及调整。	
	8	系统可以将数值数据、事件数据以及动物的运动视频, 整合到一个可视化界面, 用户可以对数据进行验证和筛选。	
	9	系统可以通过 TTL 信号控制观察箱中的光源刺激或震动刺激, 可模拟昼夜交替的环境	
	10	系统提供四种观察对象识别的方法: 灰度梯度法, 静态减影法、动态减影法、微积分法。可以应对几乎所有的复杂试验环境。	
	11	系统提供四种数据采集方法: 实时采集、实时采集并录制视频、录制视频后采集数据、采集预先录制视频的数据。	
	12	系统在采集轨迹数据的同时可以手动记录一些特殊的行为。	
	13	系统提供综合数据筛选和分析功能	
14	系统可以导出轨迹原始数据和统计分析数据, 导出格式为*.xls 或 *.txt 文件。		

15		<p>系统可以提供以下行为技术参数：</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Velocity 运动速度 ◆ Distance moved 运动距离 ◆ In zone 区域内数据 ◆ Distance to zone 到某区域的距离 ◆ Distance to point 到某点的距离 ◆ Zone transitions 区域穿梭 ◆ Heading to point 到某点的朝向 ◆ Heading 朝向 ◆ Turn angle (relative and absolute) 转动角度 ◆ Angular velocity (relative and absolute) 转动角速度 ◆ Meander 迂回程度 ◆ Movement 运动强度 ◆ Mobility 活跃强度 ◆ Rotation 旋转次数 ◆ Manually scored events 手动记录行为参数
16		系统自带数据保护功能，每隔一段时间（默认 5 分钟）数据会保存一次。所以即使遇到以上突发事件，对用户来讲损失可以降到最低。
17		原厂在中国设有分公司，能够提供快速的本地化技术支持和维修服务，并提供中国原厂的售后服务承诺函。
18		斑马鱼幼鱼观察箱为封闭式结构，减少实验室环境对实验动物的影响
19		系统采用棱透镜式光学技术，避免图像扭曲变形。
20		配有红外线背光型托盘，给微量反应板每个孔提供均匀光线，避免阴影。
21		配有红外线光感摄像头，视频输出信号为 PAL 制式黑白图像。
22		系统控制光线和调节明暗条件，模拟白昼交替环境。
23		系统可以使用的 96 孔微量反应平板规格为 14.5 x 13.0 cm，能够与 ANSI 和 SBS 标准的半透明红外线微量反应平板相兼容，兼容多种实验耗材，如 6-96 孔板，培养皿等。
24		系统配有防震底座，消除实验室震动器等对试验的干扰。
25		具有很强的拓展能力，可加配多种功能：如震动刺激、顶部彩色光刺激、光遗传模块。
26		可以使用多种不同波长的刺激（白色 LED 光，和单色光（红光波长 623nm，绿光波长 525nm，蓝光波长 470nm））

	27	斑马鱼幼鱼观察箱*1、 动物运动轨迹跟踪系统*1（包括试验&硬件控制模块和多观察区模块）、 成鱼用红外背光板*1、 GigE 红外摄像机*1、 台式计算机工作站*1。
--	----	---

包 2:

设备名称	微量进样器和眼内操作专用工具包	数量	1 套
设备用途	搭配显微注射系统操作，对斑马鱼眼内进行给药。		
技术 参 数	序号	技术参数	
	1	无效腔≤3nl	
	2	所带标准针头 26G、内径 320um、外径 430um	
	3	微量进样器 10ul 和 100ul 可选、刻度长度为 60mm	
	4	工具包可以高温消毒	
	5	软管长度：35cm	
	6	注射器（10ul、100ul）可选 1 支、33G 针头 2 根、34G 针头 2 根、35G 针头 2 根、36G 针头 2 根	

包 3:

设备名称	动脉硬化检测装置	数量	1 套
设备用途	该设备的两个参数 PWV 和 ABI 是反映动脉硬化的最简便和重复性强的无创检查指标，对高血压诊疗和科研具有重要的临床价值，是高血压专科诊疗工作必备的检查仪器。		
招 标 技 术 参 数	序号	性能参数及配置清单	
	1	搏动变化图：表示各个腕带采取的搏动变化的图，含同期线，升压上线，测定精度，最高血压值，外框等信息以进一步确定测试精度及操作的规范化。	
	2	同一心动周期内四肢同步检测：能够四肢同步测量 ABI、baPWV 和血压等参数（请提供国际学术论文支持）	
	3	下肢双层袖带：下肢袖带需采用高精度双层袖带传感器，以保证 ABI 检测数	

	据的准确（请提供国际学术论文支持）
4	滤波技术:可通过设定多个脉搏波起始条件，将噪音波滤掉，以保证结果准确
5	除检测动脉硬化外，可自动评估心脑血管危险度，代谢综合征发病风险
6	运动负荷试验模式软件:设备带有独特的运动负荷试验软件，以便进一步确诊 ABI 处于临界状态或间歇性跛行的人群是否存在下肢动脉疾病