

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 袁轲
	职称: 正二
	工作单位: 河南省人民医院
项目信息	项目名称: 郑州大学第一附属医院手术显微镜项目
	供应商名称: 国药集团河南省医疗器械有限公司
专业人员论证意见	<p>此次采购手术显微镜用于临床诊疗与科研课题; 对设备技术要求较高, 有特殊需求, 如智能控制技术; 经典光学与4K3D数字技术的联合应用; 拥有 FLOW800 彩色荧光模块等。</p> <p>目前, 仅有蔡司 KINEVO200 手术显微镜可以满足以上技术要求, 故此, 建议单一来源采购方式采购。</p>
专业人员签字	袁轲
	日期 2023年9月27日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李洪	
	职称: 高	
	工作单位: 河南省医疗器械检验所	
项目信息	项目名称: 郑州大学第一附属医院手术显微镜项目	
	供应商名称: 国药集团河南省医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	<p>该院特殊手术的要求 需要与机器人联合控制。 需要光学与4K3D数字标 联合应用。目前仅有国药 可KINEVO. 900型号满足 该功能。该产品是国药 集团河南省医疗器械有限公司 指定代理商。建议采用 单一来源方式采购。</p>	
专业人员签字	李洪	日期 2023年9月27日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>赵延红</u>
	职称: <u>主任医师</u>
	工作单位: <u>河南中医药大学</u>
项目信息	项目名称: <u>郑州大学第一附属医院手术显微镜项目</u>
	供应商名称: <u>国药集团河南省医疗器械有限公司</u>
专业人员论证意见	<p>国内品牌和其他国际品牌显微镜均达不到采购人的要求。机器式智能控制技术、经典光学与4K3D医学技术联合应用及QEVO超微成像系统20项联合技术等。唯国际品牌奥林巴斯品牌KINEVO 900型手术显微镜能满足采购人的要求。建议为单一来源方式采购。</p>
专业人员签字	<u>赵延红</u>
	日期 <u>2023</u> 年 <u>9</u> 月 <u>27</u> 日