

单一来源采购方式专业人员论证意见表

采购单位	河南省肿瘤医院（中国医学科学院肿瘤医院河南医院）			
项目信息	项目名称	河南省肿瘤医院（中国医学科学院肿瘤医院河南医院）电子支气管内窥镜采购项目		
	项目金额	45.00 万元		
	供应商名称	河南佑宽医疗器械科技有限公司		
专业人员信息	姓 名	袁以宁	手机号码	13938235637
	职 称	主任医师		
	工作单位	河南省肿瘤医院		
专业人员论证意见	经调研发现，支气管内窥镜为临床必需设备，市场上无兼容性好且品牌齐全的产品，使用其他品牌产品，需对支气管镜进行改造和现有主机连接，无法使用。因此采购采用单一来源方式进行。 专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由）			
专业人员签字	袁以宁		日期 2026 年 1 月 20 日	

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员单独分别论述，正楷手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见表

采购单位	河南省肿瘤医院（中国医学科学院肿瘤医院河南医院）			
项目信息	项目名称	河南省肿瘤医院（中国医学科学院肿瘤医院河南医院）电子支气管内窥镜采购项目		
	项目金额	45.00 万元		
	供应商名称	河南佑宽医疗器械科技有限公司		
专业人员信息	姓 名	何燕霞	手机号码	13838250236
	职 称	主任医师		
	工作单位	郑州大学二附院		
专业人员 论证意见	拟采购的电子支气管镜须与医院目前使用的医用内窥镜图像处理器配套使用。属专用专用设备；经查：其他品牌支气管镜在接口型号、通信协议、参数匹配等方面与现有主机存在本质差异，无法实现有效连接和稳定运行。建议采用单一来源采购方式。 专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由）			
专业人员签字	何燕霞		日期 2026 年 1 月 20 日	

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员单独分别论述，正楷手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见表

采购单位	河南省肿瘤医院（中国医学科学院肿瘤医院河南医院）			
项目信息	项目名称	河南省肿瘤医院（中国医学科学院肿瘤医院河南医院）电子支气管内窥镜采购项目		
	项目金额	45.00 万元		
	供应商名称	河南佑宽医疗器械科技有限公司		
专业人员信息	姓 名	刘世明	手机号码	13213208516
	职 称	主治医师		
	工作单位	河南省肿瘤医院		
专业人员 论证意见	拟采购的电子支气管内窥镜必须经国家 药监局注册为医疗器械方可使用，符合国家 质量标准。 专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采 购的理由)			
专业人员签字	刘世明		日期 2026年 1 月 20 日	

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员单独分别论述，正楷手工填写。