






单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 
	职称: 
	工作单位: 
项目信息	项目名称: 柘城县人民医院西门子 CT 球管采购项目
	供应商名称: 河南一粒米医疗科技有限公司
专业人员论证意见	<p>该院双源CT的球管部件:球管故障,无法正常工作.必须购置球管用品牌,型号与球管才符合认证匹配要求,为保障设备的稳定运行,符合临床及采购需求,更换球管时,只能从唯一供应商处采购.根据政府采购法第三十一条之规定,同意采购单一来源方式采购.</p>
专业人员签字	
	日期: 2026年6月12日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李兴村
	职称: 主任医师
	工作单位: 河南石脑科医院
项目信息	项目名称: 柘城县人民医院西门子CT球管采购项目
	供应商名称: 河南一粒米医疗科技有限公司
专业人员论证意见	<p>球管为CT中最重要的部件, 生产厂家不同, 球管大小、焦点、分辨率、热容量等不同, 具有不同的透照特性, 且不同品牌球管, 即使相同规格, 仍不同, 而不同品牌各系列型号CT中球管技术迭代不同, 不同品牌球管, 无法互换, 具有唯一性, 因此河南一粒米医疗科技有限公司为西门子球管生产厂家, 河南一粒米医疗科技有限公司为唯一生产厂家, 符合《政府采购货物和服务招标投标法》第三十一条规定, 因此该项目的采购唯一性, 符合国家法律法规, 同意该项目的采购唯一性, 符合国家法律法规, 同意该项目的采购唯一性。</p>
专业人员签字	
	日期: 2026年6月12日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 许健
	职称: 主任
	工作单位: 郑州市骨科医院
项目信息	项目名称: 柘城县人民医院西门子CT球管采购项目
	供应商名称: 河南一粒米医疗科技有限公司
专业人员论证意见	<p>经论证, 西门子双源CT球管为CT的核心部件, CT对球管不同的型号不能通用, CT球管在临床操作的安全性、诊断的准确性有严格的精度匹配性。河南一粒米医疗科技有限公司是西门子公司河南唯一授权经销商, 同意采用单一来源方式采购。</p>
专业人员签字	<p>许健</p> <p>日期: 2026年6月12日</p>