

单一来源采购方式专业人员论证意见表

采购单位	河南省肿瘤医院			
项目信息	项目名称	河南省肿瘤医院双极器械采购项目		
	项目预算金额	38.4 万元		
	供应商名称	上海英兆实业有限公司		
专业人员信息	姓 名	李国田	手机号码	13838133582
	职 称	主任医师		
	工作单位	郑州人民医院		
专业人员 论证意见	采购人所采购的双极器械是采购人现有德国爱尔博电 子医疗仪器公司生产的腔内电凝电切系统。用于妇科 及泌尿外科开放腹腔镜下妇科子宫动脉血管闭合手术。目前尚 无其他品牌产品可与现有设备在软硬件、接口、内置电极 等相匹配。其他品牌可能导致闭合压力、绝缘性和稳定性 风险，严重影响患者生命安全。上海英兆实业有限公司 是德国爱尔博电医疗仪器公司在河南唯一授权售后和供 应商，符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条 之规定，同意单一来源采购。 专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采 购的理由）			
专业人员签字	李国田		日期 2026年 7 月 16 日	

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员单独分别论述，正楷手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见表

采购单位	河南省肿瘤医院			
项目信息	项目名称	河南省肿瘤医院双极器械采购项目		
	项目预算金额	38.4 万元		
	供应商名称	上海英兆实业有限公司		
专业人员信息	姓 名	李 伟	手机号码	13526501644
	职 称	主治医师		
	工作单位	河南省肿瘤医院		
专业人员 论证意见	双极电凝器4套德国普德博电外科器械公司生产其配件均在国内通过注册认证，与设备配套使用，且该设备为进口产品，无法在国内生产，为保证设备的使用寿命及安全性，其供应符合中国政府采购法的相关规定，经论证，该供应商为唯一供应商，建议采购。 专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由。			
专业人员签字			日期 2026 年 7 月 16 日	

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员单独分别论述，正楷手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见表

采购单位	河南省肿瘤医院			
项目信息	项目名称	河南省肿瘤医院双极器械采购项目		
	项目预算金额	38.4 万元		
	供应商名称	上海英兆实业有限公司		
专业人员信息	姓 名	韦红英	手机号码	18625569029
	职 称	高会		
	工作单位	河南省市场局		
专业人员 论证意见	上海英兆实业有限公司作为德国夏尔博电子医疗器械公司在河南省唯一授权的售后服务及供应商，具备原厂配件供应、专业技术支持及设备维护能力，负责该产品的配送及售后服务。因此，同意本项目采用单一来源方式采购。 专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)			
专业人员签字	韦红英		日期 2026 年 7 月 16 日	

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员单独分别论述，正楷手工填写。